

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
podinsp. Andrzej ROPYCKI  
Zatwierdzam

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Legalizacja wagi Radwag AS 160.X2

Waga elektroniczna nieautomatyczna, nr. fabryczny 566518

Producent Radwag -rok produkcji 2017.-

Obciążenie max. = 160 g, min. 10 mg, działka elementarna: d = 0,1 mg,  
działka legalizacyjna: e = 1 mg.

Legalizacja wagi w celu zachowania spójności pomiarowej zgodnie z normą  
PN/EN ISO 17025,

- legalizacja wykonana przez Okręgowy Urząd Miar
- usługa musi być wykonana w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

Planowana data realizacji usługi w lutym 2025 roku.

SPECJALISTA  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
Bożena SIELAWA

KIEROWNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
asp. Marek LEWIŃSKI