



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-34/24

Tarnów, 2024-05-07

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran 3 szt.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 6** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z akumulatorem zapewniającym zasilanie na minimum 12 godzin pracy?.
2. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z czasem ładowania akumulatora do 6 godzin i uzna tę wartość na maksymalną dopuszczoną?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 9** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z maksymalnymi wymiarami bez zbiornika i uchwytów do zawieszania: Wysokość 16,0 cm, Szerokość 6,0 cm Głębokość 13,0 cm ?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 10** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z maksymalnym natężeniem dźwięku 55 dB ?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 12** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z trybem pracy ciągłej w zakresie ciśnienia od 50 do 200 mmHg z krokiem regulacji co 5 mm Hg?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 13** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z trybem pracy przerywanym: z zakresem ciśnienia do 50 do 200 mmHg i czasowym spadkiem do 0 mmHg?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 15** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z komunikacją w języku polskim przy pomocy przycisków funkcyjnych?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 18** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie bez komunikatu uderzenia i okresu eksploatacji akumulatora?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 20, 21** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie bez menu z rejestracją historii zdarzeń?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 23** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie pozwalające zastosować zbiorniki na wydzielinę o pojemności 300 ml?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran posiadającego wymiary bez zbiornika i uchwytów do zawieszania: wysokość 16,0 cm, szerokość 6,0 cm głębokość 13,0 cm.

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Ad. 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a



Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

