

## Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

„Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku – dostawa sprzętu medycznego”.

## Część nr 9 WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY SZT. 2

Producent: Francehopital SAS

Typ/model/ oznaczenie handlowe: Preciso / PRE9AAA-G

Rok produkcji: 2024 kraj pochodzenia Włochy

Cena netto 9 880,00 zł, podatek VAT 8%, cena brutto 10 670,40 zł (1szt.)

LP	PARAMETR	PARAMETRY WYMAGANE/ Sposób oceny	Parametry oferowane /Potwierdzenie wymagania
I.	<b>Opis parametrów</b>		
1.	Wózek anestezyjologiczny/reanimacyjny 5-szufladowy - podstawa wózka wykonana z struktury polimerowej, łatwa w dezynfekcji i czyszczeniu,	Bez oceny – wymóg	Tak. Wózek anestezyjologiczny/reanimacyjny 5-szufladowy - podstawa wózka wykonana z struktury polimerowej (ABS), łatwa w dezynfekcji i czyszczeniu
2.	4 cichobieżne koła w tym 2 z blokadą.	Bez oceny – wymóg	Tak. 4 cichobieżne koła o śr. 125 mm, w tym 2 z blokadą.
3.	Wymiary wózka: Długość: 935 mm Głębokość: 585 mm Wysokość: 1000 mm	Bez oceny – wymóg	Tak. Wymiary wózka (bez wyposażenia): Długość: 830 mm Głębokość: 650 mm Wysokość: 1060 mm (wysokość do blatu 1000 mm)  <i>Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.08.2024</i>
4.	Wymiary szuflad od góry: 2 szuflady: 76 mm x 565 mm x 510 mm 2 szuflady: 156 mm x 565 mm x 510 mm 1 szuflada: 238 mm x 565 mm x 510 mm	Bez oceny – wymóg	Tak. Wymiary szuflad od góry: 2 szuflady: 76 mm x 610 mm x 470 mm 2 szuflady: 156 mm x 610 mm x 470 mm 1 szuflada: 236 mm x 610 mm x 470 mm  <i>Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.08.2024</i>
	<b>Wyposażenie:</b>		
5.	nadstawka anestezyjologiczna z 20	Bez oceny –	Tak. Nadstawka anestezyjologiczna

	pojemnikami z możliwością podpisu	wymóg	z 18 uchylnymi pojemnikami (3 x zestaw 6 pojemników) z możliwością podpisu  <i>Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.08.2024</i>
6.	zamykany pojemnik na ostre przedmioty	Bez oceny – wymóg	Tak. Zamykany pojemnik na ostre przedmioty, służący również jako pojemnik do dezynfekcji drobnych narzędzi  <i>Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.08.2024</i>
7.	pojemnik na rękawiczki w 3 rozmiarach	Bez oceny – wymóg	Tak. Pojemnik na rękawiczki w 3 rozmiarach
8.	podziałki do segregacji leków w szufladach	Bez oceny – wymóg	podziałki do segregacji leków we wszystkich 5 szufladach wózka  <i>Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.08.2024</i>
9.	wysuwany blat	Bez oceny – wymóg	Tak. Wysuwany blat
10.	centralny zamek zamykający wszystkie szuflady	Bez oceny – wymóg	Tak. Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady
11.	szyny na akcesoria	Bez oceny – wymóg	Tak. Szyny na akcesoria – na wysięgniku nadstawki oraz z boku wózka
12.	półka pod defibrylator	Bez oceny – wymóg	Tak. Półka pod defibrylator
13.	uchwyt na butle z tlenem	Bez oceny – wymóg	Tak. Uchwyt na butle z tlenem
14.	wieszak kroplówki	Bez oceny – wymóg	Tak. Uchwyt kroplówki z dwoma haczykami mocowany na wysięgniku nadstawki  <i>Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.08.2024</i>
15.	płyta reanimacyjna	Bez oceny – wymóg	Tak. Płyta reanimacyjna
16.	kosz na odpady medyczne i niemedyczne	Bez oceny – wymóg	Tak. Dwa osobne kosze na odpady medyczne i niemedyczne  <i>Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.08.2024</i>
II.	Warunki gwarancji i serwisu		
1.	Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów, liczony od daty obustronnego podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” bez uwag min. 24 miesiące	Bez oceny – wymóg Podać ilość miesięcy	Tak. Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów, liczony od daty obustronnego podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” bez uwag 24 miesiące

2.	Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy. Obsługa serwisowa na terenie Polski	Bez oceny – wymóg	Tak. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez 10 lat od daty dostawy. Obsługa serwisowa na terenie Polski
3.	Opieka aplikacyjna w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego, bezpłatne aktualizacje oprogramowania – jeśli dotyczy	Bez oceny – wymóg	Nie dotyczy
4.	Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia, pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na danym urządzeniu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; szkolenie powinno zostać potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem	Bez oceny – wymóg	<i>Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.08.2024 Zamawiający wyraził zgodę na rezygnację z wymogu przeszkolenia</i>
5.	Bezpłatny serwis oraz naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji, w tym przeglądy z częstotliwością zalecaną przez producenta urządzenia oraz dodatkowo przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji; serwis świadczony będzie w miejscu użytkowania urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu do i z miejsca użytkowania urządzenia oraz koszty części zamiennych, pakietów naprawczych itp. elementów zużywalnych, w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca	Bez oceny – wymóg podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów	Tak. Bezpłatny serwis oraz naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji, <b>producent nie wymaga przeglądów</b> ; serwis świadczony będzie w miejscu użytkowania urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu do i z miejsca użytkowania urządzenia oraz koszty części zamiennych, pakietów naprawczych itp. elementów zużywalnych, w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca  <i>Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.08.2024 – Zamawiający odstąpił od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych, w przypadku, gdy producent ich nie wymaga. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie producenta</i>
6.	Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii / usterce	Bez oceny – wymóg	Tak. Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii / usterce
7.	Czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii / usterki	Bez oceny – wymóg	Tak. Czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii / usterki
8.	Całkowite usunięcie awarii / usterki do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, w przypadku dłuższej naprawy konieczność dostarczenia urządzenia zastępczego; w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu	Bez oceny – wymóg	Tak. Całkowite usunięcie awarii / usterki do 5 dni w dni robocze od zgłoszenia, jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z

	lub podzespołu, wymiana tego elementu lub podzespołu na oryginalnie nowy		zagranicy – do 10 dni od zgłoszenia; w przypadku dłuższej naprawy konieczność dostarczenia urządzenia zastępczego; w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wymiana tego elementu lub podzespołu na oryginalnie nowy  <i>Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.08.2024</i>
	Pozostałe wymagania		
9.	Urządzenie i jego części składowe w pełni sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, nierekondycjonowane, posiadające niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w języku polskim	Bez oceny – wymóg	Tak. Urządzenie i jego części składowe w pełni sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, nierekondycjonowane, posiadające niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w języku polskim
10.	Termin dostawy maksymalnie 2 miesiące od podpisania umowy z usługą wniesienia	Bez oceny – wymóg, podać	Tak. Termin dostawy maksymalnie 2 miesiące od podpisania umowy z usługą wniesienia
11.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej, karta eksploatacji sprzętu, karta gwarancyjna dołączone do dostawy	Bez oceny – wymóg	Tak. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej, karta eksploatacji sprzętu, karta gwarancyjna dołączone do dostawy

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna „Parametr oferowany” musi być wypełniona.

#### **UWAGA!**

Wszystkie parametry techniczne oferowanego urządzenia należy potwierdzić poprzez zaznaczenie w dołączonym do oferty katalogu/ folderze lub innym równoważnym dokumencie. **Zamawiający zaleca, aby celem identyfikacji, przy każdym zaznaczeniu Wykonawca podał nr pozycji z Zestawienia.** W przypadku, gdy oryginalny dokument producenta jest w innym języku niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie. Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 4 do SWZ. W przypadku, kiedy dokument typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna nie zawiera opisu wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

**UWAGA: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.**