



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zadanie Nr 3

#### I. Przedmiot zamówienia

Przegląd techniczny, adiustacja oraz naprawa urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcolife F6 eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji

#### II. Charakterystyka usług

1. Przegląd techniczny ma polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania, przeprowadzenia próby technicznej przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.
2. Adiustacja ma polegać na podaniu (w odpowiednim trybie) do urządzenia odpowiedniej ilości powietrza (lub gazu) o stałym stężeniu alkoholu przy odpowiednio wyregulowanych napięciach sterujących układ pomiarowy. Wynikiem adiustacji powinno być wyznaczenie prawidłowej odpowiedzi układu pomiarowego na wielkość pobranej próbki powietrza.
3. Naprawa ma polegać na usunięciu usterki uniemożliwiającej przeprowadzenie adiustacji urządzenia.

#### III. Wykaz czynności

składających się na przedmiot zamówienia uwzględniający naprawy wymagające wymiany części/podzespołów znajduje się w poniższej tabeli, stanowiącej jednocześnie formularz kalkulacji cenowej. **Ofertę należy przedstawić uzupełniając pola tabeli.**

<b>SERWIS OBOWIĄZKOWY</b>				
Rodzaj usługi	Planowana ilość usług w czasie trwania umowy (36 m-cy)	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Wartość usługi brutto w PLN * (B x C x D)
A	B	C	D	E
Przegląd techniczny i adiustacja	70		%	
<b>Wartość oferty SERWIS OBOWIĄZKOWY brutto:</b>				

NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI**					
Lp.	Rodzaj usługi	Ilość usług	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Wartość usługi brutto w PLN* (C x D x E)
A	B	C	D	E	F
1.	Wymiana sensora	3		%	
2.	Wymiana czujnika ciśnienia	3		%	
3.	Wymiana baterii li-on	3		%	
4.	Wymiana ekranu LCD	3		%	
5.	Wymiana płyty głównej	3		%	
6.	Wymiana obudowy alkomatu	3		%	
7.	Wymiana procesora głównego	3		%	
8.	Ochrona sensora (filtr zabezpieczający - biały)	3		%	
9.	Wymiana silnika pompki przepływu powietrza	3		%	
10.	Wymiana toru (rurek) przepływu powietrza	3		%	
11.	Wymiana gniazda USB	3		%	
12.	Wymiana baterii zapasowej (utrzymującej datę i czas w alkomacie)	3		%	
13.	Naprawa łącza baterii zapasowej (utrzymującej datę i czas w alkomacie)	3		%	
<b>Wartość oferty NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI brutto: (suma poz 1-13, kol. F)</b>					
<b>CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO: (suma „Wartość oferty SERWIS OBOWIĄZKOWY brutto” i „Wartość oferty NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI brutto”)</b>					

\*do dwóch miejsc po przecinku

\*\* cena naprawy/wymiany części musi zawierać koszt robocizny oraz części/podzespołu

#### IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego

- Termin wykonania zlecenia: maks. 15 dni roboczych** licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia urządzenia lub akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy.
- Miejsce odbioru i zwrotu urządzeń:** Magazyn Techniki Policynnej Wydziału Zaopatrzenia KSP w Warszawie, ul. Włochowska 25/33.
- Wymagany okres gwarancji** na wymienione części i podzespoły min. 12 m-cy (rękojmia za wady na wymienione części i podzespoły 12 m-cy). Okres gwarancji na wykonaną usługę 6 m-cy (rękojmia 6 m-cy).
- Usługi będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane przez **okres obowiązywania umowy tj. – 36 m-cy** licząc od dnia zawarcia umowy przez strony.
- Zamawiający zastrzega, że ilość napraw wskazana w tabeli („NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI” - kolumna C) została określona szacunkowo w celu wyliczenia ceny oferty, a rzeczywista ilość zleczonych usług wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.