

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „Zakup i dostawę defibrylatorów AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny)”.

1. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto, wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (NOSIR) w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Nazwa i adres Zamawiającego.

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ul. Sportowa 66
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 775 4142
e-mail: nosir@nowydwormaz.pl
strona internetowa: <https://nosir.pl/>

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 AED: automatyczny defibrylator zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator):

- a. Ilość: 2 (dwa) komplety,
- b. Zastosowanie:
 - pierwsza pomoc,
 - resuscytacja krążeniowo oddechowa,
 - reanimacja,
 - defibrylacja dzieci i dorosłych,
- c. Wymagane cechy AED:
 - Typ AED (informowanie kiedy zalecana jest defibrylacja, wstrząs uwalniany przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku),
 - energia wstrząsu: dorośli – 150 - 200 J, dzieci – do 50 J,
 - automatyczne dopasowanie głośności komunikatów do otaczających dźwięków,
 - uniwersalne elektrody, dla dzieci i dorosłych,
 - tryb pediatryczny uruchamiany za pomocą jednego przycisku,
 - autoryzowany serwis w Polsce,
 - czas ładowania do wstrząsu: do 10 s,
 - wyświetlacz ze wskaźnikiem naładowania baterii i stanu elektrod,
 - automatyczne autotesty urządzenia (dziennie, tygodniowe, miesięczne),
 - odporny na uszkodzenia mechaniczne, zgodnie z normą IP55,
 - wewnętrzna karta pamięci umożliwiająca zapis operacji (min. 5 operacji i każda po 3h),
 - zasilanie baterią 12V DC, bateria o wydłużonej trwałości – 5 lat minimum,
 - wydajność baterii: minimum 200 wyładowań dla nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej,
 - gwarancja: 5 lat minimum
- d. Zawartość zestawu:
 - defibrylator,
 - uniwersalne elektrody (dla dzieci i dorosłych),
 - bateria o wydłużonej trwałości, 5 lat minimum,
 - torba transportowa,
 - instrukcja użytkowania w j. polskim.

- 3.2 Szafka defibrylatora:
- 2 sztuki,
 - wykonana z metalu w białym kolorze,
 - oznaczenie ""AED"" z obu stron,
 - zamknięcie na kluczyk,
 - przeszkłone okienko umożliwiające kontrole stanu defibrylatora.
- 3.3 Tablice informacyjne:
- informacja o defibrylatorze AED,
 - tablica wykonana z płytki kompozytowej aluminium/polietylen
 - odporna na warunki atmosferyczne.
- 3.4 Szkolenie użytkowników w miejscu wykorzystania AED.

4. Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę,
- Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy,
- Ofertę wraz z załącznikami (zdjęcie poglądowe zestawu i kopia atestatu) należy złożyć poprzez **platformę OPEN NEXUS do 10.06.2022, godz.11.00,**
- Wykonawca podaje cenę netto i VAT,
- W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie nakłady finansowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia i szkolenia u Zamawiającego.

5. Termin realizacji zamówienia:

- do 30.07.2022,
- płatność: przelew na konto dostawcy: 14 dni od podpisania dokumentu przyjęcia.

6. Kryterium oceny ofert:


- cena oferty: 100%,

7. Miejsce i termin składania ofert.

- ofertę należy złożyć poprzez platformę OPEN NEXUS.
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022r. o godzinie 11.30.

8. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania wybranego Wykonawcę, wzywając do dostarczenia produktu.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania Uzasadnienia.

DYREKTOR NOSIR

mgr Dariusz Wąsiewski

.....