



**POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU**
ul. Ziębicka 34-38 50-507
Wrocław



**UNIA
EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO**



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
Narodowa
Strategia
Spójności**

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
www.pogotowie-ratunkowe.pl	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142 KRS: 0000207618

Wrocław, dnia 19.11.2024 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/19/2024**

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 1

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:

„Zakup krzeseł kardiologicznych z systemem płozowym dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”

(Ogłoszenie nr 2024/BZP 00592469/01 z dnia 2024-11-13)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320) - dalej ustawa Pzp., przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości krzesło kardiologiczne, którego karta katalogowa została dołączona w załączniku?

Krzesełko kardiologiczne 4BELL STAIR+

Kod: ST10501

Producent: SPENCER

Rama krzesełka wykonana z aluminium sprawia, że krzesło jest jednocześnie lekkie i wytrzymałe. Dwie wzmocnione szyny pomagają w bezpiecznym i kontrolowanym schodzeniu po schodach. Rozciągliwy uchwyt z tyłu zapewnia większą kontrolę podczas zsuwania krzeseła po schodach. Dwa teleskopowe uchwyty z przodu i dwa składane za oparciem pomagają operatorom podnieść krzesło w przypadku przeszkód.

Mechanizm blokowania tylnych kół zapewnia, że krzesło nie ślizga się po płaskiej powierzchni. Półsztywne siedzisko i miękkie oparcie są zbudowane tak, aby zwiększyć komfort pacjenta.

Składany podnóżek zwiększa stabilność pacjenta.

Łatwe do czyszczenia siedzisko i oparcie z PVC są odporne na działanie chemikaliów.

Obracające się przednie koła sprawiają, że krzesło jest bardziej zwrotne.

4BELL STAIR+ to składane krzeselko transportowe EMS przeznaczone do przenoszenia lub ewakuacji pacjentów z ograniczeniami ruchowymi z budynków wielopiętrowych. Jego dwie płozy sprawiają, że krzeselko nadaje się do kontrolowanego zjazdu po schodach. Podnoszenie krzesełka nie jest wymagane.

Jest zbudowane zgodnie ze specyfikacjami określonymi przez EN 1865-4 i jest zgodny z EN 1789, gdy jest mocowany do dedykowanego systemu mocowania 4BELL Stair+ Max.

Stelaż krzesełka jest wykonany z aluminium w celu zwiększenia wytrzymałości. Jego całkowita waga wynosi 14,7kg.

**PARAMETRY TECHNICZNE:**

Długość z uchwytami schowanymi/rozłożonymi 76/112 cm

Długość z prowadnicami i teleskopowymi uchwytami rozłożonymi 128 cm

Szerokość 49 cm

Wysokość 94 cm

Wysokość z rozsuwaną rączką rozłożoną 147,5 cm

Wymiary po złożeniu 49 x 94 x 29 cm

Waga 14,7 kg

Ładowność 180 kg

Przednie koła \varnothing 10 cm

Tylne koła \varnothing 15 cm

Materiały Al, Stal, PU, PVC

W kpl. pasy bezpieczeństwa

4BELL STAIR+ MAX /System mocowania testowany na 10G/ -ST10455B

Uchwyt montuje się w karetkach pogotowia, pojazdach specjalnych lub samolotach

Pomaga zabezpieczyć 4BELL STAIR+ w pozycji składanej do ściany lub podłogi

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ zaoferowane krzesło kardiologiczne nie spełnia wymagań wskazanych w OPZ.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania krzeselko posiadające średnicę tylnych kół 120 mm.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza takie parametry.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane krzeselko posiadało możliwość mycia ciśnieniowego potwierdzone w instrukcji obsługi co zabezpiecza sprzęt przed uszkodzeniami po wykonywanej dezynfekcji krzeselka.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wymaga takiego parametru.

Pytanie nr 4:

Dotyczy parametru: Wymiary złożonego krzeselka: wysokość max 1000 mm, szerokość całkowita max 530 mm, głębokość max 220 mm.

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne o wysokości złożonego krzeselka maksymalnie 1140mm x 530mm x 300mm

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy parametru: Wyposażone w dwie ręczki teleskopowe z przodu z regulacją min. 3 poz. oraz dwie tylne ręczki do podnoszenia

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne wyposażone w dwie ręczki teleskopowe z przodu z regulacją w dwóch pozycjach oraz jedną, ergonomiczną ręczkę z tyłu

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy parametru: Średnica przednich kółek min. 100 mm, średnica tylnych kółek min. 140 mm.

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne wyposażone w kółka przednie z hamulcami o wymiarach 75mm

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy parametru: Wyposażone w dwie ręczki teleskopowe z przodu z regulacją min. 3 poz. oraz dwie tylne ręczki do podnoszenia

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne nie wyposażone w ręczki przednie. Pragniemy zauważyć, że w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego w krzeselkach kardiologicznych przednie ręczki są praktycznie nieużywane, ponieważ system płozowy pozwala na zjeżdżanie po schodach bez konieczności podnoszenia pacjenta.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy parametru: Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg.

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne o dopuszczalnym udźwigu do 180kg. Pragniemy zauważyć, że pacjenci o wyższej wadze praktycznie nigdy nie są w stanie siedzieć podczas ewakuacji z domu do ambulansu. Tacy pacjenci są najczęściej transportowani na specjalnie wzmacnianych płachtach w pozycji leżącej lub półleżącej.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

Pytanie nr 9:

Dotyczy wymaganego terminu gwarancji :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesłek kardiologicznych w 36 miesięcznym okresie gwarancji?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

Pytanie nr 10:

Dot. § 8 ust. 1 pkt 4)-6) zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisów „za zwłokę w przekroczeniu terminu reakcji serwisowej oraz terminu zakończenia napraw o których mowa w §6 ust. 5,6, i 9 w wysokości 0,1% wartości netto naprawianego urządzenia za każdy dzień zwłoki”.

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu

umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony.

Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ – cz. II wzór umowy.

Pytanie nr 11:

Dot. § 8 umowy. Czy zamawiający doprecyzuje postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu:

Gwarancją nie są objęte:

1) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- a) eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
- b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby),
- c) jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej,
- f) normalnego zużycia wymienionych części.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 12:

Dot. § 8 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje umowy poprzez ustalenie, iż czas reakcji będzie liczony w godzinach, a czas usunięcia awarii w dniach roboczych? Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ – cz. II wzór umowy.

Pytanie nr 13:

Dot. § 8 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu „w przypadku wysłania zgłoszenia po godz. 16.00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznane jest ono za doręczone w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ – cz. II wzór umowy.

Pytanie nr 14:

Dot. § 3 ust. 2 umowy. Czy zamawiający miał na myśli koszt dostawy krzesłek?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający potwierdza. Prawidłowa treść § 3 ust. 2 pkt 2) brzmi:

„koszt dostawy tj. koszt dostarczenia krzesł kardio logicznych do siedziby Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław .”

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią **integralną część SWZ.**

Anna Koniec
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-organizacyjnych
.....
podpis Kierownika Zamawiającego (w oryginale)