



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Włocławek, dnia **31**.12.2024r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  
Dostawa sprzętu jednorazowego dla Zespołu Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowej na potrzeby  
Pracowni Hemodynamiki, znak postępowania: DZP/ 94 /2024**

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2024.1320 z późn.zm.), wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania oraz wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

**Pytanie nr 1**

**dot. Część nr 9, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści „Cewniki balonowe wysokociśnieniowe niepodatne (non compliant) do doprężania stentów” o nieznacznie zmienionych parametrach: profil przejścia (crossing profile) 0,036 cala dla balonika o śr. 3.0 mm, oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  
we Włocławku

*mgr Dariusz Szczepański*

SPORZĄDZIŁA :  
mgr inż. Dorota Nowacka,  
e-mail: [dorota.nowacka@szpital.wloclawek.pl](mailto:dorota.nowacka@szpital.wloclawek.pl)



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
[www.szpital.wloclawek.pl](http://www.szpital.wloclawek.pl); [sekretariat@szpital.wloclawek.pl](mailto:sekretariat@szpital.wloclawek.pl)  
tel. 54 412 90 00