



Gdynia, dnia 29.10.2024 r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

*„Zestawy narzędzi na Oddział Rekonstrukcji Głowy i Szyi w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni”
Nr sprawy: D25M/251/N/32-61rj/24*

I. Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1: (dotyczy zadania nr 4, 5 i 6) Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia z zagranicy, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie dla części nr 4, 5 i 6 terminu wykonania zamówienia na 56 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 56 dni dla zadania nr: 4, 5 i 6, od dnia podpisania umowy.*

Pytanie nr 2: (dotyczy zadania nr 4 poz. 23) Prosimy o dopuszczenie nożyczek zakrzywionych tępo-tępnych o dł. 14,5 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.*

Pytanie nr 3: (dotyczy zał. nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, wiersz 1) Prosimy o odstąpienie od wymogu „OZNAKOWANIE SZPITALA, ZESTAWU” narzędzi oferowanych w zadaniu nr 4, 5 i 6. Dodatkowe oznakowania wydłużają czas dostawy i może nie być możliwe do naniesienia z powodów technologicznych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 4: (dotyczy zał. nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, wiersz 2) Czy z uwagi na to, iż instrumenty chirurgiczne jako wyroby medyczne muszą spełniać wymogi odpowiednich dla nich norm jakości dotyczących technologii wytwarzania, a producenci nie mają obowiązku udzielania szczegółowych informacji z tym związanych, Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia „NARZĘDZIA ZMATOWIONE, HARTOWANE PRÓŻNIOWO ZE WSTĘPNĄ PASYWACJĄ, TWARDE WKŁADKI WLUTOWANE W CAŁOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ NARZĘDZIA”? Podtrzymanie tego wymogu uniemożliwi złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 5: (dotyczy zał. nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, wiersz 7-10) Prosimy o potwierdzenie, że „ogólne wymagania materiałowe i konstrukcyjne i inne – narzędzia chirurgiczne”, opisane w wierszu 7-10 nie dotyczą części nr 4, 5 i 6.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wymaga dostawy kontenerów do zadań nr 4, 5 i 6.*

Pytanie nr 6: (dotyczy zał. nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, wiersz 11) Prosimy o odstąpienie od zapisu:

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WERYFIKACJI JAKOŚCI ORAZ PARAMETRÓW ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW POPRZEC WYKONANIE (NA LOSOWO WYBRANEJ PRÓBCE DO 10 SZT. NARZĘDZI) BADAŃ NISZCZĄCYCH, ZREALIZOWANYCH PRZEZ NIEZALEŻNY OŚRODEK BADAWCZY – DOTYCZY ETAPU DOSTAWY.
UWAGA - WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA ASORTYMENTU W MIEJSCU ZNISZCZONYCH PRÓBEK NOWYMI EGZEMPLARZAMI O IDENTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH.

Z uwagi na fakt, że oferowane instrumenty chirurgiczne jako wyroby medyczne muszą spełniać wymogi odpowiednich dla nich norm jakości dotyczących technologii wytwarzania i jakości. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o przesłanie zakresu wykonywanego badania i potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszty zniszczonych narzędzi.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*



Pytanie nr 7: (dotyczy zał. nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, wiersz 13) Prosimy o odstąpienie od wymogu znakowania narzędzi „NAPISEM IDENTYFIKUJĄCYM UŻYTKOWNIKA”, „NAZWA SZPITALA, NAZWA ZESTAWU”. Dodatkowo oznakowania znacznie wydłużają czas dostawy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8: (dotyczy zał. nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, wiersz 13) Prosimy o odstąpienie dla części 4, 5 i 6 od wymogu unikalnego kodu w systemie DATA MATRIX w przypadku narzędzi o tym samym numerze katalogowym (referencyjnym) pochodzących z tej samej partii. W przypadku, gdy producent stosuje jako oznakowanie nr partii a nie numer seryjny, niemożliwe jest, aby każde narzędzie z tej samej partii posiadało unikalne oznakowanie w systemie DATA MATRIX. Podtrzymanie tego wymogu uniemożliwi złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9: (dotyczy zał. nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, wiersz 13-21- CZYNNOŚCI/usługi REGENERACYJNE) Prosimy o odstąpienie od wymogu wszelkich wymaganych czynności regeneracyjnych dla części nr 4, 5 i 6. Oferowane narzędzia nie podlegają regeneracji, gdyż producent oferowanych wyrobów nie przewiduje regeneracji swoich wyrobów z powodów technologicznych. W przypadku naturalnego zużycia, uszkodzenia narzędzia zostają wymieniane na nowe na podstawie odrębnych ofert cenowych. Podtrzymanie tego wymogu uniemożliwi złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10: (dotyczy zadania nr 4, 5 i 6) Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika, uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych lub naturalnego zużycia wyrobu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11: (dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3) Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia zza granicy, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu wymiany towaru na wolny od wad na 15 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12: Prosimy o potwierdzenie, że wymagany termin przydatności do użytku, sterylności min. 24 m-ce, nie dotyczy oferowanych wyrobów wielorazowych, niesterylnych, nieposiadających terminów ważności?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13: (dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3) Prosimy o zmniejszenie łącznego limitu kar do poziomu 20 % łącznej wartości przedmiotu umowy. Ze względu na aktualną linię orzeczniczą sądów powszechnych, limit kar umownych, którego wysokość w stosunku do wartości umowy oscyluje w granicach kilkudziesięciu procent, jest uznawany za nadmierny w rozumieniu art. 484 § 2 k. c. (np. Wyrok SO w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r., sygn. Akt: VI Ga 173/13, w którym niewspółmierną uznano karę w wysokości 43 % wynagrodzenia).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14: (dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 lit. a i b) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy w § 6 ust. 1 lit. a i b, do 0,2 %? Kary umowne przewidziane przez Zamawiającego są wygórowane. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 0,1 - 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownej zmiany w projekcie umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający obniża kary do poziomu 0,3 %.

Pytanie nr 15: Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.



Zadanie nr 1: Zestaw do tracheotomii

6.	Haczyk do tchawicy ITERSON, ostry, dł. 16 cm
9.	Kleszcze naczyniowe DANDY - MOSQUITO, wygięte bocznie, rowkowanie poprzeczne, dł. 13 cm
10.	Kleszcze naczyniowe BENGOLEA, proste, dł. 20 cm lub 23cm
12.	Kleszcze naczyniowe KOCHER - NIPPON, 1x2 zębne, proste, dł. 14 cm
13.	Kleszcze naczyniowe PEAN (ROCHESTER), zagięte, dł. 20 cm
16.	Rurka ssąca, FERGUSSON, \varnothing 2 mm, dł. 12,5 cm
17.	Kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowym) z systemem automatycznego plombowania (niewymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 297x274x135mm lub 297x274x150mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową z rączkami, pokrywa aluminiowa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej niewymagającą wymiany, dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową.

Zadanie nr 2: Zestaw do tonsillektomii diagnostycznej i zaopatrzenia krwawień

2.	Podważka migdałkowa HENKE, 11,5/5,0 mm, dł. 23 cm
6.	Kleszyczki do migdałków SCHNIDT, zagięte, dł. 19 cm
10.	Imadło do igieł MAYO - HEGAR, delikatne, wysmukłe, proste, dł. 18cm lub 20cm
12.	Kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowym) z systemem automatycznego plombowania (niewymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 297x274x135mm lub 297x274x150mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową z rączkami, pokrywa aluminiowa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej niewymagającą wymiany, dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową.

Zadanie nr 3: Zestaw do operacji nowotworów skóry twarzy i głowy

1.	Haczyk do ran GUTHRIE, 2-zębny, ostry, większy, dł. 13 cm
2.	Mikro - haczyk JOSEPH, ostry, dł. 16 cm
3.	Haczyk do ran ostry, 2-zębny, dł. 16 cm
4.	Pęseta chirurgiczna utwardzona GILLIES, prosta z prowadnicą, Miniprofil, 1x2 zębna, dł. 15 cm
7.	Pęseta mikrochirurgiczna, prosta, super delikatna 0,7 mm, 1x2 zębna, dł. 15 cm
8.	Pęseta mikrochirurgiczna, prosta, delikatna 1,2 mm, 1x2 zębna, dł. 16,5 cm
17.	Imadło do igieł utwardzone GILLES - MINI, Miniprofil, dł. 14,5 cm
20.	Kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowym) z systemem automatycznego plombowania (niewymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 297x274x100mm lub 297x274x135mm mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową z rączkami, pokrywa aluminiowa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej niewymagającą wymiany, dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową.

Zadanie nr 4: Zestaw narzędzi do gabinetu zabiegowego

1.	Kleszcze preparacyjne, lekko zakrzywione, bez zapinki, dł. 13 cm
3.	Mikroimadło SENNING, HM, bransze bardzo delikatne, matowione, dł. 17 cm
4.	Wziernik nosowy HARTMANN, dla dorosłych, dł. 15 cm
5.	Wziernik nosowy KILLIAN - STRUYCKEN, model standardowy, dł. 13 cm, dł. ostrzy 50 mm
6.	Wziernik nosowy KILLIAN - STRUYCKEN, model standardowy, dł. 13 cm, dł. ostrzy 75 mm
7.	Haczyk uszny WAGENER, zakończony kulką, roz. 1, dł. 14 cm
8.	Haczyk uszny WAGENER, zakończony kulką, roz. 2, dł. 14 cm
9.	Haczyk uszny WAGENER, zakończony kulką, roz. 3, dł. 14 cm
10.	Watotrzymacz ZIEGLER, koniec spiralny, śr. 1,5 mm, dł. 18 cm
11.	Kleszyczki uszne FISCH, bardzo delikatne, ząbkowane, 0,5 x 4,0 mm, dł. robocza 8 cm
12.	Łopatka językowa, 20 x 25 mm, dł. 17 cm
19.	Nóż obrotowy BALLENGER, bagnetowy, szer. 3 mm, dł. 19cm lub 20cm
21.	Praska kostna COTTLE, prostokątna
25.	Dłuto proste TRAUTMANN, szer. 6mm lub 8mm, dł. 14 cm
26.	Dłuto żłobkowe TRAUTMANN, szer. 8mm, dł. 14 cm

Zadanie nr 5: Zestaw narzędzi do diagnostyki nowotworów krtani

2.	Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, dla dorosłych, rozm. bardzo duży, dł. 17,2 cm
3.	Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, dla dorosłych, rozm. duży, dł. 17,2 cm
4.	Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, dla dorosłych, rozm. średni, dł. 17,2 cm
5.	Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, do trudnych przypadków, rozm. mały, dł. 18,2 cm
6.	Rurka ssąca, śr. 3 mm, dł. 12 cm, do zastosowania z laryngoskopami
11.	Kleszcze biopsyjne KLEINSASSER, bransze owalne, jedna ruchoma, rozm. 3 x 5 mm, dł. robocza 23 cm
18.	Kleszcze tnące KLEINSASSER, bransze zakrzywione do góry, miseczkowe, okrągłe śr. 2,5 mm; dł. robocza 23 cm
19.	Kleszcze tnące KLEINSASSER, bransze zakrzywione w prawo, miseczkowe, okrągłe śr. 2,5 mm; dł. robocza 23 cm
20.	Kleszcze tnące KLEINSASSER, bransze zakrzywione w lewo, miseczkowe, okrągłe śr. 2,5 mm; dł. robocza 23 cm
21.	Kleszcze tnące KLEINSASSER, bransze proste, miseczkowe, okrągłe śr. 2,5 mm; dł. robocza 23 cm
22.	Nóż do mikrochirurgii krtani, prosty, owalny, dł. robocza 24 cm
23.	Nóż do mikrochirurgii krtani, sierpowaty, ostro zakończony, dł. robocza 24 cm
24.	Nóż do mikrochirurgii krtani, zakrzywiony, okrągły, w kształcie kija golfowego, dł. robocza 24 cm
25.	Elewator do mikrochirurgii krtani, z kanałem ssącym, dł. robocza 24 cm
26.	Rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 2,5 mm, dł. robocza 25 cm
27.	Igła iniekcyjna KLEINSASSER, prosta, z LUER - Lock, dł. robocza 27 cm
28.	Rurka ssąco - koagulacyjna KLEINSASSER, śr. zew. 2,5mm lub 4,0mm, dł. robocza 26 cm
30.	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 1 poziom

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

II. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, **zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą**, a tym samym zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XV pkt. 1 i 2 SWZ w zakresie **terminu składania ofert** na następujące:

1. **Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć do dnia 07.11.2024 r. do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.**

Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XIII pkt. 1 SWZ w zakresie **terminu związania ofertą** na następujące:

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany **przez okres 90 dni, to jest do dnia 04.02.2025 r.**

III. Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu. Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 oraz art. 88 ust. 3 ustawy Pzp, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.10.2024 r., a opublikowana w dniu 29.10.2024 r. Treść ogłoszenia o zmianie w załączeniu.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem,
Beata Martyn-Mrozowska
Przewodniczący Komisji Przetargowej

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT
mgr Beata Martyn-Mrozowska

Sporządziła: Elżbieta Hryniewicz