



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-120/24

Tarnów, 2025-01-02

Dotyczy: **Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz koszul i spodenek dla pacjentów.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy T do nebulizacji o parametrach:
 - Dren o długości 210 cm, odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
 - Nebulizator o pojemności 6 ml (skalowany co 1 ml), wytwarzający cząsteczki o średniej wielkości MMAD = 3,91 µm przy przepływie 6 l/min.
 - W zestawie nebulizator, dren, złączka typu T, ustnik, zastawka jednokierunkowa oraz rurka karbowana
 - Uniwersalny łącznik T o średnicy 22M/15F - 22F umożliwia podłączenie zestawu do: ▪ rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej
 - obwodu oddechowego i wykonanie nebulizacji u pacjenta wentylowanego mechanicznie
 - Uniwersalny (odłączalny) ustnik umożliwia wykonanie nebulizacji u pacjenta oddychającego samodzielnie
 - Silikonowa zastawka jednokierunkowa (odłączalna) redukuje straty leku podczas nebulizacji
 - Jednorazowego użytku
 - Nie zawiera lateksu
 - Nie zawiera ftalanów
 - Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
 - Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną o następujących parametrach: Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę, z wycięciem „Y” pod szyją. Rozmiar uniwersalny (długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm))?
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną o następujących parametrach: Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g/m² w kolorze niebieskim, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wycięcie półokrągłe pod szyją, wiązana na troki w pasie oraz na szyi, z krótkim rękawem, rozmiar uniwersalny (długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm)?
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną o następujących parametrach: Koszula wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, zakładana przez głowę, wycięcie „Y” pod szyją wiązane na troki oraz dodatkowo wiązana w pasie. Wymiary: L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm), XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm)?
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby spodenki były składane pojedynczo.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** wycenę za opakowanie zawierające 10 sztuk przedmiotu zamówienia, przy czym w takiej sytuacji należy podać ilość zaoferowanych opakowań.

Ad 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** zestawów T do nebulizacji opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** koszul opisanych w pytaniu.

Ad 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** koszul opisanych w pytaniu.

Ad 5

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** koszul opisanych w pytaniu w rozmiarze L i XXL, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 6

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** spodenek wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m², pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, w tym nieprześwitywania włókniny z której są uszyte.

Ad 7

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** spodenek, które nie są pakowane pojedynczo, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w Załączniku Nr 1 do SWZ - Formularzu Cenowym w Pakietach Nr 1-4 po kolumnie „Wielkość opakowania”, a przed kolumną „Cena jednostkowa opakowania netto w zł” dodaje kolumnę o treści „Ilość opakowań”

2/ w Załączniku Nr 1 do SWZ - Formularzu Cenowym w dolnym prawym rogu strony 1 oraz strony 2 dodaje zapis o treści „Podpis osoby upoważnionej do złożenia ofert”

3/ w Załączniku Nr 1 do SWZ - Formularzu Cenowym u góry na środku strony 1 dodaje zapis o treści „Formularz Cenowy”.

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz Cenowy po dokonanej zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

