



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 02.06.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 15/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 4

1. Zał. nr 1 do SIWZ – pkt 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie generatora o częstotliwości napięcia anodowego 400 kHz? Taka wartość napięcia jest jedną z najwyższych na rynku producentów generatorów.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Zamawiającego interesuje sprzęt o najwyższych parametrach częstotliwość napięcia anodowego generatora.

2. Zał. nr 1 do SIWZ – pkt 28.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o szybkości chłodzenia kołpaka 36 kHU/min., ale o wyższej niż wymagana, szybkości chłodzenia anody - 140 kHU/min.? Takie parametry lampy zapewniają lepszą wydajność lampy niż minimalne wartości podane przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Zamawiającego interesuje sprzęt o najwyższych parametrach szybkości chłodzenia kołpaka.

3. Zał. nr 1 do SIWZ – pkt 76.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora o rozmiarze matrycy 33,9 x 42,4 cm? Niewielka różnica, 1 mm, nie ma wpływu na możliwości użytkowe detektora.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Zamawiającego interesuje sprzęt o najwyższych parametrach w zakresie rozmiaru matrycy detektora DR.

4. Zał. nr 1 do SIWZ – pkt 108.

Prosimy o podanie dostawców systemów RIS i PACS posiadanych przez Zamawiającego oraz o informację czy koszt integracji i licencji ponosi wykonawca.

Odp.: Zamawiający posiada system RIS i PACS, którego dostawcą jest Pixel Technology Sp. z o.o. Wszelkie wymagane licencje, prace rekonfiguracyjne (integracyjne) oraz niezbędny sprzęt są po stronie wykonawcy. Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82