

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Sekcja Zamówień Publicznych
tel. 41 36 74 474

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: zampubl@onkol.kielce.pl / annamo@onkol.kielce.pl

IZP.2411.199.2023.AM

Kielce, dn. 19.09.2023 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

Dotyczy postępowania na zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów koagulologicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, kiedy do takiego przetwarzania nie dochodzi w związku z uwzględnieniem przez Wykonawcę ochrony danych osobowych w fazie projektowania analizatora i jego oprogramowania oraz stosowaniem domyślnej ochrony danych w ustawieniach analizatorze?
Ad1. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Czy Zamawiający dopuści osocze deficytowe czynnika XII o stabilności na pokładzie 6h ?
Ad2. Zamawiający wyraża zgodę.
3. Czy w aparatach mają działać przebijaki korków próbek zamkniętego pobrania ?
Czy mają one działać również w przypadku próbek pilnych?
Ad3. Tak. W aparatach Zamawiający wymaga przebijaków korków próbek dla systemu zamkniętego typu Vacutainer BD.
Tak. Muszą one działać także w przypadku próbek pilnych.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych Mariusz Klimczak