



Poznań, dnia 28 września 2023 roku

Oznaczenie sprawy: TP-100/23

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym na
dostawę odczynników do Pracowni Cytogenetycznej wraz z dzierżawą sekwenatora kapilarnego do analizy metodą QF-PCR
oraz zakup urządzeń i sprzętu laboratoryjnego.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SWZ
ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1: dot. Części 1, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści podłoże suplementowane antybiotykiem penicylina/streptomycyna zamiast gentamycyną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: dot. Części 1, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu posiadającego certyfikat jakości z parametrami oznaczonymi wg załączonego przykładu?

Quality Profile	Specification	Result	Unit
pH	6.8 – 7.6	7.49	
Osmolality	As reported	285	mOsm/kg
Endotoxin	< 10.0	0.25	EU/ml
Sterility	Pass	Pass	

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: dot. Części 1, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści surowicę płodową bydłącą pozyskiwaną w krajach Ameryki Południowej, z certyfikatem jakości wg załączonego przykładu?

Quality Profile	Specification	Result	Unit
Appearance	Clear amber	Pass	
pH	6.8 – 8.2	7.13	
Osmolality(1)	280 – 340	310	mOsm/kg
Endotoxin(2)	As reported	2.78	EU/ml
Hemoglobin(3)	≤ 25.0	17.14	mg/dl
Glucose(4)	As reported	4.99	mM
Calcium(3)	As reported	2.93	mM
Phosphorous(3)	As reported	3.26	mM
GOT/AST(3)	As reported	43	U/l
LDH(3)	As reported	404	U/l
Protein Profile			
Total Protein(5)	3.0 – 4.5	3.8	g/dl
Albumin(6)	As reported	2.79	g/dl
IgG(7)	≤ 300	201.9	mg/l
Sterility Testing			
Bacteria and Fungi(8)	Not detected	Not detected	
Mycoplasma(9)	Not detected	Not detected	
Virus and Bacteria Testing			
Bovine Herpes Virus (BHV-1 and BHV-5)(10)	Not detected	Not detected	
Pestivirus (e.g. BVD-V)(10)	Not detected	Not detected	
Parainfluenza Virus Type 3 (PI-3)(10)	Not detected	Not detected	
Biological Performance			
Cell Growth MDCK (Canine Kidney Epithelial Cell Line)(11)	≥ 75.0	Pass	%
Cell Growth CHO (Chinese Hamster Ovary Cell Line)(11)	≥ 75.0	Pass	%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.





Pytanie nr 4: dot. Części 1, poz. 3

Jakiej wielkości opakowania wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Butelki po 100ml.

Zestaw nr 2

Pytanie 1

Dotyczy zał. nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część nr 7: Dostawa termobloku (Bloku grzejnego) – 1 sztuka, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze skokiem nastawy temperatury 1 stopnia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym nierównomierność rozkładu temperatury wynosi: +/- 0,5 stopnia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie zapisu art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych – **przedłuża termin składania ofert do dnia 3 października 2023 roku, do godz. 09:00.** Z uwagi na powyższe zmianie ulegają też następujące terminy: **termin otwarcia ofert: 03.10.2023 roku, godz. 10:00** oraz termin związania ofertą: 01.11.2023 roku.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

