

## Pakiet 2

### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Przedmiot przetargu Stymulatory serca CRT-P Pro MRI do fizjologicznej stymulacji LBB z wykorzystaniem klasycznej elektrody 10 szt

**UWAGA:** Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	
	Tak	1 pkt
Tryby stymulacji - minimum 5	Tak	1 pkt
Minimalny czas pracy stymulatora - 5 lat	Tak	1 pkt
Waga stymulatora - poniżej 32 g	Tak	1 pkt
Czułość w kanale przedsionkowym minimum 0,1 mV	Tak	1 pkt
Gniazdo podłączenia elektrody LV: możliwość wyboru urządzenia z gniazdem IS1 lub IS4	TAK	1 pkt
Polarność stymulacji komorowej – unipolarna lub bipolarna, dostępna przy wszystkich ustawieniach impulsu stymulującego	TAK	1 pkt
Histeresa opóźnienia przedsionkowo-komorowego z max. opóźnieniem przedsionkowo-komorowym nie mniejszym niż 300 ms	TAK	1 pkt
Dwa niezależne sensory	TAK	1 pkt
Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI	TAK	1 pkt
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak	2 pkt
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak	2 pkt
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak	1 pkt

.....  
podpis oferenta