

Wykonawcy postępowania

ZP/129/2024

Łódź, dn. 13.11.2024 r.

Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na *Dostawę urządzeń chłodniczych w ramach realizacji projektu: Drugi etap budowy CKD UM w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.*

1. Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

Pakiet I

Pytanie 1:

pozycja nr 6 „Zamrażarka do materiału tkankowego” (1 szt):

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę która zamiast interfejsu WLAN/LAN posiada interfejs w postaci portu RS485?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2a do SWZ - opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne pakiet I.

Pytanie 2:

pozycja nr 8 „Lodówka podblatowa” (4 szt):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu lodówkę podblatową o następujących wymiarach: wysokość / szerokość / głębokość: 85 / 50 / 60,7 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2a do SWZ - opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne pakiet I.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu chłodziarki nie będące wyrobem medycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2a do SWZ - opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne pakiet I.

Pytanie 4:

pozycja nr 6 punkt 22 Zamrażarka do materiału tkankowego 1szt.

-Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamrażarki do materiału tkankowego, spełniającej wszystkie wymienione kryteria, nie posiadającej interfejsu WLAN / LAN.

Odpowiedź:

Nie. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 5:

Uprzejmie prosimy o podanie drogi transportu urządzeń wymaganych w pakiecie nr 1.

Odpowiedź:

Adres dostawy to Łódź, ul. Pomorska 251, budynki A1 i A2. Poniżej tabela przedstawiająca miejsce instalacji urządzeń opisanych w pakiecie I. Budynek A1 i A2 są ze sobą połączone. Dostawa odbywa się przez wózkownię (budynek C8) oddaloną o około 50 metrów od głównego budynku, połączona wspólnym przejściem. Dostawa na piętro 0 odbywa się osobnym wejściem bezpośrednio do budynku A2. Na każde piętro dojeżdża winda. Dostawy odbywają po płaskich powierzchniach bez znacznych progów. Brak rampy rozładunkowej.

pozycja w OPZ pakiet I	ilość	piętro	budynek
1	2	-1	A2
1	5	0	A2
1	1	7	A1
2	1	7	A1
3	1	9	A1
4	3	9	A1
5	2	9	A1
6	1	7	A1
7	1	7	A1
8	4	7	A1

Pakiet II

Pytanie 1:

do punktu nr 8:

Czy Zamawiający uzna rejestrowanie temperatury przez czujniki od -40°C ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2b do SWZ - opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne pakiet II

2. Działając w oparciu o art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści **SWZ – załącznika nr 2a opisu przedmiotu zamówienia pakiet I i załącznika nr 2b opisu przedmiotu zamówienia pakiet II:**

We wszystkich pozycjach

Lp. 5

Jest:

Rok produkcji 2023/2024,

Ma być:

Rok produkcji 2024.

3. Działając w oparciu o art. 286 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

- składania ofert z dnia 15.11.2024 r. do godz. 12.00 na dzień 19.11.2024 r. do godz. 12.00.
- wniesienia wadium z dnia 15.11.2024 r. do godz. 12.00 na dzień 19.11.2024 r. do godz. 12.00
- związania ofertą z dnia 12.12.2024 r. na dzień 17.12.2024 r.

Z-ca Dyrektora
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi