

## Dyrektor Administracyjny

Gdańsk, dnia 06.07.2023

Nr postępowania: ZP/155/014/D/23

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zgodnym z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na „Dostawę oscyloskopów cyfrowych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”.

### **ZAPYTANIE DO TREŚCI SWZ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający informuje, iż w dniu 06.07.2023 roku wpłynęło zapytanie dotyczące treści opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ postępowania, wyłącznie do cz. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na skierowane zapytanie.

#### **ZAPYTANIE WYKONAWCY**

*Szanowni Państwo*

*W związku z postępowaniem na dostawę oscyloskopów zwracamy się do Zamawiającego:*

*Pytanie do postępowania nr ZP/155/014/D/23 cz. 2 „Oscyloskop cyfrowy typu B (szt. 2)”*

*1. Dot. 9. „Rozdzielczość wyświetlanego obrazu co najmniej 800 x 600 pikseli” Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielczość wyświetlanego obrazu 800 x 480 pikseli?*

#### **ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE**

*Zamawiający nie dopuszcza oscyloskopów cyfrowych o rozdzielczości wyświetlanego obrazu 800 x 480 pikseli.*

Pozostałe wymagania określone w dokumentacji SWZ postępowania nie ulegają zmianom. Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem **10.07.2023 roku o godzinie 11:00**. Dokonana przez Zamawiającego odpowiedź jest integralną częścią SWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

*Dyrektor Administracyjny*

*mgr Maciej Galik*

**WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI  
I AUTOMATYKI**