

Lubań, dnia 09 października 2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 1**

**do treści SWZ na „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatorów immunochemicznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/14/2024**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści analizatory o głębokości do 100 cm (załącznik nr 4 poz. 3 i 25)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PROKURENT**

**MAŁGORZATA KOZAK**