



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wrocław, dnia 08.08.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego II - w związku z realizacją projektu „Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące części II – Zadanie 2 – Pulsoksymetr dla dzieci i niemowląt ze stacją dokującą

Pytanie nr 1:

L.p. 5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr bez przycisku szybkiego wyciszenia dźwięku alarmu?;

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga posiadanie w aparacie przycisku szybkiego wyciszenia dźwięku alarmu.

Pytanie nr 2:

L.p. 6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr bez modułu Bluetooth?;

Odpowiedź 2:

Zamawiający wymaga posiadanie modułu Bluetooth w urządzeniu.

Pytania dotyczące części IV - Zadanie IV - Aparat EKG z wyposażeniem

Pytanie nr 3:

L.p. 11. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z pamięcią wewnętrzną 250 badań, lecz z poziomu dołączonego komputerowego oprogramowania istnieje możliwość zapisu nieograniczonej ilości badań?;

Odpowiedź 3:

Zamawiający wymaga aparatu zgodnym z OPZ bez dodatkowego oprogramowania

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

komputerowego.

Pytanie nr 4:

L.p. 24. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z interfejsem komunikacyjnym 1 x USB?;

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza posiadanie jednego interfejsu USB w aparacie.

Pytanie nr 5:

L.p. 26. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z przetwornikiem A/C 13 bit?;

Odpowiedź 5:

Zamawiający wymaga aparatu zgodnym z pkt. 26 OPZ część IV Zadanie IV, przetwornika A/C 24 bit.

Pytanie nr 6:

L.p. 29. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, gdzie zapis i odczyt badań jest możliwy za pomocą dołączonego do aparatu komputerowego oprogramowania?;

Odpowiedź 6:

Zamawiający wymaga aparat zgodny z OPZ część IV Zadanie IV działającego bez dodatkowego oprogramowania komputerowego. Nie dopuszcza aparatu EKG, gdzie zapis i odczyt badań jest możliwy tylko za pomocą dołączonego do aparatu oprogramowania komputerowego.

Pytanie nr 7:

L.p. 31. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wadze 3,7 kg?;

Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuszcza aparat EKG o wadze większej o 20% od podanej w OPZ część IV Zadanie IV.

Sporządziła: Agnieszka Bolewska