

DEZ/323/2024

Jelenia Góra 27.02.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Zakup foteli ginekologicznych z wyposażeniem, elektronicznych wag krzeselkowych oraz wózków toaletowo-prysznicowych dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
ZAPYTANIE OOFERTOWE NPU/00198/2024**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do zapytania ofertowego jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1

Zadanie nr 2 i 3

Czy Zamawiający zrezygnuje w konieczności montażu i przeszkolenia z asortymentu w zadaniu nr 2 i 3? Jest to asortyment prosty w obsłudze i nie ma konieczności jego montażu.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z konieczności montażu i przeszkolenia z asortymentu w zadaniu nr 2 i 3, tj. elektronicznych wag krzeselkowych i wózków toaletowo-prysznicowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega:

1) **§ 3 pkt. 5 Załącznika Nr 3 Projekt umowy dla Zadania Nr 2, który otrzymuje brzmienie:**

Było:

5. Wynagrodzenie obejmuje również koszt dostawy, legalizacji, montażu urządzeń, serwisowania urządzeń oraz szkolenia personelu medycznego.

Po zmianie: :

5. Wynagrodzenie obejmuje również koszt dostawy, legalizacji, serwisowania urządzeń.

2) **§ 3 pkt. 5 Załącznika Nr 3 Projekt umowy dla Zadania Nr 3, który otrzymuje brzmienie:**

Było:

5. Wynagrodzenie obejmuje również koszt dostawy, legalizacji, montażu urządzeń, serwisowania urządzeń oraz szkolenia personelu medycznego.

Po zmianie: :

5. Wynagrodzenie obejmuje również koszt dostawy, serwisowania urządzeń.

ZESTAW NR 2

Pytanie Nr 1

Dot. zadania 1 (fotel ginekologiczny z wyposażeniem)

- parametr szerokość (poz.1.5) - czy Zamawiający oczekuje foteli ginekologicznych o stałej szerokości 70 cm (całe leże o jednakowej szerokości), czy też segment siedziska ma być w stałej szerokości 70 cm, a segmenty zagłówek i podnóżka mogą się zwężać do około 46-50 cm?

- parametr regulacji wysokości fotela (poz. 1.2 - czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy fotel ginekologiczny bez ramy wokół stołu do regulacji, ale z regulacją wysokości przy pomocy pilota nożnego oraz regulacją segmentów siedziska i oparcia pleców przy pomocy pilota ręcznego, lub całość fotela

(wysokość i leże-segment siedziska i oparcia) regulowane przy pomocy pilota ręcznego?

- parametr koła skrętne (poz. 1.14) - czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy fotel ginekologiczny na 4 skrętnych, niezależnych kołach jezdnych z hamulcami?

- parametr ustawienie części tylnej (poz. 1.12) - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fotela ginekologicznego z segmentem pleców regulowanym przy pomocy siłownika elektrycznego (sterowanie z pilota ręcznego)?

- parametr odchylany pojemnik ze stali nierdzewnej (poz. 1.16) - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fotela ginekologicznego ze zdejmowanym pojemnikiem ze stali nierdzewnej (miską ginekologiczną)?

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1.

ZESTAW NR 3

Pytanie Nr 1

Dotyczy zadania nr 1.

Czy Zamawiający dopuści wysokość: 51-96 cm?

Pozycja Trendelenburga: 0-21°

Pozycja anty-Trendelenburga: 4°

4 koła skrętne z możliwością blokady, bez opuszczania mechanicznego?

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1.

ZESTAW NR 4

Pytanie Nr 1

ZADANIE NR 3

WÓZEK TOALETOWO – PRYSZNICOWY

1. Czy Zamawiający w pkt. 1.2 dopuści wózek i wskaże dostęp z przodu lub z tyłu do otworu siedziska ? Poniżej zdjęcia obu opcji.



dostęp od tyłu



dostęp od przodu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż preferuje wózek toaletowo-prysznicowy z dostępem od przodu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega zapis w pkt. 1.2 Załącznika Nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 3, który otrzymuje brzmienie:

Było:

Siedzisko wózka z dostępem (wycięciem) z przodu i z tyłu w celu ułatwienia wykonywania czynności higienicznych.

Po zmianie:

Siedzisko wózka z dostępem (wycięciem) od przodu w celu ułatwienia wykonywania czynności higienicznych.

Pozostałe zapisy Załącznika Nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 3 pozostają bez zmian.

ZESTAW NR 4

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści termin płatności 30 dni do daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega:

1) **§ 3 pkt. 8 i pkt 9 Załącznika Nr 3 Projekt umowy dla Zadania Nr 1, który otrzymuje brzmienie:**

8. Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy dokonana będzie w ciągu **30 dni** od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze. **Nr rachunku bankowego Wykonawcy:**
9. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności – **30 dni**.

2) **§ 3 pkt. 8 i pkt 9 Załącznika Nr 3 Projekt umowy dla Zadania Nr 2, który otrzymuje brzmienie:**

8. Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy dokonana będzie w ciągu **30 dni** od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze. **Nr rachunku bankowego Wykonawcy:**
9. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności – **30 dni**.

3) **§ 3 pkt. 8 i pkt 9 Załącznika Nr 3 Projekt umowy dla Zadania Nr 3, który otrzymuje brzmienie:**

8. Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy dokonana będzie w ciągu **30 dni** od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze. **Nr rachunku bankowego Wykonawcy:**
9. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności – **30 dni**.

4) **Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy:**

Było:

Termin płatności 60 dni

Po zmianie:

Termin płatności 30 dni

ZESTAW NR 5

Pytanie Nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości leżyska w zakresie 568 - 868 mm realizowaną z pilota przewodowego oraz przewodowego sterownika nożnego?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z leżem (bez wyposażenia) o szerokości 650 mm?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją pozycją Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowaną na dwóch kolumnach z pilota przewodowego w zakresie +/-160?
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją części tylnej do pozycji fotela realizowaną z pilota przewodowego w zakresie +700?
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w podnózek bez konieczności jego zdejmowania?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podstawą wyposażoną w 4 pojedyncze koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą kół?
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w wysuwany i odejmowany pojemnik ze stali nierdzewnej

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w zapytaniu ofertowym.

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz