



Płock, dnia 05.12.2025 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP.264.17.2025

Dotyczy: dostawy sprzętu medycznego w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki” – II postępowanie.

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie Załącznika nr 1 - opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Defibrylator AED, który zamiast automatycznej regulacji głośności komunikatów w zależności od poziomu hałasu otoczenia, posiada stałe komunikaty o jednej, wysokiej i stałej sile głośności, która jest zgodna z normami medycznymi i została zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnej słyszalności w typowym środowisku ratunkowym?

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy AED, który jest zgodny z aktualnymi regulacjami europejskimi w zakresie wyrobów medycznych, takimi jak MDR 2017/745 i europejskimi normami bezpieczeństwa IEC/EN 60601-2-4, natomiast nie spełnia standardu ANSI/AAMI DF80? Deklarując zgodność z rygorystycznymi normami europejskimi MDR 2017/745 (CE 0051) i IEC/EN 60601-2-4, oferowany przez nas wysokiej klasy AED, udowadnia, że jest urządzeniem wysokiej klasy o potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwie, co czyni go w pełni funkcjonalnym sprzętem medycznym, które nie musi spełniać konkretnego, amerykańskiego standardu ANSI/AAMI DF80.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na defibrylator AED, którego stopień ochrony wynosi IP56 oraz posiada niezbędną dokumentację potwierdzającą zaliczony test upadku z 1 metra?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 i Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą nie gorsze - pod względem jakościowym i użytkowym - niż podane w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Udowodnienie równoważności zaoferowanych produktów leży po stronie Wykonawcy, który składa ofertę.

Ad. 3 Zamawiający oczekuje, iż zaproponowany sprzęt będzie posiadał stopień ochrony wynoszący IP55 oraz niezbędną dokumentację potwierdzającą zaliczony test upadku z 1 metra.