



Nr postępowania: 26/AMB/2025//2025

Kraków dnia, 05.11.2025r.

**Odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego pod nazwą
dostawa 2 ambulansów sanitarnych typ „C” (z napędem 4x4) w zabudowie specjalistycznej z
noszami elektrycznymi i podstawą noszy**

Pytanie nr 1:

Dotyczy noszy elektrycznych

Dotyczy parametru:

„wraz z noszami 2 akumulatory zasilające (w tym jeden rezerwowy do ładowania) – wraz z ładowarką mobilną. Nosze muszą posiadać system automatycznego ładowania akumulatora po wpięciu-zadokowaniu noszy w systemie mocowania (ławeta), w przedziale pacjenta”

Czy Zamawiający dopuści nosze wyposażone w jeden akumulator pozwalający na wykonanie 100 cykli podniesienia i opuszczenia noszy z obciążeniem 100kg? Jest to ilość całkowicie wystarczająca na pracę podczas 12, a nawet 24 godzinnej zmiany zespołu. Podkreślamy jednocześnie, że nosze ładują się za każdym razem kiedy są zamocowane w ambulansie, a ambulans jest w ruchu drogowym lub, na postoju, podpięty jest do instalacji 230V.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia wymogu 2 akumulatorów.

Pytanie nr 2:

Dotyczy noszy elektrycznych

Dotyczy parametru:

„zagłówek mocowany do ramy noszy z możliwością regulacji oparcia głowy co najmniej w trzech pozycjach: 1-na wznak, 2-odgięcie głowy do tyłu, 3-przygięcie głowy do przodu”

Czy Zamawiający dopuści nosze z możliwością wydłużenia zagłówka bez możliwości ułożenia głowy w opisanych pozycjach. Nosze wyposażone są w specjalny stabilizator głowy, za pomocą którego można zastosować pozycje wygodne i ergonomiczne ustawienie głowy pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści nosze z opisanym stabilizatorem głowy

Pytanie nr 3:

Dotyczy noszy elektrycznych

Dotyczy parametru:

„powinny posiadać uchwyty boczne do podnoszenia, stabilizacji, przenoszenia noszy przez min. 4 dodatkowe osoby”

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności dostarczenia noszy z bocznymi uchwytami do podnoszenia, stabilizacji, przenoszenia noszy przez min. 4 dodatkowe osoby. Zamawiający opisuje nosze z napędem elektrycznym, które nie wymagają ręcznego podnoszenia noszy pacjenta o wadze nawet 300kg, a zatem uchwyty boczne wydają się być zbędne.

Odpowiedź: Opis ten dotyczy podstawowych czynności dotyczących bezpieczeństwa transportu pacjenta bariatrycznego na noszach, ubezpieczanie, stabilizacja przed wychyleniami bocznymi zarówno w trakcie przejazdu, niekoniecznie po idealnie gładkich powierzchniach, oraz przy za i wyładunku pacjenta do ambulansu. Dotyczy to również sytuacji awarii systemu elektro-hydraulicznego. Uchwyty mogą być elementami konstrukcyjnymi noszy.

Pytanie nr 4:

Dotyczy noszy elektrycznych

Dotyczy parametru:

„wspomagany systemem elektro-hydraulicznym/pneumatycznym z płynną regulacją wysokości, z niezależną regulacją przedniej i tylnej części. Regulowana wysokość leży noszy w zakresie min. 38-105 cm. Możliwość obsługi manualnej, w tym ustawienia żądanej wysokości leża (w sytuacji awarii systemu elektro-hydraulicznego).”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie noszy, których przednia i tylna część noszy podnoszona i opuszcza jest równomiernie i jednocześnie w taki sposób, że leże pacjenta ułożone w pozycji horyzontalnej jest ułożone zawsze równolegle do podłoża.

Jako doświadczony dostawca noszy napędzanych elektrycznie, zwracamy uwagę, że w przypadku noszy napędzanych elektrycznie nie są nam znane produkty, których golenie pracowałyby niezależnie. Niezależna praca goleni przednich i tylnych jest cechą właściwą dla noszy mechanicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie – równomierne podnoszenie i opuszczanie przedniej i tylnej części noszy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy noszy elektrycznych

Dotyczy parametru:

„ciężar noszy z transporterem i materacem nie więcej niż, 65 kg”

Czy Zamawiający dopuści nosze o wadze powyżej 65 kg zgodnie z aktualną normą 1865?

Zamawiający wymaga dostarczenia noszy podnoszonych i opuszczanych elektrycznie zatem waga noszy nie jest odczuwalna i nie wpływa na pracę wykonywaną przez operatora noszy, a same nosze wyposażone w duże koła które zmniejszają opory toczenia podczas manewrowania noszami.

Zwracamy również uwagę, że spośród wszystkich znanych nam noszy z napędem elektrycznym, parametr wagi maksymalnej 65kg spełniają jedynie nosze Stryker Power Pro2, co skutecznie uniemożliwia złożenie oferty przez podmioty chcące zaoferować jakiegokolwiek inne nosze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nosze o wadze powyżej 65 kg, zgodne z aktualną normą 1865-2.

Wyjaśnienie dodatkowe dotyczące konstrukcji noszy.

Zamawiający nie wymaga rozłączalnych elementów: części noszowej i transportera. Opis dotyczy noszy monoblokowych, użyte określenia; nosze i transporter odnoszą się do konstrukcji noszy jako jednolitej całości.

Pytanie nr 6:

Pytanie do wyposażenia medycznego:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, nosze o poniższych parametrach technicznych, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań określonych w SWZ:

- wersja monoblokowa,
- uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak i w tzw. pozycji wężącej.

Odpowiedź: - Zamawiający w SWZ nie wymaga rozłączalnych elementów: części noszowej i transportera. Opis dotyczy noszy monoblokowych. Użyte określenia; nosze i transporter odnoszą się do elementów konstrukcji noszy jako jednolitej całości.

- Zamawiający dopuszcza uchylny stabilizator głowy pacjenta

Odpowiedzi należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z uwagi na udzieloną odpowiedź Zamawiający dokonuje korekty (wyróżnione żółtym kolorem) w następujących dokumentach postępowania:

zał_nr_1a do SWZ_Formularze ofertowe-cenowe 05.11.2025

Załącznik nr 1b_SWZ_warunki techniczne – korekta 05.11.2025

Specyfikacja Warunków Zamówienia_korekta 05.11.2025


Zał_nr_3_SWZ_projekt_umowy_korekta 05.11.2025

Zamawiający

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Janawa

KIEROWNIK
Działu Zaopatrzenia i Logistyki


Marek Burda


Piotr Michno

ul. św. Łazarza 14, 31-530 Kraków,
tel.: 12/42-44-272, fax: 12/42-44-300
www.kpr.med.pl
mail: sekretariat@kpr.med.pl

Konto bankowe:
VeloBank S.A.
nr 03 1560 0013 2030 4357 4000 0001
NIP 675-11-98-968

 **MAŁOPOLSKA**

