



WSzSL/FZ.381.84/22.1084.2022

Legnica, 28.10.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ CYTOSKOPÓW GIĘTKICH
ZNAK SPRAWY: WSzSL/FZ-84/22**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpływaniem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

WYKONAWCA NR 1

Pytanie nr 1:

Dotyczy wzoru umowy, rozdział XX, paragraf 5, ustęp 1, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 2% wartości netto urządzenia w przypadku wystąpienia jego wadliwości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Dotyczy wzoru umowy, rozdział XX, paragraf 5, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Dotyczy wzoru umowy, rozdział XX, paragraf 5, ustęp 1, podpunkt d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 100,00 zł za każde uchybienie?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w miejsce 2 szt cystoskopów giętkich z aspiracją (Pozycje 22-43) - 2 szt cystoskopów giętkich zgodnych z parametrami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia w Punktach 2-21 (co oznacza zaoferowanie 10szt identycznych cystoskopów giętkich bez aspiracji)?

Parametry:

2	pole widzenia min. 110°
3	kierunek widzenia 0°
4	odległość widzenia min.3-50 mm
5	rozmiar zewnętrzny 16,5 Fr (średnica 5,5 mm)
6	rozmiar zewnętrzny końcówki 11,7 Fr (szerokość 4,6 mm)
7	rozmiar kanału roboczego 7,2 Fr (średnica 2,4 mm)
8	długość robocza 380 mm (+/- 10mm)



9	długość całkowita 700 mm (+/- 10mm)
10	wygięcie w górę min. 210°, wygięcie w dół min. 120°
11	możliwość pracy w obrębie pęcherza moczowego, dróg moczowych I nerek
12	Urządzenie kompatybilne z przenośnym akumulatorowym źródłem światła LED do endoskopów giętkich, o wadze maksymalnej do 140 gram bez akumulatorów, z wbudowanym wskaźnikiem ich rozładowania, umożliwiającym przeprowadzenie badania z użyciem cystoskopu giętkiego bezpośrednio przy łóżku pacjenta bez używania toru wizyjnego.
13	-zawór podwójny luer,
14	- nasadka do sterylizacji,
15	- adapter do światłowodu,
16	- szczoteczka dwustronna do czyszczenia
17	- port biopsyjny, do narzędzi maks. 9 Fr, regulowane uszczelnienie, jednorazowego użytku, sterylny, 5 szt
18	- światłowód - średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m
19	- tester szczelności
20	- kleszczyki kompatybilne z endoskopem
21	- kontener do sterylizacji niskotemperaturowej endoskopów giętkich o wymiarach zewnętrznych: 531 x 79 x 255 mm, z pokrywą. (wszystkie wymiary z tolerancją 10mm)

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość złożenia oferty na cystoskopy giętkie opisane w pkt 1-21 w liczbie 10 szt. W związku z tym informujemy, że oferta Wykonawcy nie uzyska punktów częściowych w zakresie opisanym w pkt. 23, 25, 33. Zmiany w zakresie określonym w zdaniach poprzedzających znalazły swoje odzwierciedlenie w Załączniku 2A do SWZ; zostały one wprowadzone czcionką koloru czerwonego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Anna Płotnicka-Mieloch