

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 20.09.2024 r.

Wysokie Mazowieckie, 20.09.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup i dostawa wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej -
powtórka**. Oznaczenie sprawy: **25/2024**

Zapytanie nr 1. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. SWZ rozdział VI pkt. 2, Załącznik nr 5a par. 4 ust. 4

Czy Zamawiający skróci termin płatności do 45 dni kalendarzowych?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ i projektowanymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 2. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 5a par. 8 ust. 2 pkt. 2), 3)

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych do 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 3. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 5a par. 7 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Okres gwarancji Przedmiotu Umowy przedłuża się o czas wykonywania napraw i oddania do użytkowania Zamawiającemu.” na „Okres gwarancji Przedmiotu Umowy przedłuża się o czas wykonywania napraw i oddania do użytkowania Zamawiającemu, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat/głowicę zastępczą.”?

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 4. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 5a par. 7 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni zapis z „W okresie gwarancji trzy naprawy tego samego modułu/elementu Przedmiotu Umowy wynikające z jego wady powodują wymianę naprawianego przedmiotu objętego umową na nowy wolny od wad. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych naprawianych przedmiotów po naprawie obejmuje okres do końca okresu gwarancji udzielonej na przedmiot umowy, lecz nie krócej niż 12 miesięcy” na „W okresie gwarancji trzy naprawy tego samego modułu/elementu Przedmiotu Umowy wynikające z jego wady powodują wymianę naprawianego przedmiotu objętego umową na nowy wolny od wad. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych naprawianych przedmiotów po naprawie obejmuje okres do końca okresu gwarancji udzielonej na przedmiot umowy, lecz nie krócej niż **6 miesięcy**”?

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 5. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 5a par. 7 ust. 11a), Załącznik nr 1 pkt. 98

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie wady lub usterki: a) nie wymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze.” na „Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie wady lub usterki: a) nie wymagającej importu części nie dłużej niż 4 dni robocze.”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ i Projektowanymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 6. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 5a par. 7 ust. 12, Załącznik nr 1 pkt. 96

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Okres dostępności części zamiennych i akcesoriów – min. 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.” na „Okres dostępności części zamiennych i akcesoriów – 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ i Projektowanymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 7. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 5a par. 7 ust. 14

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Zamawiający będzie uprawniony do dokonania naprawy lub zakupu sprzętu nowego w przypadku niemożności naprawy od podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku niewykonania w terminie zobowiązań wykonawcy wynikających z gwarancji lub rękojmi. Powyższe nie pozbawia Zamawiającego do korzystania z innych uprawnień przewidzianych umową.” na „Zamawiający będzie uprawniony do dokonania naprawy lub zakupu sprzętu nowego w przypadku niemożności naprawy od **autoryzowanego** podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku niewykonania w terminie zobowiązań wykonawcy wynikających z gwarancji lub rękojmi. Powyższe nie pozbawia Zamawiającego do korzystania z innych uprawnień przewidzianych umową.”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ i Projektowanymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 8. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 1 pkt. 97

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Czas reakcji serwisu max. 48 godz.” na „Czas reakcji serwisu max. 48 godz. w dni robocze”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 9. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 1 pkt. 99

Prosimy o dodanie zapisu „Jeżeli nie jest to możliwe pod względem technicznym, Sprzedający po okresie gwarancji zobowiązuje się dostarczać tego typu kody na każde żądanie Zamawiającego.” W najnowocześniejszym sprzęcie medycznym takim jak ultrasonografy, wielu wiodących producentów na etapie produkcji zabezpiecza swoje produkty przed nieautoryzowanymi działaniami systemem kodów dynamicznych. Oznacza to, że kody te są generowane w konkretnej chwili, a dostęp do systemu generującego posiadają jedynie autoryzowani przedstawiciele serwisu. Aparaty są tak skonstruowane, że nie ma możliwości trwałego usunięcia tych kodów serwisowych. Jedyną możliwością dostępu do zaawansowanych opcji serwisowych jest udostępnianie kodów serwisowych w danej chwili przez przedstawiciela serwisu autoryzowanego.

Reasumując, Wykonawca nie jest w stanie usunąć kodów serwisowych, a jedynie udostępnić je na każde żądanie Zamawiającego. System stałych niezmiennych kodów serwisowych stosowało wielu producentów sprzętu medycznego w swoich wcześniejszych urządzeniach. Obecne standardy światowe i rozwój technologiczny wymógł na producenta stosowanie dużo nowocześniejszego systemu kodów dynamicznych, który jest implementowany w najnowocześniejszym sprzęcie medycznym. W naszej opinii, Zamawiający, ogłaszając postępowanie, kierując się zasadą należytej staranności, zabiega właśnie o tego typu sprzęt.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 10. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 1 pkt. 100

Czy dotychczas używany aparat jest zintegrowany z systemem HIS, RIS, PACS zamawiającego? Jeśli tak, to czy jest możliwość przeniesienia licencji ze starego aparatu USG, na nowy aparat, który jest przedmiotem obecnego postępowania?

Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić Zamawiającemu środki przeznaczone na zakup wyposażenia szpitala.

Wyjaśnienie: Ultrasonograf, który jest przedmiotem obecnego postępowania nie ma zastąpić innego ultrasonografu. W związku z powyższym nie ma możliwości przeniesienia licencji.

Zapytanie nr 11. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 1 pkt. 100

Czy Zamawiający wraz z dostawą i konfiguracją aparatu USG, wymaga dostarczenia trzech bezterminowych licencji: HIS od firmy Optimed STD, RIS od firmy Comarch S.A. oraz PACS od firmy INFINITT Healthcare Co., Ltd? Jaki jest koszt poszczególnych licencji?

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje dostarczenia aparatu wraz z licencją/włączoną funkcjonalnością umożliwiającą pełną integrację aparatu z systemami informatycznymi używanymi w Szpitalu: HIS/RIS/PACS poprzez medyczne formaty wymiany danych HL7 i DICOM. Z informacji uzyskanych od dostawców systemów HIS/RIS/PACS do prawidłowej wymiany danych pomiędzy aparatem, a systemami HIS/RIS/PACS niezbędna jest: a) Licencja HL7 na podłączenie urządzenia do systemów HIS/RIS, b) Konfiguracja badań w systemie HIS/RIS z wykorzystaniem istniejących u Zamawiającego mechanizmów integracji do obsługi zleceń na badania RTG w oparciu o mechanizm DICOM Worklist na podstawie danych pochodzących z systemu RIS poprzez protokół HL7 - Wymagana jest odpowiednia konfiguracja za pośrednictwem dostawcy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, c) Odpowiednia konfiguracja w systemie PACS – Wymagana jest odpowiednia konfiguracja za pośrednictwem dostawcy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania. Komunikaty DICOM Worklist generowane są z systemu PACS. W celu określenia kosztów licencyjnych/integracyjnych proszę o złożenie zapytania ofertowego firmie Comarch S.A i dystrybutorowi systemu INFINITT PACS firmie ResQMed sp. z o.o. Wyżej wymienione koszty należy wliczyć w cenę oferty.

Zapytanie nr 12. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 1 pkt. 100

Czy Zamawiający posiada wolne licencje oprogramowania: HIS, RIS, PACS?

Wyjaśnienie: Szpital nie posiada wolnej licencji w celu podłączenia oferowanego aparatu USG do szpitalnych systemów HIS/RIS/PACS. W celu określenia kosztów licencyjnych/integracyjnych proszę o złożenie zapytania ofertowego firmie Comarch S.A i dystrybutorowi systemu INFINITT PACS firmie ResQMed sp. z o.o. Wyżej wymienione koszty należy wliczyć w cenę oferty.

Zapytanie nr 13. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 1 pkt. 100

Czy Zamawiający przekaże dane kontaktowe do dostawców oprogramowania: HIS, RIS, PACS?

**Wyjaśnienie: System HIS/RIS – firma Comarch S.A. Pan Adam Szabuniewicz e-mail: Adam Szabuniewicz adam.szabuniewicz@comarch.pl
System INFINITT PACS – firma ResQMed sp. z o.o. e-mail: biuro@grupaq.pl**

Zapytanie nr 14. Dotyczy: Pakiet nr 1

Ad. Załącznik nr 1 pkt. 100

Czy Zamawiający posiada wynegocjowane warunki zakupu bezterminowych licencji: HIS, RIS, PACS?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie posiada wynegocjowanych warunków zakupu bezterminowych licencji: HIS, RIS, PACS.

**W imieniu Zamawiającego
Dyrektor Szpitala Ogólnego
Wojciech Łuczaj**