

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Nr sprawy: ZP-20-087UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2019, poz.175), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 dopuści zamknięty system do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych o potwierdzonym przez producenta czasie stosowania do 72 godzin, o poniższym składzie: cewnik skalowany, termoplastyczny, miękki i jednocześnie wytrzymały, o sztywności zapewniającej efektywne odsysanie i komfort pacjenta, z otworem dystalnym i dwoma otworami po przeciwległych stronach, atraumatyczna końcówka cewnika, z niebieskim znacznikiem na 5 cm pozwalającym na właściwe jego umiejscowienie podczas przepłukiwania; oznaczenie rozmiaru cewnika na uchwycie z suwakiem zaworu sterującego ssaniem; kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” (komorze płuczącej); suwak zaworu sterującego ssaniem z obrotową blokadą przypadkowego użycia, pozwalający na precyzyjne odsysanie (maksymalna siła ssania przy całkowitym odciągnięciu suwaka); wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru. W zestawie: łącznik obrotowy, martwa przestrzeń, zamykany port do podawania leków wziewnych w aerosolu (port MDI) nakładany bezpośrednio na łącznik „T” podłączany do rurki pacjenta, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim. Sterylny, pakowany w jednym, integralnym opakowaniu, opakowanie folia-papier. Do rurek intubacyjnych, długość cewnika 57 cm. Rozmiary: 10CH, 12CH, 14CH, 16CH. Bez lateksu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2 Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 6 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo z poliuretanu Tecoflex z prostymi ramionami lub zagiętymi o przekroju 8 Fr i długości 15 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg (wymiary: 0,45/400 mmm i 0,80/400 mm)
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowano w Niemczech

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli udowej o poniższych parametrach :

Cewnik dotętniczny wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polietylenu, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, prowadnik. Cewnik w rozmiarach: 3FR/8cm, 4FR o długościach 8, 10cm, 4FR/18cm, 4,5FR/18cm, 5FR/18cm. Rozmiary 4FR/18cm, 4,5F/18cm, 5FR/18cm w zestawie zawierają dodatkowo polietylenową przedłużkę 30cm, strzykawkę 5ml, trójdrożny zawór regulujący przepływ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4 Pakiet nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkłuc centralnych o poniższych parametrach :

Dwukanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw zawiera :

- Cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami
- Bezpieczną igłą do nakłucia 18G/70mm

- Nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik typu „J” o długości 60cm w podajniku umożliwiającym wprowadzenie jedną ręką
- Bezpieczny skalpel
- Dylator
- Strzykawkę 5ml
- Dodatkowe skrzydełka mocujące
- Zatyczki z membraną do wstrzyknięć
- Kabel do EKG

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 Pakiet nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkłuc centralnych o poniższych parametrach :

Trzykanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw zawiera :

- Cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami
- Bezpieczną igłę do nakłucia 18G/70mm
- Nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik typu „J” o długości 60cm w podajniku umożliwiającym wprowadzenie jedną ręką
- Bezpieczny skalpel
- Dylator
- Strzykawkę 5ml
- Dodatkowe skrzydełka mocujące
- Zatyczki z membraną do wstrzyknięć
- Kabel do EKG

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 Pakiet nr 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkłuc centralnych o poniższych parametrach :

Dwukanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw zawiera:

- Cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami
- Bezpieczną igłę do nakłucia 18G/70mm
- Nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik typu „J” o długości 60cm w podajniku umożliwiającym wprowadzenie jedną ręką
- Bezpieczny skalpel
- Dylator
- Strzykawkę 5ml
- Dodatkowe skrzydełka mocujące
- Zatyczki z membraną do wstrzyknięć
- Kabel do EKG

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji: Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, typu Bougie, jednorazowa, z gładkim wygiętym końcem, wykonana z plecionki i pokrytej tworzywem bez zawartości PCV, w sztywnym futerale lateksu, bez ftalanów, sterylna.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 8 SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy PZP zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Odp.: Zamawiający uzna oświadczenie stwierdzające brak przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą z zastrzeżeniem, iż ewentualna zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) powoduje obowiązek aktualizacji oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

Pyt. 9 Pakiet nr 9 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody EKG o średnicy 45mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 10 Pakiet nr 9 poz. 1 i 3

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaofferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pyt. 11 Pakiet nr 9 poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie wymaganych ilości. Elektrody do defibrylacji są pakowane parami zatem czy Zamawiający oczekuje 6 kpl czy też 6 szt (3kpl) elektrod?

Odp.: Zamawiający zamawia 6 sztuk dwóch niepołączonych w jedną całość elektrod, czyli 6 „kompletów”.

Pyt. 12 Pakiet nr 9 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia próbki na żądanie dla tej pozycji ze względu na koszt tej pozycji. Oferujemy możliwość złożenia szczegółowej specyfikacji technicznej.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia próbek z poz. 2.

Zamawiający koryguje Rozdz. VI pkt. 9.1 ppkt. h poprzez wykreślenie z treści „1 sztuka z poz. 2”

Pyt. 13 Pakiet nr 9 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody węglowej o średnicy 45mm, w kształcie okrągłym z listkiem, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 14 dot. projektu umowy §1 pkt. 6

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odp.: Zamawiający koryguje treść § 1 pkt. 6 w następujący sposób:

Było: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie”.

Jest: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Minimalna ilość przedmiotu umowy, jaką zamawiający powinien zamówić w toku realizacji umowy wynosi w zakresie rzeczowym i ilościowym - 50% ilości przedmiotu zamówionego określonego w SIWZ. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie”.

Pyt. 15 dot. projektu umowy §4 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 4 ust. 2 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości netto przedmiotu umowy określonego w par. 3 pkr. 1” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 20 % całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątplenia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.