

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/22

Sucha Beskidzka dnia 02.03.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:
ZOZ.V.010/DZP/07/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie 1 Dotyczy: Pakiet nr 44

Czy zamawiający ma na myśli samą nakładkę ?

Odp.: Nie, Zamawiający miał na myśli przystawkę.

Pytanie 2 Dotyczy: Pakiet nr 44

Czy zamawiający wymaga aby nakładka (przystawka) miała linię punkcyjną przeprowadzoną przez środek głowicy tylko pod kątem 19° względem osi głowicy?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 3 Dotyczy: Pakiet nr 44

Czy zamawiający dopuści przystawkę której kanał biopsyjny w formie metalowej prowadnicy z plastikowym elementem stabilizującym ma długość minimum 7 cm długości i przebiega przez środek głowicy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Jędrzejewska-Hajdyla