



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T: 75 738 00 00  
E: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, dnia 04 stycznia 2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na „Adaptacja pomieszczeń pod dostawę Tomografu Komputerowego- Wykonanie instalacji gazów medycznych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”, znak sprawy 45/PN/2023.**

Działając w imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą 59- 700 Bolesławiec przy ul. Jeleniogórskiej 4, Zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej firmy:

**MED- INSTAL Irena Ratajczak**

**59-700 Bolesławiec, ul. St. Staszica 47b/9**

**cena ofertową brutto: 60 pkt termin realizacji: 40 pkt.**

jednocześnie Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

#### **UZASADNIENIE PRAWNE**

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### **UZASADNIENIE FAKTYCZNE**

Zamawiający wyjaśnia, że po poddaniu dogłębnej analizie zarzutów wniesionych przez Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "STYL-PROJEKT" Marek Michalik z siedzibą 36-001 Trzebowniko 53 A doszedł do wniosku, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja pomieszczeń pod dostawę Tomografu Komputerowego- Wykonanie instalacji gazów medycznych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” doszło do uchybień.

Zamawiający w istocie nie zwrócił się do Wykonawcy MED-INSTAL Irena Ratajczak o wyjaśnienie składników cenowych oferty, pomimo tego, że oferowana cena była niższa o ponad

30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT. Był do tego bezwzględnie zobowiązany na podstawie art. 224 ust. 2 Pzp.

Ponadto rzeczywiście Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy MED-INSTAL Irena Ratajczak, legitymującego się certyfikatem CE dla wyrobów medycznych klasy ryzyka IIa podczas, gdy w ogłoszonym SWZ wskazano wymóg przedstawienia certyfikatu klasy IIb dla instalacji gazów medycznych. Stąd też oferta ta powinna zostać odrzucona, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp, jako niespełniająca warunków zamówienia.

Jednakże odrzucenie oferty Wykonawcy MED-INSTAL Irena Ratajczak było by działaniem nieprawnym z uwagi na zapisy Rozporządzenia MDR 2017/745 zastępujące Dyrektywę Medyczną 93/42, na podstawie której Wykonawca MED-INSTAL Irena Ratajczak prowadził działalność jako producent wyrobu medycznego instalacji gazów medycznych dzięki wykonanej certyfikacji wg aktualnie obowiązującego Rozporządzenia MDR 2017/745, spełniając najnowsze i aktualne wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności działania produkowanych wyrobów medycznych.

Na uwagę zasługuje fakt, iż nowe Rozporządzenie 2017/745 zezwala jeszcze na wykonywanie działalności w oparciu o certyfikat wg Dyrektywy 93/42, w ramach wprowadzonych okresów przejściowych. Wg Dyrektywy 93/42 Instalacje gazów medycznych były klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIb. Jednakże należy zauważyć, że jest to stare podejście do wymagań, które zostało zmodyfikowane Rozporządzeniem MDR 2017/745 wg której instalacje gazów medycznych są klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa.

Wobec powyższego Zamawiający powinien dopuścić, zapisami w dokumentacji wykonanie zakresu umowy, zarówno w oparciu o certyfikat wg Dyrektywy 93/42 jak i Rozporządzenie MDR 2017/745.

Nie dokonując wskazanych wyżej czynności Zamawiający doprowadził do zakłócenia zasad uczciwej konkurencji oraz nierównego traktowania Wykonawców. Wobec powyższych okoliczności, Zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania z uwagi na jego wadę której nie można usunąć w drodze powtórzenia nieprawidłowej czynności.

**Zamawiający, zgodnie z art. 262 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadomi Wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania w zakresie tego samego przedmiotu zamówienia.**

DYREKTOR  
ZOZ w Bolesławcu  
Kamil Barczyk

