



Ldz. 12.69.../2022

Olsztyn, dnia 18.08.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 317/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp na dostawę fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

dotyczy część nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy od -2000 do 2000 mV ?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

dotyczy część nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy od 2,00 do 16,00 pH ?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

dotyczy część nr 1:

Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość 0,01 pH ?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na rozdzielczość 0,01 pH.

Pytanie nr 4:

dotyczy część nr 1:

Czy Zamawiający dopuści dokładność $\pm 0,01$ pH ?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na dokładność $\pm 0,01$ pH.

Pytanie nr 5:

dotyczy część nr 1:

Czy Zamawiający dopuści : 5 punktów kalibracji , oraz 4 predefiniowane grupy buforów ?

Odpowiedź:



Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na 5 punktów kalibracji oraz 4 predefiniowane grupy buforów.

Pytanie nr 6:

dotyczy część nr 1:

Czy Zamawiający doprecyzuje rodzaj wymaganej elektrody oraz jej przeznaczenie ?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że rodzaj wymaganej elektrody oraz jej przeznaczenie to uniwersalna elektroda do pomiaru pH.

Pytanie nr 7:

dotyczy części 11

Czy Zamawiający dopuści zbiornik ciśnieniowy o pojemności 42 l, oraz wysokości 58 cm i średnicy 39 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę.

Pytanie nr 8:

dotyczy część nr 1:

Czy zgadzają się Państwo na pH-metr o następującej specyfikacji:

- zakres pH 0-14

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na pH-metr o specyfikacji - zakres pH 0-14.

Pytanie nr 9:

dotyczy część nr 1:

Czy zgadzają się Państwo na pH-metr o następującej specyfikacji:

-dokładność $\pm 0,02$ pH

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody.


Pytanie nr 10:

dotyczy część nr 1:

-czy dopuszczają Państwo inny system równoważny do systemu CAL-CHCECK

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę.

Z poważaniem
KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Śtec

Sporządziła: Dominika Bryszewska, dr inż. Katarzyna Parszuto, dr inż. Monika Sobczuk-Szul

REFERENT

mgr Dominika Bryszewska