

9. ZESTAWIENIE OSŁON

Lokalizacja punktu narażenia	osłona	Równoważnik osłony (mm Pb)			
		max. obliczony	min. istniejący (własny)	min. dodatkowy projektowany	zalecany dodatkowy projektowany
korytarz wewnętrzny	ściana A drzwi	1,8-2,0 -	0,3 -	1,7	2,0
pokój przygotowania lekarzy	ściana B drzwi	2,0 2,0	0,3 -	1,7 1,7	2,0
brudownik	ściana B	2,0	0,3	1,7 1,7	2,0 2,0
hol komunikacyjny	ściana C	2,5	0,3	2,2	3,0
sterownia	ściana D drzwi szyba ochronna	2,0 2,0 2,0	0,3 - -	1,7 1,7 1,7	2,0 2,0 2,0
pomieszczenie techniczne centralna	ściana D	1,8	0,3	1,5	2,0
sterylizatornia/magazyn	strop dolny	2,5	2,5	-	0
pomieszczenia szpitalne (blok operacyjny)	Strop górny	2,0	2,5	-	0

J. Orzech

15