

ZNS.7170-1607-2/09.MS

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny  
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II  
ul. Daleka 11  
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325) oraz art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), po zapoznaniu się z dokumentacją: „Projekt ochrony radiologicznej obliczenia osłon stałych”, wykonaną dla Pracowni Hemodynamiki na Oddziale Diagnostyki Chorób Serca i Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie

**z a t w i e r d z a**

projekt i opis osłon stałych dla gabinetu badań rtg Pracowni Hemodynamiki na Oddziale Diagnostyki Chorób Serca i Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11, wyposażonego w aparat rentgenowski angiograficzny z ramieniem C typu Artis zee floor firmy SIEMENS, pod warunkiem zapewnienia w gabinecie właściwej wymiany powietrza.

Niniejsza opinia dotyczy projektu ochrony radiologicznej, na którym znajduje się klauzula zatwierdzenia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i nie jest jednoznaczna z uzgodnieniem dokumentacji projektowej placówki pod względem zachowania przepisów higienicznosanitarnych.

**Otrzymują:**

1. Adresat.

**Do wiadomości:**

1. Pan Michał Popielarski SIEMENS Sp. z o.o.  
ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa + 2 egz. dok.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Maz.  
ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. Oddział Higieny Radiacyjnej WSSE w Warszawie
4. a/a



Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
w Warszawie  
z up. Kazimierz Rakocki  
Zastępca Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego  
w Warszawie