



Artiss zee floor (Card) – Legend

Pos.	opis	kg	W	uwagi
1.01	Stojak - ramie C	665	200	
1.02	Stół pacjenta	452	200	
1.03	Digital display M13 na DCS	7		
1.04	Konsola na stole pacjenta	4		
1.05	Zawieszanie sułtów monitorów	256	225	
1.06	Osiłona górných partii ciała, lampy operacyjna	mak 74		
1.07	Dyspozytor zasilania urządzeń sterowni	29	100	
1.08	Konsola kontrolna aparatu	20	150	
1.09	System obrazowania AXIS	150	1270	
1.20 a	Axiom Sense - szafa komputera	75	1000	
1.20 b	Axiom Sense - sterowanie, klawiatura, monitory	15	150	
1.20 c	Axiom Sense - Printer	26		
1.20 d	Axiom Sense - UPS	14	200	
1.28	Generator POLYDOROS A100	300	1000	
1.29	Wymiennik ciepła	42	2400	
1.30	Szafa systemowa	270	1600	
1.31	Szafa lablowa	120		
1.32	UPS Powerware 9355	217	max 2550	przy 100% obciążenia
1.33	Moduł baterii 9355-BAT-2x24Ah	870		
1.34	Przełącznik zasilania ATS	1	20	
1.35	Zwężony łącznik obwodowy EBS			
1.36	Tablica sieciowa systemu ARES			
				Użytkownik

Zatwierdzono na podstawie ustawy z dnia 14.03.1985 r.

o Państwowym Inspektoracie Sanitarnym

(Dz.U. z 2006r. Nr 14, poz. 851 z późn. zm.)

26.07.2009

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Województwo

z up. Kazimierz Rakocki
Inspektora Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
Warszawie



Aliff Paweł Oszczyk

05-260 Marki

Tel/fax.: 022 771-41-54

e-mail: aliff@vp.pl

Rys. 1

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital
Zachodni im. Jana Pawła II

Pracownia Hemodynamiki na Oddziale
Diagnostycznym Chorób Serca i Rehabilitacji

(Kardiologia Inwazyjna)

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Pracownia Hemodynamiki – rozmieszczenie osłon
radiologicznych

Skala
1:100

LEGENDA:

- A, B, C, D Osłony stałe
- P_SRTG Stanowisko obsługi aparatu rtg
- Dodatkowa osłona anty X, 2 mm Pb
- Dodatkowa osłona anty X, 3 mm Pb
- ☼ Znak ostrzegawczy/sygnalizacja świetlna