



# Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

Wadowice, dnia 28.12.2021r

znak: ZP.26.1.19.2021.8

## **Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę rękawiczek dla ZZOZ w Wadowicach**

Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021 poz. 1129), zwaną dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa rękawiczek dla ZZOZ w Wadowicach.” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez nw. Wykonawców:

Pakiet nr 1

**SKAMEX Sp.zo.o. s.j., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź**, wartość oferty brutto: 221 184,00 zł, która wg kryterium:.. cena 60% - uzyskała 60 pkt, „Jakość przedmiotu zamówienia” 40% - uzyskała 40 pkt. Łączna liczba uzyskanych punktów 100 pkt.

W postępowaniu w zakresie Pakietu nr 1 wpłynęła oferta **ZARYS International Group Sp.zo.o. Sp.k.**, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze która podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymagał:

*„Rękawiczki lateksowe bezpudrowe niesterylne (diagnostyczne) opakowanie /100 szt Wyroby podlegające: dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych (MDD)93/42/EEC, znowelizowanej dyrektywą 2007/47/EC i jako środki ochrony indywidualnej (ŚOI)podlegające dyrektywie 89/686/EFC dotyczącej klasyfikacji środków ochrony zdrowia pracowników indywidualnej, zgodnie z poziomem zagrożenia, oraz dyrektywie 89/656/EFC w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego. zwykle medyczno -ochronne (ŚOI kat III), spełniające normy 420, EN 455, EN 374 lub ASTM F 1671 teksturowane na palcach Rękawiczki muszą mieć certyfikat z bazy NANDO oraz spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20156/425 z dnia 9 marca 2016r. W sprawie środków ochrony indywidualnej Dostawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenia o zgodności dostarczanego asortymentu z przywołanymi normami i dyrektywami. Rozmiar od S do XL”*

Wykonawca ZARYS International Group Sp.zo.o. Sp.k. zaoferował rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe producenta WRP, o nazwie handlowej zaoferowanego produktu PROFEEL DHD PLATINUM, o numerze katalogowym P33xx-01 (xx-rozmiar).

Na podstawie ogólnodostępnych informacji oraz próbek załączonych do oferty Wykonawca Zarys nie spełnia wymagania zgodności z normą EN 455. Na opakowaniach zaoferowanych przez Wykonawcę Zarys rękawic easyCARE, umieszczona została tabela wskazująca, że rękawice osiągają długości: dla rozmiaru XS – min. 220 mm, dla rozmiaru S – min. 230 mm, dla rozmiaru M – min. 240 mm, dla rozmiaru L – min. 250 mm, dla rozmiaru XL – min. 260 mm. Zdjęcia opakowania i tabeli znajdują się



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

poniżej: Na opakowaniach rękawic umieszczona została tabela wskazująca, że rękawice osiągają długości: dla rozmiaru XS – min. 220 mm, dla rozmiaru S – min. 230 mm, dla rozmiaru M – min. 240 mm, dla rozmiaru L – min. 250 mm, dla rozmiaru XL – min. 260 mm. Zdjęcie ww. tabeli znajduje się poniżej:

EU Type Examination and Ongoing Conformity by Notify Body: (CE2777) <b>SATRA Technology Europe Ltd</b> Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Ireland	Dodatkowe informacje na naszej stronie internetowej: <a href="http://www.zarys.pl">www.zarys.pl</a> For more information visit our website: <a href="http://www.zarys.com">www.zarys.com</a>		
tion (3)	<b>Sizes</b>	<b>Min Length</b>	<b>REF</b>
tion levels indicate nge in Puncture nce of the glove posure to the ge chemical	X-Small 5-6	220 mm	RLB03XS
	Small 6-7	230 mm	RLB03S
	Medium 7-8	240 mm	RLB03M
	Large 8-9	250 mm	RLB03L
	X-Large 9-10	260 mm	RLB03XL

Rękawice medyczne, zgodnie z normą EN 455 powinny osiągać długość min. 240 mm (mediana). Zgodnie z tabelą na opakowaniach ww. rękawice w rozmiarze XS i S mogą być dostarczane z długościami minimalnymi poniżej wymaganej normą dla rękawic medycznych (zatem zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745) długości 240 mm. W związku z powyższym oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia (SWZ) i podlega odrzuceniu.

*Dziękujemy za złożenie oferty*

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po dniu 07.01.2022r. Przewidywany termin podpisania umowy określa się na dzień **10.01.2022r.** w siedzibie Zamawiającego. Na pisemny wniosek umowa może zostać wysłana pocztą pod warunkiem jej odesłania w ciągu 3 dni.

Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma.

*Z up. Dyrektor  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wadowicach*

*p.o. Zastępca Dyrektor ds. Lecznictwa  
**lek. Krzysztof Harpula***

Otrzymują:

1 x Strona <https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a