



DEZ/1426/2023

Jelenia Góra, dnia 03.11.2023 r.

DO WYKONAWCÓW

Dot. Dostawa materiałów różnych dla Pracowni Laboratoryjnych, glukometrów wraz z oprzyrządowaniem oraz innego drobnego asortymentu dla WCSKJ w Jeleniej Górze

Nr referencyjny: ZP/PN/46/10/2023

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA:

NUMER OGŁOSZENIA: 2023/BZP 00456926/01 Z DNIA 23.10.2023 R.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 19:

Pakiet nr 11

Pytanie nr 1 – poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie żyłek do mikrotomu rotacyjnego i uchwytów autopsyjnych o parametrach jak niżej:

- ostrza do mikrotomu przeznaczone do skrawania każdego rodzaju tkanek
- wymiary : długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm
- kąt natarcia ostrza – 35 st.
- 2 otwory mocujące wewnątrz ostrza o wymiarach 8x2mm zlokalizowane w odległości 20mm od końców żyłki dla długości oraz 5mm od ostrza żyłki dla szerokości licząc od środka otworów
- odległość 40mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów)
- wszystkie 4 narożniki żyłki sfazowane pod kątem 45 stopni minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu
- opakowanie handlowe – 50 szt.
- noże wykonane ze stali nierdzewnej
- noże wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 – poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie żyłek do mikrotomu rotacyjnego i uchwytów autopsyjnych o parametrach jak niżej:

- ostrza do mikrotomu przeznaczone do bardzo cienkiego skrawania



- wymiary : długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm
- kąt natarcia ostrza – 35 st.
- 2 otwory mocujące wewnątrz ostrza o wymiarach 8x2mm zlokalizowane w odległości 20mm od końców żyłki dla długości oraz 5mm od ostrza żyłki dla szerokości licząc od środka otworów
- odległość 40mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów)
- wszystkie 4 narożniki żyłki sfazowane pod kątem 45 stopni minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu
- opakowanie handlowe – 50 szt.
- noże wykonane ze stali nierdzewnej
- noże wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 – poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie żyłek do mikrotomu rotacyjnego i uchwytów autopsyjnych o parametrach jak niżej:

- ostrza do mikrotomu przeznaczone do skrawania seryjnego
- wymiary : długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm
- kąt natarcia ostrza – 35 st.
- 2 otwory mocujące wewnątrz ostrza o wymiarach 8x2mm zlokalizowane w odległości 20mm od końców żyłki dla długości oraz 5mm od ostrza żyłki dla szerokości licząc od środka otworów
- odległość 40mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów)
- wszystkie 4 narożniki żyłki sfazowane pod kątem 45 stopni minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu
- opakowanie handlowe – 50 szt.
- noże wykonane ze stali nierdzewnej
 - noże wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Uwaga !!

Termin składania ofert i otwarcia ofert, termin związania ofertą:

Było:

12. Termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja/827963> w terminie **do dnia 02.11.2023 r. do godziny 11:00.**
2. Otwarcie ofert odbędzie się w **dniu 02.11.2023 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 12.1.
3. **Termin związania ofertą do dnia 01.12.2023. r.**
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni.**

Jest:

12. Termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja/827963> w terminie **do dnia 07.11.2023 r. do godziny 11:00.**
2. Otwarcie ofert odbędzie się w **dniu 07.11.2023 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 12.1.

3. **Termin związania ofertą do dnia 06.12.2023. r.**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**.

=====
Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

.....
Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz