

Znak: ZOZ.V.010/DZP/79/22

Sucha Beskidzka dnia 09.09.2022r.

Dotyczy: Przetargu na dostawę rękawic – postępowanie II (ZOZ.V.010/DZP/79/22).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**1. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających lepszy poziom AQL wynoszący 1.0. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,12 mm. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat. III typ C?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**2. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających lepszy poziom AQL wynoszący 1.0, posiadających grubość pojedynczej ścianki palca 0,14 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**3. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających grubość pojedynczej ścianki palca 0,10 mm. Długość min. 240 mm. AQL = 1,5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat. III typ C?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**4. Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic sekcyjnych lateksowych z domieszką neoprenu, pozostałe parametry zgodne?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**5. Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, że Zamawiający uzna spełnienie wymogu odnośnie sprawozdania z badań wg ASTM F 1671, dokumentu Wytwórcy z wynikami badania, przeprowadzonego przez niezależną jednostkę z podaniem metody

badawczej, jednostki badającej (niezależnej), daty raportu, oraz badanego produktu na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**6. Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, posiadających powierzchnię zewnętrzną teksturowaną. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**7. Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, że Zamawiający uzna za spełnienie wymogu odnośnie sprawozdania z badań wystawionych przez jednostkę niezależną lub notyfikowaną potwierdzające stosowanie z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D 6978 dokument Wytwórcy z wynikami badań przeprowadzony przez niezależną jednostkę z podaniem metody badawczej, jednostki badającej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania do wzoru umowy:**

1)Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 3-6 projektu umowy. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2)Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem:

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Janusz Baczewski