

Konin, dnia 22.12.2021 roku

WSZ-EP-42/1204/2021

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”, nr sprawy **WSZ-EP-42/2021**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 2

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 17

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 zestaw do drenażu powietrza bądź płynu z przestrzeni opłucnowej do wprowadzenia metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: igła wprowadzająca 18G dł. 5cm lub 7cm (w zależności od rozmiaru cewnika), przewodnica o średnica 0,028” dł. 40cm o zakończeniu J, rozszerzało, kranik trójdrożny, stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka, radiocieniujący cewnik typu pigtail dł. 15cm posiadający 6 portów bocznych w rozmiarach 5Fr, 6Fr 8.5Fr 10.2Fr lub 12 Fr.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.