



Znak: AE/ZP-27-38/21

Tarnów, 2021-09-17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 214.000 EURO) na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.3**- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0 i długości 90cm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 3/0?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1-5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej o krzywiznie 3/8 koła?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 5/0?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1-4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 250cm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 9** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 50 – 60 dni ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. W przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaoferuje szwy o dopuszczonym odpowiednią okresie wchłaniania i okresie podtrzymywania tkanek oraz dopisania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w nazwie pakietu, a w przypadku zaoferowania szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni oraz okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni we wszystkich pozycjach Formularza Cenowego Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek tylko w nazwie pakietu.

Ad. 2-4

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad. 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 16 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad. 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 5 dopuszcza również zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 7-8

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 2 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad. 9

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 - 4 dopuszcza również zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 10

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie szwu z igłą wzmocnioną okrągłą. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 11

Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 5 dopuszcza również zaoferowanie nici o długości 250 cm.

Ad. 12

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1 - 2 podtrzymuje wymagania SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a



Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

