

Kraków, 6.12.2021 r.

DZ.271.92 <sup>921</sup>2021

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 34 84  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.92.2021 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 3 lat**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

### Pakiet 12

#### **Pytanie 1**

Dotyczy Lp. 18: Czy w przypadku kontynuacji dzierżawy sprzętu już dzierżawionego przez Szpital, Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymagania "pakietu startowego" zawierającego niezbędne materiały eksploatacyjne do uruchomienia oferowanego izolatora?

**ODP. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 2**

Dotyczy Lp. 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w tym punkcie OPZ na następujący: „Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego”, podobnie jak w innych pakietach tego przetargu?

**ODP. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 3**


Dotyczy Lp. 23: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie gwarantowanego czasu naprawy z 48h do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

**ODP. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 4**

Dotyczy LP 27 i 29: Prosimy o doprecyzowanie czy w punktach 27 i 29 Zamawiającemu chodzi o te same kontrole międzynarodowe do parametru SARS-CoV-2?

**ODP. TAK, Zamawiającemu w punktach 27 i 29 chodzi o te same kontrole międzynarodowe do parametru SARS-CoV-2.**

  
Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk