



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/36/2022

Przasnysz 28.06.2022 r

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę prania bielizny szpitalnej.

W związku z pytaniami jakie wpłynęły Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

**Czy Zamawiający dopuści prześcieradła, serwety, podkłady oraz pole niekrytyczne fartuchów operacyjnych zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych?**

**Proponowana tkanina jest dedykowana na bieliznę operacyjną i charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami wpływającymi na komfort użytkownika.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 2:**

**Czy Zamawiający dopuści bieliznę operacyjną wykonaną z tkanin o mniejszej gęstości?**

*Odp. Zamawiający wymaga bieliznę operacyjną o gęstości jak w SWZ +/-15%.*

**Pytanie 3:**

**Czy Zamawiający wymaga, aby fartuchy operacyjne wykonane były w polu krytycznym z tkaniny barierowej poliestrowej o minimalnej odporności na przenikanie cieczy 90 cm H<sub>2</sub>O?**

**Tylko tkaniny nieprzemakalne o wysokiej barierowości mogą zapewnić Użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 4:**

**Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania bielizny operacyjnej 70°C?**

**Bielizna operacyjna nie powinna być prana w wyższej temperaturze, ponieważ traci swe właściwości barierowe i wytrzymałościowe.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

Z poważaniem  
DIREKTOR  
SP ZZOZ w Przasnyszu  
dr Grzegorz Magnumski