

K-GT-43-232-5/2021

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENÍ SWZ Z DNIA 26.05.2021 CZ. I

Zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie informuje, iż nadaje nowe brzmienie odpowiedzi do zapytania:

PYTANIE 1

ZADANIE NR 11 - Łóżka i wyposażenie uzupełniające

Dot. poz. 1 Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami – 1 szt. (Panel medyczny 2-stanowiskowy)

1. W związku z faktem, iż panel medyczny ma służyć celom dydaktycznym i nie wymaga tak licznej ilości mediów, które znacznie wpływają na podwyższenie oferty cenowej czy Zamawiający dopuści panel nadłóżkowy wyposażony w poniższą ilość mediów i wyposażenia dodatkowego na każde stanowisko łóżkowe:

- Gniazda zasilające gazowe – standard AGA: 1x O2; 1x AIR; 1x VAC – wszystkie podłączone wewnątrz do źródła sprężonego powietrza;
- Gniazda 230V- 3 szt. – oddzielny obwód
- Gniazda 230V- 2 szt. – oddzielny obwód
- Gniazda teleinformatyczne - 1 szt. podwójne
- Gniazda ekwipotencjalne - 2 szt.
- Oświetlenie punktowe LED - 1 szt., włącznik na panelu
- Oświetlenie nocne LED - 1 szt., włącznik na panelu
- Oświetlenie ogólne LED – 1 szt., włącznik przy drzwiach
- Szyna medyczna lekka do montażu akcesoriów dodatkowych - 1 szt. (długość dostosowana do długości panelu z pominięciem gniazd gazów medycznych)

Wyposażenie dodatkowe:

- dozownik rotametryczny z nawilżaczem – 1 szt.,
- kosz/pojemnik plastikowy na cewniki – 1 szt.,
- uchwyt do pojemnika na wydzielinę z systemu ssącego do montażu do szyny medycznej - 1 szt.
- półka lekka na monitor – 1 szt.

Media wspólne dla obu stanowisk: 1xN2O, 1xCO2 – montaż pośrodku

Zamawiający dopuszcza panel nadłóżkowy wyposażony w poniższą ilość mediów i wyposażenia dodatkowego na każde stanowisko łóżkowe:

- Gniazda zasilające gazowe – standard AGA: 1x O2; 1x AIR; 1x VAC – wszystkie podłączone wewnątrz do źródła sprężonego powietrza;
- Gniazda 230V- 3 szt. – oddzielny obwód
- Gniazda 230V- 2 szt. – oddzielny obwód
- Gniazda teleinformatyczne - 1 szt. podwójne
- Gniazda ekwipotencjalne - 2 szt.
- Oświetlenie punktowe LED - 1 szt., włącznik na panelu
- Oświetlenie nocne LED - 1 szt., włącznik na panelu
- Oświetlenie ogólne LED – 1 szt., włącznik przy drzwiach
- Szyna medyczna lekka do montażu akcesoriów dodatkowych - 1 szt. (długość



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



K-GT-43-232-5/2021

dostosowana do długości panelu z pominięciem gniazd gazów medycznych)

Wyposażenie dodatkowe:

- dozownik rotametryczny z nawilżaczem – 1 szt.,
- kosz/pojemnik plastikowy na cewniki – 1 szt.,
- uchwyt do pojemnika na wydzielinę z systemu ssącego do montażu do szyny medycznej - 1 szt.
- półka lekka na monitor – 1 szt.

Media wspólne dla obu stanowisk: 1xN2O, 1xCO2 – montaż pośrodku

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.