

Katowice, 10.02.2025 r.

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
ul. Korczaka 27
40 – 340 Katowice

Oznaczenie sprawy: 01/TP/D-LABOR/02-5Wz/2025

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 10.02.2025 r.

PYTANIE 1. Czy zamawiający dopuści odczynnik żelaza mierzony za pomocą metody z ferrenem s?

ODPOWIEDŹ: TAK, zamawiający dopuści w/w odczynnik.

PYTANIE 2. Czy zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania alkoholu w surowicy nie zawierający standardu w zestawie?

ODPOWIEDŹ: TAK, jeśli oferujący dostarczy wymagane standardy.

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy
mgr/MBA Tomasz Broda