




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

(41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



 zoz@zozmswiakielce.pl

 www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 21 października 2024 r.

Znak postępowania: **09/PN/2024**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywny zakup i dostawa materiałów szewnych, trokarów, staplerów oraz hemostatyków na potrzeby oddziału chirurgii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II”

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 135 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców w ramach wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1:

Dot. Część 5

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, bez sekwencyjnej regulacji wysokości zszywek, zszywki przeznaczone do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i/lub grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, okrągłych w przekroju, o długości linii szwu 65,1 mm. (Rączka staplera z ładunkiem), pakowane po 5 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

[Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.](#)

Pytanie 2:

Dot. Część 5

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, bez sekwencyjnej regulacji wysokości zszywek, zszywki przeznaczone do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i/lub grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, okrągłych w przekroju, o długości linii szwu 85,1 mm. (Rączka staplera z ładunkiem), pakowane po 5 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

[Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.](#)

Pytanie 3:

Dot. Część 5

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem bez sekwencyjnej regulacji wysokości zszywek, zszywki przeznaczone do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i/lub grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, okrągłych w przekroju, o długości linii szwu 65,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem), pakowane po 6 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

[Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.](#)

Pytanie 4

Dot. Część 5

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem bez sekwencyjnej regulacji wysokości zszywek, zszywki przeznaczone do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i/lub grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, okrągłych w przekroju, o długości linii szwu 85,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem), pakowane po 6 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5

Dot. Część 5

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwi ośmiokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej, pakowany po 3 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5

Dot. Część 5

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera z prostą głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki grubej, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.