

Mrągowo, dnia 15.10.2024r.

NZ-10/24

Uczestnicy postępowania

Dotyczy zamówienia pn.: „Dostawa materiałów medycznych j. uż.”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania:

**1. Pakiet 1, poz. 13-14,16,20-21,23.** Czy zamawiający wydzieli poz. 13-14,16,20-21,23 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z Pakietu. Ze względów technicznych brak jest możliwości wydzielenia pozycji z Pakietu i utworzenia nowych Pakietów.**

**2. Pakiet 1, poz. 20,21.** Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odp. Zamawiający wymaga asortymentu spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy.**

**3. Pakiet 1, poz. 20,21.** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego podkreślając, że wymaga asortymentu spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 – Formularz.**

**4. Pakiet 1, poz. 21.** Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**5. Pakiet 3, poz. 15.** Czy zamawiający wydzieli poz. 15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z Pakietu. Ze względów technicznych brak jest możliwości wydzielenia pozycji z Pakietu i utworzenia nowych Pakietów**

**6. Pakiet 3, poz. 15.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**7. Pakiet 6, poz. 6,9,11-16.** Czy zamawiający wydzieli poz.6,9,11-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z Pakietu. Ze względów technicznych brak jest możliwości wydzielenia pozycji z Pakietu i utworzenia nowych Pakietów**

**8. Pakiet 6, po.6.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**9. Pakiet 6, poz.9.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**10. Pakiet 6, poz.16.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**11. ZADANIE 1, POZ. 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6, z zastrzeżeniem, że wymagana jest strzykawka o poj. 20ml skala do 24ml lub jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 78 z 10% rozszerzeniem skali nominalnej do 22ml.**

**12. ZADANIE 1, POZ. 13-14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do pomp posiadające oświadczenie o kompatybilności od Producenta strzykawek?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**13. ZADANIE 1, POZ. 17, poz.17- 18.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza o pomp o długości 150 cm bez informacji resztkowej na opakowaniu.

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w powyższym zakresie.**

**14. ZADANIE 1, POZ. 20, poz. 21.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego medycznego PCV.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**15. ZADANIE 5, poz. 1-2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologicznej bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem posiadające stałą poprzeczkę umieszczoną prostopadle do skrzydełek?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**16. ZADANIE 17, POZ. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych rozmiarach i przepływach:

24 G - 0,7 x 19, przepływ 18 ml/ min

22 G - 0,9 x 25, przepływ 33 ml/min

20 G – 1,1,x 32, przepływ 55 ml/min

20 G – 1,1,x 25, przepływ 55 ml/min

18 G – 1,3 x 32, przepływ 85 ml/min

18 G – 1,3 x 45, przepływ 85 ml/min

17 G – 1,4 x 45, przepływ 126 ml/min

16 G – 1,8 x 45, przepływ 200 ml/min

14 G – 2,1 x 45, przepływ 270 ml/min

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**17. ZADANIE 17, POZ. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów z filtrem 0,45 um? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odp. W Pakiecie 17 poz. 3 przedmiotem zamówienia nie jest przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków.**

**18. Pakiet Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 15 Strzykawka do tuberkuliny na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania a. 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości tj. 9 opakowań?.

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**19. Pakiet Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 24 koreczek do kaniuli na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania a. 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości tj. 78 opakowań?.

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**20. Pakiet Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 8 Dren Kehr wykonany z lateksu naturalnego w rozmiarach CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22 o długości ramion 20/40 cm?.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**21. Pakiet Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 15 wziernik ginekologiczny na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania a. 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości tj. 20 opakowań?.

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**22. Pakiet Nr 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 6 kieliszki j. uż. na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania a. 80 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości tj. 625 opakowań?.

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**23. Pakiet Nr 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 8 nakłuwacz j.u. na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania a. 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości tj. 250 opakowań?.

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**24. Pakiet Nr 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 8 nakłuwacz j.u. na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania a. 200 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości tj. 125 opakowań?.

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**25. Pakiet Nr 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 16 osłonka na głowicę USG na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania a. 144 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości tj. 14 opakowań?.

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**26. Pytanie dot. Pakietu Nr 33.** Czy Zamawiający dopuści sterylny worek na mocz pojemność 2L, wykonany z PVC, szczelny zawór w kształcie litery T, łatwy w obsłudze jedną ręką, precyzyjna, czytelna skala z podziałką co 100 ml, wzmocnione otwory do zawieszenia, pasujące do standardowych wieszaków, 7-dniowa zbiórka moczu i innych płynów ustrojowych?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**27.** Czy Zamawiający w **Pakiecie 34** dopuści zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godz. Rozmiary: CH12/14/16/, Długość cewnika do rurki intubacyjnej 58cm, do rurki tracheostomijnej 36.5cm. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik kątowy do podłączenia rurki i respiratora, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika. Aktywacja podciśnienia, możliwość blokady przycisku aktywacji podciśnienia. System stanowiący integralną całość, z możliwością rozłączenia, elementy systemu sterylne. Cewnik atraumatycznie zakończony z czterema otworami po przeciwległych stronach, z znacznikiem pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania. System po wyjęciu z opakowania gotowy do użycia bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**28. Pakiet nr 3, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach Ch6-10 o długości 40cm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**29. Pakiet nr 3, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach Ch12-20 o długości 60cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**30. Pakiet nr 3, pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarach Ch26, Ch28 bez zatyczki?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**31. Pakiet nr 3, pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści dren Kehra wykonany z PCV?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**32. Pakiet nr 3, pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści dren Kehra w rozmiarach Ch10-18?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**33. Pakiet nr 3, pozycja 12.** Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z gumową zastawką?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**34. Pakiet nr 3, pozycja 12.** Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z możliwością stosowania do 7 dni?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**35. Pakiet nr 3, pozycja 12.** Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley w rozmiarach Ch6-Ch24?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**36. Pakiet nr 6, pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 7,72m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**37. Pakiet nr 6, pozycja 6.** Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a'80 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6 SWZ.**

**38. Pakiet nr 6, pozycja 7.** Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z nieznaczną ilością ftalanów?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**39. Pakiet nr 6, pozycja 7.** Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z oznaczeniem maksymalnej objętości mankietu na korpusie rurki oraz na opakowaniu jednostkowym?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**40. Pakiet nr 6, pozycja 11.** Czy Zamawiający dopuści stażę z zapięciem umożliwiającym uwolnienie ucisku jednym przyciskiem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**41. Pakiet nr 6, pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek za opakowanie a'144 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6 SWZ.**

**42. Pakiet nr 6, pozycja 18.** Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena z balonem lateksowym przełykowym o długości ok. 190mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**43. Pakiet nr 6, pozycja 18.** Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena o długości 105cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**44. Pakiet nr 6, pozycja 19.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowe wkłady (stosowane wraz z wielorazowymi uchwytami z możliwością dezynfekcji)– zdjęcie poglądowe poniżej, takie rozwiązanie eliminuje czyszczenie, rozchlapywanie, rozlanie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Po 30 sekundach superchłonna wkładka higieniczna zamienia 600 ml płynów ustrojowych w żel. Wkładki są wykonane w 100% z materiałów recyklingowych. Wymiary: 16x43 cm, pakowane po 20 szt.?



**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**45. Pakiet nr 23, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową z wewnętrzną wkładką?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**46. Pakiet nr 23, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową wykonaną z PE?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**47. Pakiet nr 23, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową w rozmiarach:

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ (mm) |
|---------|--------------|
| 000     | 40           |
| 00      | 50           |
| 0       | 60           |
| 1       | 70           |
| 2       | 80           |
| 3       | 90           |
| 4       | 100          |
| 5       | 110          |
| 6       | 120          |

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**48. Pakiet nr 23, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści łyżki plastikowe jednorazowe do laryngoskopu typ Macintosh i Miller kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe

oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Rozmiary (Macintosh): 1 (długość 95 mm), 2 (120 mm), 3 (140 mm), 4 (160 mm); rozmiary (Miller): 0 (długość 75 mm), 1 (100 mm), 2 (130 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z wytrzymałego ABS. Plastikowy zatrzask kulkowy zapewniający stabilne mocowanie w rękojeści. Światłowód zabudowany, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Wyraźnie oznakowany rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) nad stopką, pakowanie papier-folia. Na opakowaniu informacje w języku polskim o typie, rozmiarze i długości łyżki oraz o dacie ważności z 5 letnim okresem przydatności i numerem seryjnym?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**49. Pakiet nr 33, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści worek na mocz skalowany co 100ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**50. Pakiet nr 34, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 60cm dla rurek intubacyjnych oraz o długości 33cm dla rurek tracheostomijnych?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**51. Pakiet nr 34, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z podwójnie obrotowym łącznikiem o kącie 45°?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**52. Pakiet nr 34, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z 2 otworami ułożonymi naprzemianlegle?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**53.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1-7, 9-12 i 22, 23,24 wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności?

**Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.**

**54.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 1 poz. 9-12 strzykawki z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą?

**Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem, że skala i podziałka będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.**

**55.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 1 poz. 9 strzykawkę ze skalą do 2,5 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**56.** Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 1 poz. 11 strzykawkę ze skalą do 11ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**57.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 1 w poz.13, 14 powszechnie stosowaną 3-częściową strzykawkę do pomp infuzyjnych firmy Margomed, kompatybilną z wszystkimi pompami występującymi na rynku?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, z zastrzeżeniem, że wymaga strzykawek kompatybilnych z pompami (wpisane w menu pompy).**

**58.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 22 wymaga zaoferowania igły o klasie medycznej Is potwierdzonej dokumentami dołączonymi do oferty?

**Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

**59.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 21 dopuści przyrząd o opisie: „Przyrząd do infuzji (typ IS), jałowy, nietoksyczny, niepirogenny, zaopatrzony w antybakteryjny, hydrofobowy filtr powietrza 0,4µm z klapką, rolkowy regulator przepływu, igła biorcza dwukanałowa, komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml, filtr płynu 15 µm±2, zacisk rolkowy, dren o długości min. 150 cm zakończony końcówką Luer-Lock, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) pakowany pojedynczo w opakowaniu typu folia”?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**60.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 21 dopuści przyrząd o opisie: „Przyrząd do infuzji (typ IS), jałowy, nietoksyczny, niepirogenny, zaopatrzony w antybakteryjny, hydrofobowy filtr powietrza z samodomykającą się klapką, rolkowy regulator przepływu, igła biorcza z trzema otworami do poboru płynu/leku i jednym otworem do wyrównywania ciśnienie w opakowaniu, komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml, filtr płynu 15 µm±2, komora kroplowa o długości min. 62mm z zaznaczonym sugerowanym poziomem płynu w komorze, zacisk rolkowy z miejscem na dren i igłę biorczą, dren o długości min. 150 cm zakończony końcówką Luer-Lock, zabezpieczoną korkiem z filtrem hydrofobowym umożliwiającym wypełnienie drenu bez zdejmowania korka, całość wolna od ftalanów, lateksu i DEHP (informacja na opakowaniu jednostkowym) Przyrząd zabezpieczony foliową opaską stabilizującą, pakowany pojedynczo w opakowaniu folia-papier”?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**61.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 23 dopuści wycenę koreczka z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, gwarantującym pełne i szczelne zamknięcie światła kaniuli?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**62.** Czy zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 24 dopuści wycenę koreczka z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, gwarantującym pełne i szczelne zamknięcie światła kaniuli?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**63.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuści wycenę zastawki dostępu bezigłowego, o przezroczystym korpusie wykonanym z ko-poliestru? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**64.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 4 dopuści wycenę przyrządu z dokładniejszym filtrem przeciwbakteryjnym 0,1µm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**65.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 5 dopuści wycenę standardowego kranika z przedłużaczem do infuzji grawitacyjnych, o wytrzymałości ciśnieniowej do 0,5 Bar, bez możliwości podania tłuszczu oraz chemioterapeutyków?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**66.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 wymaga, aby wszystkie rozmiary kaniul pochodziły od jednego producenta w celu ułatwienia identyfikacji produktu?

**Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.**

**67. Pakiet 1, pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści filtr krwi o wielkości oczek 200µm i powierzchni aktywnej filtra 21,5 +/- 0,2 cm<sup>2</sup> ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**68. Pakiet 1, pozycja 8.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwi z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) klapką w opakowaniu papier-folia z czerwonym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

**Odp. Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego wymagania określone zapisami SWZ.**

**69. Pakiet 1, pozycja 8.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakażenia?

**Odp. Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego wymagania określone zapisami SWZ.**

**70. Pakiet 1, pozycja 8.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

**Odp. Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego wymagania określone zapisami SWZ.**

**71. Pakiet 1, pozycja 8.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odp. Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego wymagania określone zapisami SWZ.**

**72. Pakiet 1, pozycja 8.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym otórkowo czteropłaszczyznowo?

**Odp. Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego wymagania określone zapisami SWZ.**

**73. Pakiet 1, pozycja 8.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

**Odp. Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego wymagania określone zapisami SWZ.**

**74. Pakiet 1, pozycja 9.** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 2ml z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**75. Pakiet 1, pozycja 9.** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3ml bez rozszerzonej skali?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**76. Pakiet 1, pozycja 10.** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 5ml z 10% rozszerzeniem skali nominalnej do 5,5ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**77. Pakiet 1, pozycja 11.** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 10ml z 10% rozszerzeniem skali nominalnej do 11ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**78. Pakiet 1, pozycja 12.** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 20ml z 10% rozszerzeniem skali nominalnej do 22ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**79. Pakiet 1, pozycja 12.** Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawk 20ml za opakowanie a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**80. Pakiet 1, pozycja 13-14.** Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych niewpisane do menu pomp, ale w pełni kompatybilne?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**81. Pakiet 1, pozycja 13-14.** Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawk za opak. a'25szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**82. Pakiet 1, pozycja 13-14.** Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawk za opak. a'60szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**83. Pakiet 1, pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z nakładaną igłą 0,45x13 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**84. Pakiet 1, pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawk do tuberkuliny za opak. a'100szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**85. Pakiet 1, pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z fabrycznie zmontowaną igłą 0,5x16mm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**86. Pakiet 1, pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek do tuberkuliny za opak. a'120szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**87. Pakiet 1, pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Janeta z pojedynczą (jednostronną) skalą pomiarową?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**88. Pakiet 1, pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek Janeta za opak. a'25szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**89. Pakiet 1, pozycja 17-18.** Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 1,5m?

**Odp. Nie.**

**90. Pakiet 1, pozycja 17-18.** Czy Zamawiający dopuści przedłużacz z nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym o pojemności wypełnienia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**91. Pakiet 1, pozycja 20.** Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd posiadał port igłowy?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**92. Pakiet 1, pozycja 21.** Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**93. Pakiet 1, pozycja 21.** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z elastyczną komorą kroplową o dł. całkowitej 60mm (55mm w części przezroczystej)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**94. Pakiet 1, pozycja 20-21.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

**Odp. Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego wymagania określone zapisami SWZ.**

**95. Pakiet 1, pozycja 20-21.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

**Odp. Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego wymagania określone zapisami SWZ.**

**96. Pakiet 1, pozycja 21.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

**Odp. Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego wymagania określone zapisami SWZ.**

**97. Pakiet 1, pozycja 22.** Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków 18G 1,2x40mm z ostrzem ściętym ukośnie pod kątem 40 stopni?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**98. Pakiet 1, pozycja 24.** Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul posiadający trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**99. Pakiet 1, pozycja 24.** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=250szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**



**100. Pakiet 3, pozycja 1-2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający otwór końcowy i dwa otwory boczne naprzemianległe, dostępny w rozmiarach od CH6 do CH18? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**101. Pakiet 3, pozycja 1-2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający otwór końcowy i dwa otwory boczne naprzeciwległe, dostępny w rozmiarach od CH6 do CH18? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**102. Pakiet 3, pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowy o długości 105cm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**103. Pakiet 3, pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowy o długości 105cm dostępny wyłącznie w rozmiarach od CH14 do CH24?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**104. Pakiet 3, pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowy o długości 105cm dla rozmiarów CH14-CH22 i długości 150cm dla rozmiarów CH26-28?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**105. Pakiet 3, pozycja 6-7.** Czy zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągana jest poprzez proces sterylizacji (np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

**Odp. Zamawiający wymaga wyrobu sterylnego w zakresie Pakietu 3 pozycji 6-7 oraz pozycji 10-11.**

**106. Pakiet 3, pozycja 7.** Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla noworodków?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**107. Pakiet 3, pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści dren Kehra silikonowy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**108. Pakiet 3, pozycja 14.** Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy do pępownicy za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**109. Pakiet 5, pozycja 1-2.** Czy Zamawiający dopuści kaniule z niezdejmowalnym uchwytem?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**110. Pakiet 5, pozycja 1-2.** Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające stałą poprzeczkę umieszczoną prostopadle do „skrzydełek”?


**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**111. Pakiet 6, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści butelkę typu Redon typ płaski nie w formie harmonijki jak na załączonym zdjęciu o pojemności 200ml?



**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**112. Pakiet 6, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści sterylną butelkę typu Redon o poj. 200ml o konstrukcji jak na załączonym zdjęciu?



**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**113. Pakiet 6, pozycja 6.** Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**114. Pakiet 6, pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze o następujących parametrach:

- trójplaszczynowe ostrze zmniejszające do minimum przykre odczucia
- specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pewny i stabilny chwyt
- dzięki swojej konstrukcji przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszką palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu (działające na zasadzie docisku: wysuwa się po dociśnięciu do ciała pacjenta i wycofuje igłę po zwolnieniu docisku)
- prawidłowo dobrany rozmiar nakłuwacza pozwala pobrać optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta
- optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza umożliwi dokładne przyłożenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości
- konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukłucie i zakażenie
- doskonałe prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje wibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej
- Występuje w dwóch rozmiarach:
  - 23G (0,6mm), głębokość nakłucia 1,8 mm – dedykowany dla kobiet i dzieci
  - 21G (0,8mm), głębokość nakłucia 2,4 mm – dedykowany dla mężczyzn ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**115. Pakiet 6, pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. =100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**116. Pakiet 6, pozycja 9.** Czy Zamawiający dopuści wycenę szczoteczek cytologicznych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**117. Pakiet 6, pozycja 10.** Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z dokładną skalą pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**118. Pakiet 6, pozycja 10.** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**119. Pakiet 6, pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowice USG za opakowanie a'144 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**120. Pakiet 6, pozycja 18.** Prosimy Zamawiającego o **dopuszczenie 4-światłowej silikonowej sondy Sengstaken – Blakemore** o długości 85cm, z prowadnicą, wyposażonej w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w

nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. **Numeryczne znaczniki głębokości** od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. **Balony: żołądkowy** o długości 60mm i **przełykowy 140mm**. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**121. Pakiet 6, pozycja 18.** Czy Zamawiający wymaga sondy wykonanej ze 100% silikonu o właściwościach biokompatybilnych, nialergizujących?

**Odp. Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ wymaga, aby zgłębnik wyposażony był w 2 balony lateksowe, dopuszcza jednak sondę wykonaną ze 100% silikonu.**

**122. Pakiet 6, pozycja 19.** Czy Zamawiający dopuści kaczkę (worek) na mocz z zastawką o pojemności 1,5l, wykonany z wysokiej jakości folii polietylenowej LDPE w kolorze białym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że kaczka (worek) na mocz będzie skalowana.**

**123. Pakiet 17 pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne dostępne w następujących rozmiarach i przepływach:

| ROZMIAR [G] | ROZMIAR [mm] | KOLOR        | PRZEPŁYW [ml/min] |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 24 x 3/4"   | 0,7 x 19     | żółty        | 23                |
| 22 x 1"     | 0,9 x 25     | niebieski    | 36                |
| 20 x 1 1/4" | 1,1 x 32     | różowy       | 61                |
| 18 x 1 3/4" | 1,3 x 45     | zielony      | 100               |
| 17 x 1 3/4" | 1,5 x 45     | biały        | 142               |
| 16 x 1 3/4" | 1,7 x 45     | szary        | 200               |
| 14 x 1 3/4" | 2,0 x 45     | pomarańczowy | 305               |

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**124. Pakiet 17 pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul dożylnych za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**125. Pakiet 17 pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z filtrem 0,1µm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**126. Pakiet 17 pozycja 5-6.** Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników trójdrożnych za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**127. Pakiet 17 pozycja 5-6.** Czy Zamawiający dopuści kranik o wytrzymałości 4,5 bara?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**128. Pakiet 33.** Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2l z odpływem, skalowany co 100ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**129. Pakiet 33.** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zgodnie z zapisami Działu III pkt 6.**

**130. Pakiet 35, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania jak na zdjęciu, w nakrętce pojemnika zintegrowane 2 dreny: jeden zakończony łącznikiem żeńskim (lejek), drugi zakończony łącznikiem męskim (stożek) z kontrolą siły ssania, w zestawie dodatkowa nakrętka do zabezpieczenia pojemnika oraz naklejka identyfikacyjna?



**Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem, że oferowany zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego będzie produktem sterylnym.**

**131. Pakiet 35 pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley lateksowy obustronnie silikonowany?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**132. Pakiet 35 pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem 30-50ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**133. Pakiet 35, pozycja 4.** Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zestawu do nakłucia jamy brzusznej (paracentezy) dostępnego w kilku pojemnościach (2l, 5l, 8l)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**


**134. Pakiet 35, pozycja 6.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran z mieszkiem skalowanym co 50ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**135. Pakiet 35, pozycja 7.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompatybilnego mieszka z zestawem 35.6 o pojemności 500ml, skalowanego co 50ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**136. Pakiet 34, poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie ok. 120 stopni do podłączenia rurki i respiratora, pozostałe parametry zgodnie z swz? Proponowane rozwiązanie jest bardziej komfortowe dla pacjenta.



**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**137. Pakiet 1. Poz. 8.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pisząc: (...) "dren bez zawartości ftalanów" ma na myśli dren bez zawartości szkodliwych ftalanów DEHP, BBP, DBP potwierdzone piktogramem fabrycznie nadrukowanym na opakowaniu.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**138.** Pakiet 1. Poz. 8. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania krwi ma być wyposażony w komorę bez PCV.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**139.** Pakiet 1. Poz. 17 i 18. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pisząc: (..) "bez zawartości ftalanów" ma na myśli dren bez zawartości szkodliwych ftalanów DEHP, BBP, DBP potwierdzone piktogramem fabrycznie nadrukowanym na opakowaniu.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**140.** Pakiet 1. Poz. 20. 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania ma być wyposażony w komorę bez PCV.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**141.** Pakiet 1. Poz. 20 i 21. 1) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pisząc: (..) "wykonany z materiałów nie zawierających ftalanów" ma na myśli brak zawartości szkodliwych ftalanów DEHP, BBP, DBP potwierdzone piktogramem fabrycznie nadrukowanym na opakowaniu.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**142.** Pakiet 1. Poz. 23. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, który wskazuje kierunek nakładania i umożliwia aseptyczną aplikację

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**143.** Pakiet 1. Poz. 24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowego koreczka LL z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, który wskazuje kierunek nakładania i umożliwia aseptyczną aplikację

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**144.** Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 dopuści: Poz. 1 Worki ilestomijne w systemie jednoczęściowym z filtrem węglowym posiadający przyjazny dla skóry plastyczny przyklep, który można w łatwy sposób przyciąć, aby dopasować go do kształtu i rozmiaru stomii, kolor szary, z okienkiem umożliwiającym podgląd stomii. Rozmiar 10-70mm, opakowanie 30 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**145.** Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 dopuści: Poz. 2 Worki ilestomijne w systemie jednoczęściowym z filtrem węglowym posiadający przyjazny dla skóry plastyczny przyklep, który można w łatwy sposób przyciąć, aby dopasować go do kształtu i rozmiaru stomii, kolor szary, z okienkiem umożliwiającym podgląd stomii. Rozmiar 10-70mm, opakowanie 30 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**146.** Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 dopuści: Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (poz. 1 w ilości 60 szt. - 2 opakowania i w poz. 2 w ilości 60 szt. - 2 opakowania) oraz zmianę ilości na formularzu na ilości odpowiadające pełnym opakowaniom handlowym? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**147.** Dotyczy projektowanych postanowień umowy: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno, nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu w Czechach natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Jesteśmy w stanie dostarczyć zamiennie fakturę w formacie pdf na wskazany adres email. Faktura elektroniczna generuje się automatycznie w godzinach wieczornych w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**148.** Dotyczy projektowanych postanowień umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z § 8. Ust. 1 pkt b oraz d do 1% zamówienia, którego dotyczy?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**149. PAKIET NR 23. Dotyczy poz. Nr 1.** W ramach zwiększenia ofert konkurencji prosimy o dopuszczenie Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, sterylna z kolorowym oznaczeniem danego rozmiaru, rozmiary: od **000 do 5**, kolejno: 000 (różowy), 00 (niebieski), 0 (czarny), 1 (biały), 2 (zielony), 3 (żółty), 4 (czerwony), 5 (pomarańczowy). Długość rurki dla rozmiaru: #000 - 40mm, #00 - 50mm, #0 - 60mm, #1 - 70mm, #2 - 80mm, #3 - 90mm, #4 - 100mm, #5 - 110mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**150. PAKIET NR 23. Dotyczy poz. Nr 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ **Macintosh** zaprojektowana do użytku w **warunkach rezonansu magnetycznego**. Wykonana z odpornego na odkształcenia poliwęglanu, Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona, pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego z zielonym znacznikiem standardu ISO 7376 na bocznej krawędzi. Mocowanie w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących, wykonanych z niemagnetycznego metalu i plastikowym hakiem. łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią, siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej krawędzi łyżki wyraźny symbol „MR” - Rezonans Magnetyczny oraz kod łyżki. Na bocznej krawędzi podane informacje tj.: symbol CE, numer katalogowy zawierający rozmiar i typ łyżki, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. łyżka testowana laboratoryjnie pod kątem bezpiecznego użycia w następujących warunkach rezonansu magnetycznego:

**Rozmiar łyżek - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.:**

#1 - czerwony / dł. 70.0 mm x szer. 10.0 mm

#2 - biały / dł. 90.0 mm x szer. 12.0 mm

#3 - niebieski / dł. 110.0 mm x szer. 15.0 mm

#4 - żółty / dł. 133.0 mm x szer. 15.0 mm

Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta oraz wyraźnym symbolem MR (Rezonans Magnetyczny). Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**151. PAKIET NR 23. Dotyczy poz. Nr 2. Czy Zamawiający wymaga innego rozmiaru niż opisany:**

**#1 - czerwony /** dł. 70.0 mm x szer. 10.0 mm

**#2 - biały /** dł. 90.0 mm x szer. 12.0 mm

**#3 - niebieski /** dł. 110.0 mm x szer. 15.0 mm

**#4 - żółty /** dł. 133.0 mm x szer. 15.0 mm

Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta oraz wyraźnym symbolem MR (Rezonans Magnetyczny). Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**152. PAKIET NR 34. Dotyczy poz. Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga zamkniętego systemu do odsysania rurki intubacyjnej **CH 14/16 o długości dłuższej niż opisana – 56 cm**; oraz dodatkowo do wyboru w zależności od

potrzeb Użytkownika CH 14/16 dł. 62 cm na 72H lub CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz tylko dla CH18. oraz **dla rurki tracheostomijnej CH 14/16 dł. 36 cm**, możliwość stosowania do 72 godz. Cewnik zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki SWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp niniejsze wyjaśnienia do SWZ zamieszczone zostały na stronie postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/994930>.

Prezes Zarządu  
Piotr Jakubczyk