



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881    REGON 000302480  
www.szpitalprzasnysz.pl    sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/40/2022

Przasnysz, dnia 07.07.2022

**Do wszystkich,  
którzy pobrali SWZ**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu – działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm), przekazuje do wiadomości Wykonawców treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi postanowień SWZ dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawę tomografu optycznego”

Pytanie 1

**Czy w punkcie 10 wymaganych parametrów technicznych (załącznik nr 2) Zamawiający poprzez profil skanowania kołowy ma na myśli skan umożliwiający wyznaczenie grubości włókien nerwowych na pierścieniu 3,4 mm wokół tarczy nerwu wzrokowego?**

*Odp: Tak, Zamawiający miał na myśli skan umożliwiający wyznaczenie grubości włókien nerwowych na pierścieniu 3,4 mm wokół tarczy nerwu wzrokowego*

Pytanie 2

**Czy w punkcie nr 10 wymaganych parametrów technicznych (załącznik nr 2) Zamawiający poprzez profil skanowania raster rozumie skan, który umożliwia zwizualizowanie plamki skanami horyzontalnymi i wertykalnymi?**

*Odp. Tak, Zamawiający miał na myśli skan, który umożliwia zwizualizowanie plamki skanami horyzontalnymi i wertykalnymi*

Pytanie 3

**Prosimy, aby w p. 5 wymagań dodatkowych w tabeli parametrów wymaganych (załącznik nr 2) Zamawiający ujedynolili wpis zgodnie z zapisami wzoru umowy, czyli:  
„Czas naprawy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych i 10 dni roboczych (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) bądź też do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego”.**

*Odp. Zamawiający ujedynolili treść tabeli parametrów wymaganych i wzoru umowy, tym samym §7 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki, awarii lub wymiany w ciągu 72 godzin od zgłoszenia oraz zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy”.*

Z poważaniem  
**DYREKTOR**  
SP ZZOZ w Przasnyszu  
*Grzegorz Magnusiewicz*  
dr Grzegorz Magnusiewicz