



Znak: IZP.270.29.2021

Otwock-Świerk, dnia 11.05.2021r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
05-400 Otwock-Świerk  
ul. Andrzeja Sołtana 7**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) pn. „**Dostawa 2 sztuk analizatora wielokanałowego**”

- I. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przytacza treść zapytań oraz udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

„1. Czy Zamawiający preferuje, aby ilość pamięci oferowanych układów digitizera wynosiła 640 kS/kanał lub 5.12 MS/kanał z możliwością podziału bufora pamięci na maksymalnie 1024 bufory (z możliwością niezależnego zapisu/odczytu)?”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający preferuje pamięć 5.12 MS/kanał z możliwością podziału bufora pamięci na maksymalnie 1024 bufory, z możliwością niezależnego zapisu i odczytu.

**Pytanie nr 2**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzenia do 14 tygodni?”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy urządzenia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnionej)