

dotyczy: PN 35/19 – dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z osprzętem oraz mleka modyfikowane

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 61**

Dotyczy: Zadanie 19, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik centralny wprowadzany z dostępu obwodowego z przewodnikiem z końcówką z Nitinolu do bezpośredniego nakłucia wraz z odłączonym introduktorem po igle o przekroju 4Fr o dostępnych długościach 40cm, 50cm, 55cm, 60cm w zestawie z: taśmą pomiarową, mini skalpelem, strzykawka o pojemności 10ml, łączniki bezigłowe (zawory), samoprzylepnym mocowaniem nasadki cewnika oraz przezroczystym samoprzylepnym mocowaniem cewnika.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 62**

Dotyczy: Zadanie 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przezroczysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętnicznych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być używany do 500 aktywacji. Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 63**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9-11 z Zadania nr 19 i stworzy osobny pakiet.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 64**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Zadania nr 20 i stworzy osobny pakiet.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 65**

Dotyczy zadania 14 poz. 2:

Czy Zamawiający zmieni wymóg dotyczący zawartości błonnika do min.2g/100ml i kaloryczności min. 150kcal/100ml oraz dopuści osmolarność do 360 mosmol/l (Im niższa osmolarność produktu tym lepsza tolerancja)? Produkt wymagany nadal będzie bogatoresztkowy i wysokokaloryczny. Przy obecnych zapisach tylko 1 produkt spełnia wymóg SIWZ, co powoduje brak konkurencyjności i możliwości złożenia oferty na wszystkie 3 pozycje w zadaniu 14.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.