

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

z a p r a s z a

do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp o wartości nieprzekraczającej 215 000 EURO

pod nazwą:

Zakup stanowiska do znieczulenia przy aparacie TK - 1 zestaw Znak postępowania: DZP/ 89/2023

Ogłoszenie o ww. zamówieniu zostało zgodnie z art. 267 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 oraz 276 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023.1605.) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu e-zamówienia w dniu 12...10.2023r. pod nr 2023/BZP 00440654... oraz na podstawie art. 270 ust. 1 ww. ustawy na stronie internetowej Zamawiającego dla niniejszego postępowania pod adresem: www.szpital.wloclawek.pl, <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

Włocławski Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku

Karolina Wólka
(Kierownik Zamawiającego)

Włocławek, dnia 12...10.2023r.

1

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej jako „SWZ”

pod nazwą:

Zakup stanowiska do znieczulenia przy aparacie TK – 1 zestaw Znak postępowania: DZP/ 89/2023

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2023.1605) oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Niniejszy dokument został sporządzony i opublikowany na podstawie art. 277 ust. 1 oraz art. 280 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2023.1605).

W dalszej części:

1. **SWZ** – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia;
2. **uPzp**- oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2023.1605).

1.1. Nazwa oraz adres i inne dane Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek

Adres do korespondencji:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek**

REGON: 341411727

NIP: 888 31 17 873

Tel.: 54 412 94 13

Fax. 54 412 94 32

Adres e-mail: agnieszka.matczak@szpital.wloclawek.pl

Strona internetowa: www.szpital.wloclawek.pl, <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie o wartości poniżej 215 000 euro prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp.

2. Zamawiający udziela niniejszego zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa - zakup stanowiska do znieczulenia przy aparacie TK – 1 zestaw dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku z podziałem na 5 części tj:
 - 1) Część nr 1 - Aparat do znieczulenia,
 - 2) Część nr 2 - Defibrylator,
 - 3) Część nr 3 - Materac do ogrzania pacjenta,
 - 4) Część nr 4 - Zestaw pomp infuzyjnych,
 - 5) Część nr 5 - Wózek anestetyczny.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 2.1 -2.5 Formularz asortymentowo – cenowy dla danej części zamówienia oraz w załącznikach nr 7.1 – 7.5 – Formularz parametrów techniczno-użytkowych dla danej części zamówienia.

2. Kod CPV:

33100000 - 1 - Urządzenia medyczne

3. **Informacja o częściach zamówienia:** Przedmiot zamówienia jest podzielony na 5 części.

ROZDZIAŁ IV INFORMACJE PODSTAWOWE I DODATKOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert). Tym samym termin związania ofertą upływa w dniu **18.11.2023r.**
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
6. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w części zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 266 w zw. z art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.
12. Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.

13. Ilekroć Zamawiający w ramach niniejszej dokumentacji przetargowej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się w szczególności znakami towarowymi, patentami lub wskazuje pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, czy też Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to znaczy, że wskazania te mają na celu wyłącznie zobrazować potrzeby Zamawiającego poprzez podanie w tym zakresie przykładów, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

14. **Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ.**

15. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

<https://platformazakupowa.pl/>.

16. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone w rozdziale XIII SWZ.

17. **Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.**

18. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 310 ustawy Pzp).

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.

2. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załączniki nr 2.1 – 2.5 do SWZ tylko w kolumnach nr od 5 do 12, natomiast treść kolumny nr od 1 do 4 nie może być w żaden sposób zmieniana.

ROZDZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: jednorazowa dostawa maksymalnie w ciągu 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ VI PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
- 2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,
- 3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
- 4) wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
- 6) wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Ponadto zgodnie z art. 109 ust. 1 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę:
- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 2) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 uPzp, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy,
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego rozdziału, Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2 pkt. 1, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

7. Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) (dalej jako: „u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.”) wyklucza się z niniejszego postępowania:

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej jako: „rozporządzenie 764/2006”) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej jako: „rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

8. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 7 następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 7 lit. a) – c).

9. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 7, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

10. Weryfikacja braku zaistnienia podstawy wykluczenia wskazanej w ust. 7 w stosunku do konkretnego wykonawcy nastąpi na podstawie oświadczenia własnego wykonawcy. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji braku zaistnienia wspomnianych przesłanek wykluczenia za pomocą

wszelkich dostępnych środków (np. w oparciu o informacje wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych).

ROZDZIAŁ VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
 - a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 - b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 - c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 - d) zdolności technicznej lub zawodowej -
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

ROZDZIAŁ VIII POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w postaci sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

ROZDZIAŁ IX DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

ETAP SKŁADANIA OFERTY

1. Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

2. Formularz asortymentowo – cenowy, stanowiący treść oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 -2.5 do SWZ składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

3. Formularz parametrów techniczno-użytkowych, zgodnie z załącznikami nr 7.1 -7.5 do SWZ, stanowiący treść oferty, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

4. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (zwany w niniejszym dokumencie jako: „**podmiot udostępniający**”) na zasadach określonych w art. 266 w zw. z art. 118 uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:

a) **zobowiązania podmiotu udostępniającego**, które będzie określało:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

b) w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec podmiotu udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne, o którym mowa w ust. 4 wypełnione przez podmiot udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

7. Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

- a) Deklarację zgodności potwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, a dla wyrobów medycznych innych niż klasa I również certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi;
- b) Katalogu lub folderu lub instrukcji obsługi lub opisu technicznego (jeżeli są w języku obcym to przetłumaczonych na język polski), opisujących oferowany przedmiot dostaw, potwierdzających spełnienie wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań i parametrów - określonych w Formularzu parametrów techniczno-użytkowych (Załączniki nr 7.1 – 7.5 do SWZ).

ETAP PO WYŁONIENIU OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ

8. Zgodnie z art. 274 ust. 1 uPzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w następującym zakresie:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

- a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do SWZ,
- b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp – (zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 5** do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2,
 - art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
 - art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji,
 - art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
 - art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,
 - art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.,

9. Wykonawcy zagraniczni:

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b niniejszego rozdziału:

- a) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b) niniejszego rozdziału - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2) Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie z pkt 2 stosuje się również w tym zakresie.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazać pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.

2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 1 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.

3) Dokument o którym mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

ROZDZIAŁ X

ZASADY SPORZĄDZANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW WSKAZANYCH W ROZDZIALE IX

1) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

- 2) Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XIII.
- 3) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 4) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:
- wykonawcy,
 - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
 - podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub
 - podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
- 5) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:
- wykonawcy,
 - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
 - podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub
 - podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- 6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 5, dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 7) Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
- 8) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
- 9) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 8, dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - pełnomocnictwa - mocodawca.
- 10) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 6 i 9 może dokonać również notariusz.
- 11) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
- 12) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 13) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
- 14) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
- 15) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
- 16) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

ROZDZIAŁ XI

UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 - a) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, aktualne na dzień ich złożenia.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji

dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 6, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. c), Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
8. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
9. **Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.**

ROZDZIAŁ XII INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

1. Zamawiający żąda:
 - a) wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, **jeżeli są już znani**,
 - b) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.
2. Zamawiający **nie żąda** od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
3. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają postanowienia rozdziału VIII SWZ.

ROZDZIAŁ XIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
2. **Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem zasad wynikających z rozdziału IX i X SWZ.**
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie.
4. **W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/> (dalej również jako: „platforma”).**
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
6. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: agnieszka.matczak@szpital.wloclawek.pl Jednakże należy pamiętać, że oferta oraz

- dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ - rozdział IX, a także oferty dodatkowe składane są zawsze przy pomocy platformy zakupowej.
7. **Oferty oraz oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 uPzp, sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
 8. **Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast złożenie oferty w postępowaniu może odbywać się bez posiadania konta.**
 9. Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (poza składaniem ofert), informacje dotyczące sposobu otwarcia ofert na platformie.
 10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy (<https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformy dla użytkowników (wykonawców).
 11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „*wyślij wiadomość*”.
 12. Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików - 1GB. Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie **DZP_89_2023**.
 13. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>
 14. Zamawiający przekazuje link do jego profilu na platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>, gdzie będzie możliwość odnalezienia niniejszego postępowania po kliknięciu w zakładkę „Postępowania”.
 15. Zamawiający rekomenduje następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
 16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).
 17. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawniona:
 - w sprawach formalno - prawnych: mgr Agnieszka Matczak – Inspektor Działu Zamówień Publicznych;
 - w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – lek. Małgorzata Mroczkowska lub osoba zastępująca;
 18. Osoby wymienione w ust. 17 nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom ustnych informacji w zakresie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Ze względu na pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

ROZDZIAŁ XIV WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich

- zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert.
 5. Wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus (strona: <https://platformazakupowa.pl/>) może zwrócić się do Zamawiającego – z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
 6. Zamawiający umieści wyjaśnienia treści SWZ na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

ROZDZIAŁ XV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać wypełniony:
 - 1) **Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.**
 - 2) **Formularz asortymentowo – cenowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 2.1 - 2.5 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.**
 - 3) **Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.**
 - 4) **Formularz parametrów techniczno-użytkowych (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 7.1 - 7.5 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.**
 - 5) **wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SWZ, w szczególności w zakresie określonym w rozdziale IX SWZ**
2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus (strona: <https://platformazakupowa.pl/>) wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w rozdziale IX swz (ETAP SKŁADANIA OFERT). Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików - 1GB. Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie **DZP_89_2023**.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem sporządzenia jej w postaci elektronicznej.
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcjach znajdujących się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,

powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcjach dla wykonawców znajdujących się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
- Formularz ofertowy i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
- Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ XVI TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp w zw. z art. 266 uPzp.
- Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.
- Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być odpowiednio oznakowane.
- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

ROZDZIAŁ XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> do dnia **20.10.2023r. do godz. 08:00**.
- Otwarcie ofert nastąpi poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu **20.10.2023r. o godz. 08:30**.
- Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.
- W przypadku awarii systemu – platformy zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XVIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”.
- W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XIX KRYTERIA OCENY OFERT

- Sposób oceny i badania ofert:**
 - Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów.
 - Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, pod warunkiem, że oferta ta nie podlega odrzuceniu.
 - Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 uPzp.
 - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp.
 - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 uPzp.
- W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
 - W zakresie części nr 1, 3**

Tabela 1

L.p	KRYTERIUM OCENY OFERT	WAGA KRYTERIUM
1.	Cena	60%
2.	Parametry jakościowe	40%

a/ Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:

Kryterium pierwsze – „Cena”:

W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego wzoru:

$$K_1 = (C_N / C_B) \times 60$$

K_1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

C_N – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

C_B - cena w ofercie badanej

W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium drugie - „Parametry jakościowe”:

W kryterium „Parametry jakościowe” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego wzoru:

$$K_2 = (B_B / B_N) \times 40$$

K_2 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Parametry jakościowe”

B_B - ilość punktów otrzymanych w ramach parametrów jakościowych w ofercie badanej

B_N – najwyższa ilość punktów otrzymanych w ramach parametrów jakościowych spośród wszystkich ofert

Zamawiający do wyliczenia kryterium „ Parametry jakościowe” będzie brał pod uwagę sumę punktów uzyskanych z załącznika nr 7.1 lub 7.3 w którym została określona skala punktacji. Przy ustalaniu wyniku kryterium Zamawiający będzie stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”. Zamawiający informuje, iż oferta Wykonawcy, która uzyska po zsumowaniu zerową ilość punktów nie będzie podlegała odrzuceniu.

b/ Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:

$$P_C = K_1 + K_2$$

P_C – całkowita ilość punktów dla oferty badanej

K_1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

K_2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Parametry jakościowe”

- w zakresie części nr 2, 4, 5

Tabela 2

L.p.	KRYTERIUM OCENY OFERT	WAGA KRYTERIUM
1.	Cena	60%
2.	Termin dostawy	40%

a/ Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:

Kryterium pierwsze (K₁) – „Cena”:

W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego wzoru:

$$K_1 = (C_N / C_B) \times 60$$

K₁ – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

C_N – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)

C_B - cena w ofercie badanej

W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium drugie (K₂) – „Termin dostawy” liczony będzie od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej

W kryterium „Termin dostawy” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego opisu:

Tabela nr 3

dotyczy cz. 2,4,5

Termin dostawy do 7 dni kalendarzowych	40 pkt
Termin dostawy - 21 dni kalendarzowych	20 pkt
Termin dostawy - 35 dni kalendarzowych	10 pkt

Zamawiający wymaga maksymalnie 35 - dniowego kalendarzowego terminu dostawy. W przypadku braku wpisania terminu dostawy lub wpisania dłuższego terminu dostawy niż 35 dni kalendarzowe, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

Wykonawca jest zobligowany w formularzu ofertowym wskazać konkretną liczbę dni kalendarzowych składających się na termin dostawy, wskazane w tabeli nr 3.

b/ Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:

$$P_c = K_1 + K_2$$

P_c – całkowita ilość punktów dla oferty badanej

K₁ – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

K₂ - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Termin dostawy”

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

ROZDZIAŁ XX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi bezpośrednio przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie oryginału lub kopii poświadczony przez Wykonawcę.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 308 ust. 2 uPzp.
3. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ XXI OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZMIANĘ TREŚCI UMOWY

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały uregulowane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

ROZDZIAŁ XXII Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
 - a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
8. Pozostałe zasady i regulacje dotyczące postępowania odwoławczego oraz samego odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej można znaleźć w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek;
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek pod adresem e-mail: iodo@szpital.wloclawek.pl lub nr tel. 54 412 93 60;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup stanowiska do znieczulenia przy aparacie TK – 1 zestaw; znak postępowania: DZP/89/2023**, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp.;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023.1605), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*).
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ nie przysługuje Pani/Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

Zasada jawności, o której mowa w art. 18 i 74 ust. 1 uPzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 2-5 uPzp, stosuje się odpowiednio.

Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

ROZDZIAŁ XXV ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2.1 – 2.5 - formularz asortymentowo - cenowy,
3. Załącznik nr 3 – wzór wstępnego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp,
4. Załącznik nr 4 - wzór umowy;

5. Załącznik nr 5 – oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (na etapie składania podmiotowych środków dowodowych);
6. Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej,
7. Załącznik nr 7.1 – 7.5 - formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik Nr 1 do SWZ
DZP/89/2023

.....
(Dane Wykonawcy)

....., dnia2023r.
(miejscowość)

Formularz ofertowy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp pn. **Zakup stanowiska do znieczulenia przy aparacie TK – 1 zestaw;; znak postępowania: DZP/89/2023** dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku opublikowanego zgodnie z art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 276 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2023r. pod nr 2023/BZP 00440654 oraz na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 12.10.2023r.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość brutto :..... PLN (słownie: PLN)

Oferujemy 35- dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 7.1 niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

.....
(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:,

2. nr faksu:,
3. adres e-mail:,

Część nr 2

łącna wartość netto :..... PLN (słownie: PLN)

łącna wartość brutto :..... PLN (słownie: PLN)

Oferujemy (maksymalnie 35 dni kalendarzowych) – dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 7.2 niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

.....
(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:,
2. nr faksu:,
3. adres e-mail:,

Część nr 3

łącna wartość netto :..... PLN (słownie: PLN)

łącna wartość brutto :..... PLN (słownie: PLN)

Oferujemy 35 – dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 7.3 niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

.....
(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:,
2. nr faksu:,
3. adres e-mail:,

Część nr 4

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość brutto :..... PLN (słownie: PLN)

Oferujemy (maksymalnie 35 dni kalendarzowych) – dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 7.4 niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

.....
(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:,
2. nr faksu:,
3. adres e-mail:,

Część nr 5

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie: PLN)

Łączna wartość brutto :..... PLN (słownie: PLN)

Oferujemy (maksymalnie 35 dni kalendarzowych) – dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 7.5 niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

.....
(nazwa i adres / firmy)

.....
(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.:,
2. nr faksu:,
3. adres e-mail:,

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa

Czy Wykonawca jest:

- mikroprzedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

* zaznaczyć właściwe

Oświadczamy, że:

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Jesteśmy**/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) NIP.....
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

NIE

TAK, w związku z tym przedstawiamy informacje dotyczące:

- nazwy (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego:

.....

- wartości towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:
.....
 - stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:
.....
- (w przypadku braku wypełnienia powyższych informacji, w tym braku zaznaczenia odpowiedzi TAK/NIE Zamawiający uzna, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego)

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

7. Wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, i podaję nazwy albo firmy podwykonawców:

.....

8. Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 118 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 uPzp.:

.....
.....
.....

8 . Adres poczty elektronicznej do korespondencji:

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:.....	tel.	kontaktowy,	faks,	e-mail:
.....					zakres
odpowiedzialności.....					
tel.	kontaktowy,	faks,	e-mail:	zakres
odpowiedzialności.....					

** Niewłaściwe skreślić

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik nr 2.1 do SWZ
DZP/89/2023

.....

(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część nr 1

L.p	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Potrzebna ilość	Producent	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) (kol.4xkol.6)	Stawka podatku VAT %	Kwota podatku VAT (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł) (kol.6+kol.8)	Wartość brutto (zł) (kol.7+kol.8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Aparat do znieczulenia – 1 zestaw (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.1 do SWZ)	zestaw	1								
Łączna wartość netto :					Łączna wartość brutto:						

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik nr 2.2 do SWZ
DZP/89/2023

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część nr 2

L.p	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Potrzebna ilość	Producent	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) (kol.4xkol.6)	Stawka podatku VAT %	Kwota podatku VAT (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł) (kol.6+kol.8)	Wartość brutto (zł) (kol.7+kol.8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Defibrylator – 1 zestaw (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.2 do SWZ)	zestaw	1								
łącznie wartość netto :										łącznie wartość brutto:	

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającym(-ami) prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Biogospfawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik nr 2.3 do SWZ
DZP/89/2023

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część nr 3

L.p	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Potrzebna ilość	Producent	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) (kol.4xkol.6)	Stawka podatku VAT %	Kwota podatku VAT (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł) (kol.6+kol.8)	Wartość brutto (zł) (kol.7+kol.8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Materac do ogrzania pacjenta – 1 zestaw (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.3 do SWZ)	zestaw	1								
Łączna wartość netto :					Łączna wartość brutto:						

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik nr 2.4 do SWZ
DZP/89/2023

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część nr 4

L.p	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Potrzebna ilość	Producent	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) (kol.4xkol.6)	Stawka podatku VAT %	Kwota podatku VAT (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł) (kol.6+kol.8)	Wartość brutto (zł) (kol.7+kol.8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw pomp infuzyjnych (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.4 do SWZ)	zestaw	1								
Łączna wartość netto :					Łączna wartość brutto:						

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającym(-ami) prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Biogospfawianego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik nr 2.5 do SWZ
DZP/89/2023

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część nr 5

L.p	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Potrzebna ilość	Producent	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) (kol.4xkol.6)	Stawka podatku VAT %	Kwota podatku VAT (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł) (kol.6+kol.8)	Wartość brutto (zł) (kol.7+kol.8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wózek anesteziologiczny – 1 zestaw (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.5 do SWZ)	zestaw	1								
Łączna wartość netto :					Łączna wartość brutto:						

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik nr 3 do SWZ
DZP/89/2023

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „uPzp”),

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ

NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup stanowiska do znieczulenia przy aparacie TK – 1 zestaw, znak postępowania: DZP/89/2023

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu w postaci sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

34

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
w następującym zakresie:
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres i rodzaj udostępnionych zdolności/zasobów dla wykonawcy).

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BRAKU PODLEGANIA WYKLUCZENIU:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 uPzp w zakresie przesłanek wykluczenia przewidzianych przez Zamawiającego, zgodnie z tym przepisem w SWZ.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 lub art. 109 uPzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze (samooczyszczenie):

.....

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby, zgodnie z powyższym powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie załączam oświadczenie wstępne podmiotu/podmiotów, na których zasoby/zdolności się powołuje.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIĄZAŃ Z ROSJĄ:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) (dalej jako: „u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.”) niniejszym oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.** i tym samym:

- a) nie jestem wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej

jako: „rozporządzenie 764/2006”) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej jako: „rozporządzenie 269/2014”) albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

- b) mój beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie jest osobą wymienioną w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;
- c) moja jednostka dominująca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(miejsowość i data)

UWAGA:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik Nr 4 do SWZ
DZP/89/2023

UMOWA NR DZP / 89/ 2023 „WZÓR”

zawarta w dniu2023r., we Włocławku , pomiędzy:

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

.....
zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod NrWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr, NIP:..... REGON :, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp o wartości nieprzekraczającej 215 000 EURO pn. **Zakup stanowiska do znieczulenia przy aparacie TK – 1 zestaw, znak postępowania: DZP/89/2023**

§1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa -*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) –do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku [zwanym także w umowie „sprzętem”] w ilości i o wartości określonej w załącznikach nr 2.1.-2.5 do swz – formularz asortymentowo –cenowy oraz w *załączniku nr* - Formularz parametrów techniczno-użytkowych , o wartości wskazanej w § 6 ust.1 umowy.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony zgodnie z zobowiązaniem Wykonawcy określonym w jego ofercie.

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974).

4. Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo bezpłatnie:

a) dostarczyć przedmiot umowy określony w ust. 1 do siedziby Zamawiającego,

b) dostarczyć przedmiot umowy, który jest fabrycznie nowy (nieużywany i wyprodukowany w 2023r.), a także spełniający wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

- c) dostarczenia przedmiotu umowy pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych;
- d) dostawy przedmiotu umowy wolnego od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, będącego w stanie kompletnym, umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia;
- e) dostawy przedmiotu umowy zaopatrzonego w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierająca niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika;
- f) dostarczenia nie później niż w terminie dostawy oryginalnej dokumentacji związanej z przedmiotem umowy, a w przypadku gdy niniejsza dokumentacja jest obcojęzyczna wraz z tłumaczeniem na język polski;
- g) dostarczenia nie później niż w terminie dostawy kompletnej dokumentacji technicznej przedmiotu umowy, w tym aktualnych wszelkich niezbędnych atestów, certyfikatów, autoryzacji producenta dla sprzedaży i serwisu, deklaracji zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających, że towar jest dopuszczony do odbioru i używania, a także certyfikatów CE, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa oraz szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, a ponadto innych dokumentów jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa;
- h) zapewnienia zgodności numerów serii przedmiotu umowy oraz innych związanych z tym informacji na protokole odbioru, fakturze oraz innych dokumentach związanych z dostawą;
- i) przetransportowania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko, w tym pokrycia kosztów transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz kosztów ubezpieczenia na czas transportu;
- j) udzielania Zamawiającemu bezpłatnych, bieżących informacji oraz wskazówek związanych z eksploatacją oraz utrzymaniem przedmiotu umowy;
- k) sprawdzić poprawność funkcjonowania przedmiotu umowy;
- l) przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego z zakresu prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy, (w szerszym zakresie jeśli taką określa specyfikacja techniczna), a także wystawić certyfikat przeszkolonym osobom,
- ł) zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest p. Dorota Maćczak – Starszy Inspektor Sekcji Sprzętu Medycznego (tel. 54/ 412 94 68, kom. 571 293 130, e-mail: dmacczak@szpital.wloclawek.pl);
- m) przekazać (w formie papierowej i elektronicznej) na odbiorze przedmiotu umowy informacje, co do wartości poszczególnych części przedmiotu umowy, według Zamawiającego dla jego potrzeb ewidencyjnych;
- n) zrealizować inne świadczenia określone w umowie lub SWZ.

§ 2

Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

[dokumenty]

1. Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z poniższymi dokumentami:
 - a) karta gwarancyjna,
 - b) opis sposobu dezynfekcji,
 - c) instrukcja obsługi w języku polskim (2 szt.)
2. Karta gwarancyjna musi zawierać wyszczególnienie autoryzowanych punktów serwisowych Wykonawcy w Polsce (co najmniej jeden).
3. W przypadku drobnych rzeczy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczego dokumentu karty gwarancyjnej wyszczególniającego wszystkie drobne rzeczy.
4. Instrukcje obsługi w języku polskim należy dostarczyć w liczbie 2 kpl. na każdą rzecz danego rodzaju. Wykonawca nie musi dostarczać jednak więcej niż łącznie 6 kpl. instrukcji dla jednego rodzaju rzeczy.
5. Karta gwarancyjna zawiera warunki gwarancji określone w § 7. Karta gwarancyjna nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla Zamawiającego niż postanowienia umowy.

§ 4

[organizacja dostawy]

1. Wykonawca zrealizuje obowiązki, o których mowa w § 1 wraz ze szkoleniem dla części nr.....* w terminie maksymalnie dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. **(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)*
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy.
3. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy.
4. Realizacja obowiązków Wykonawcy potwierdzona będzie protokolarnie przez Strony.
5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej (np. nie zawierającej wszystkich elementów lub kompleksowej dokumentacji), wadliwej, częściowo wadliwej, nieodpowiedniej jakości lub o nieprawidłowych właściwościach. W przypadku uchybień nieistotnych Zamawiający może przestać na wniesieniu zastrzeżeń do protokołu dostawy.
6. W razie stwierdzenia w protokole odbioru przedmiotu umowy wady, usterki lub innego braku Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru końcowego wad, usterek lub innych braków w przedmiocie dostawy zgłoszenie usunięcia wad, usterek lub innych braków należy przesłać pocztą elektroniczną na adres (lub adresy, faks) wskazany w ust. 9.
8. Ze strony Zamawiającego do wyznaczenia terminu dokonania odbioru sprzętu i innych czynności związanych z odbiorem upoważnieni są:
 - Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – lek. Małgorzata Mroczkowska lub osoba upoważniona,
 - Starszy Inspektor Sekcji Sprzętu Medycznego, Dorota Maćczak tel. 54 412 94 68, kom. 571 293 130, e-mail: dmacczak@szpital.wloclawek.pl lub osoba upoważniona.
9. Wykonawcę w kwestiach związanych z przekazaniem przedmiotu umowy reprezentuje tel., e-mail.....
10. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i trwać będzie nie dłużej niż 1 dzień. Terminem rozpoczęcia szkolenia jest dzień dostarczenia sprzętu w miejscu wskazanym w umowie.
11. Szkolenie z obsługi sprzętu/urządzenia w tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający.
12. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 5

[miejsce spełnienia dostawy]

1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się **dostarczyć sprzęt** w ustalonym z Zamawiającym dniu tygodnia w godz. 8⁰⁰ - 14⁰⁰, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia sprzętu (uzgodniony wcześniej z przedstawicielem Zamawiającego) mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

§ 6

[wartość umowy]

1. Cena z tytułu realizacji przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 1 określa Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załączniki nr 2.1 – 2.5 do SWZ.

* część nr:

wartość netto : zł, (słownie :)

wartość brutto : zł, (słownie :).

**(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)*

2. łączna wartość umowy:

wartość netto : zł, (słownie :)

wartość brutto : zł, (słownie :).

**(suma wszystkich części wymienionych w § 6 ust. 1)*

3. Cena towaru zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku u Zamawiającego.

§ 7

[warunki gwarancji i rękojmi]

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest sprawny, pozbawiony wad, odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp oraz nadaje się do celu do którego jest przeznaczony.

2. Wykonawca udziela min. *miesięcznej, pełnej gwarancji na przedmiot umowy oraz wykonane prace montażowo- instalacyjne, a także na części eksploatacyjne. Okres gwarancji zaczyna biec w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

**(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)*

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na swój koszt wszelkie przeglądy dostarczonego przedmiotu umowy wymagane przez jego producenta lub Wykonawcę w okresie gwarancji określonym w ust. 2, w tym także w zakresie ust. 18 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca wskazuje nr faksue-mailna który Zamawiający może dokonać zgłoszeń ujawnionych wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu do kontaktów z serwisem

5. Numer faksu wskazany w ust. 4 czynny jest u wykonawcy 24 h na dobę. W przypadku braku możliwości zgłoszenia wady w sposób określony w ust. 4, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający zgłasza wadę listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy określony w umowie. Za dzień zgłoszenia wady uważa się dzień nadania listu poleconego.

6. Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak:

- 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji;

- 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.

7. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie do ich diagnozowania w miejscu znajdowania się rzeczy z wadą, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.

8. W terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady Wykonawca:

a) usunie wadę, albo

b) pisemnie odmówi usunięcia wady podając ustaloną przyczynę wystąpienia wady oraz uzasadnienie - brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia opartego na zaistniałym stanie faktycznym w terminie uważa się za uznanie odpowiedzialności za wadę.

9. Jeżeli od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym samym elemencie upłynął najwyżej tydzień terminy określone w ust. 7 i 8 zostają skrócone do następnego dnia roboczego.

10. Odmowa usunięcia wady może nastąpić w przypadku tylko wyłącznie gdy wada wynika z wyłącznej i oczywistej winy Zamawiającego. Domniema się, że ujawniona wada wynika z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.

11. Nieprawidłowe działanie lub jego brak osób obsługujących rzecz, w której ujawniła się wada może być podstawą do odmowy uznania odpowiedzialności za wadę, jedynie jeżeli ich zachowanie w sposób istotny i

oczywisty było nieprawidłowe (wedle miary zachowania przeciętnego dorosłego człowieka)

12. Usunięcie wady w okresie gwarancji może polegać na:

- a) naprawie rzeczy,
- b) wymianie uszkodzonego elementu rzeczy na nowy,
- c) wymianie całej rzeczy na nową.

13. Wykonawca potwierdza datę usunięcia wady w karcie gwarancyjnej rzeczy.

14. W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić element rzeczy na nowy w terminie 30 dni.

15. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 10 dni od dnia jej zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zleci usunięcie wady osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich napraw bez utraty gwarancji producenta.

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze swoimi zobowiązaniami gwarancyjnymi.

17. postanowienia umowy dotyczące gwarancji, w tym w szczególności okres gwarancji oraz zasady usunięcia wad stosuje się do rękojmi dotyczącej przedmiotu umowy.

18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatny przegląd techniczny przedmiotu dostawy minimum raz w każdym roku trwania gwarancji. Przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu każdego roku trwania gwarancji lub w innym terminie uzgodnionym z zamawiającym.

19. W trakcie przeglądu technicznego Wykonawca wykona wszelkie zalecane czynności konserwacyjne oraz sprawdzi stan techniczny przedmiotu dostawy.

20. W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona w terminie przeglądu technicznego, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich przeglądów bez utraty gwarancji producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy.

21. Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski..... tel.

22. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres * min. lat po upływie okresu gwarancji. Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 14 dni. *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

23. W ramach Gwarancji Wykonawca ma obowiązek zapewnić na swój koszt wszelkie materiały i elementy eksploatacyjne do sprzętu oraz zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest dokonać montażu oraz demontażu i utylizacji w przypadku zużytych materiałów eksploatacyjnych.

§ 8

[rozliczenia]

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony sprzęt jest faktura wystawiona przez Wykonawcę.

2. Dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia przez niego faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

3. **Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.**

4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może wystawić lub doręczyć faktury Zamawiającemu przed terminem wykonania zamówienia określonym w swz.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ustępu poniższego .

7. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2016.1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>. Zamawiający dopuszcza również dostarczenie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@szpital.wloclawek.pl oraz dopuszcza dostarczenie faktur w formie papierowej w sposób tradycyjny.

§ 9

[wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego dostawy po terminie określonym w ofercie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sprzętu w sposób niezwłoczny.
2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku zwłoki w dostawie sprzętu oraz wykonania obowiązków wynikających z umowy przekraczającej 10 dni kalendarzowych, Zamawiający może dokonać zamówienia przedmiotu umowy u innego podmiotu (tzw. nabycie zastępcze). W takim wypadku Zamawiający może odmówić odbioru sprzętu dostarczonego po terminie lub wykonania przez Wykonawcę innych obowiązków po terminie bez możliwości podnoszenia przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.
3. Nabycie zastępcze nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca udostępni sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania sprzętu do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia sprzętu na czas przeglądu)

§ 10

[osoby do kontaktu]

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest tel. lub osoba zastępująca.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – lek. Małgorzata Mroczkowska lub osoba zastępująca..

§ 11

[gwarancja producenta]

1. W przypadku, gdy przedmiot umowy lub jego część objęta jest gwarancją producenta (którym jest podmiot inny niż Wykonawca) Wykonawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta /ich kopie oraz wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające realizację uprawnień z gwarancji udzielonej przez producenta.
2. Wykonawca zobowiązany jest działać w sposób umożliwiający uzyskanie i zachowanie gwarancji producenta przez Zamawiającego.
3. Niniejsze postanowienia nie mają wpływu na obowiązki Wykonawcy określone w § 7 niniejszej umowy.

§ 12

[Kary umowne]

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:
 - 1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 2 w dostarczeniu zgodnego z wymogami wynikającymi z swz oraz umowy przedmiotu dostawy w wysokości 0,75 % wartości brutto przedmiotu dostawy, którego dostarczenie podlega zwłoce;
 - 2) za każdy dzień zwłoki w zakresie terminów określonych w § 7, w szczególności ust. 6,7 lub 8 niniejszej umowy w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu dostawy, którego dotyczy zwłoka;
 - 3) za każdy inny niż określony powyżej przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto części dostawy niewykonanej lub nienależycie wykonanej;

- 4) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym zakończeniu szkolenia (z winy Wykonawcy; § 4 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 zł;
 - 5) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto niewykonanej części umowy.
2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 9 umowy.
3. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
4. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Powyższe kary umowne mogą w stosownych sytuacjach podlegać kumulacji.
7. Wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30% wartości brutto umowy.

§ 13

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku:
- a) istotnych zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy (np. co do poprawności, terminowości dostawy, jakości dostarczonego sprzętu, poprawności terminowości dostarczenia sprzętu przez Wykonawcę lub usunięcia wad sprzętu przez Serwis),
 - b) zwłoki Wykonawcy z realizacją dostawy przekraczającą 10 dni.
2. Termin odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wynosi 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ustępie 1 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, zgodnie z paragrafem poprzedzającym.
4. Zamawiający może dodatkowo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
- a) Wykonawca w dniu zawarcia umowy podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 109 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub
 - b) Wykonawca w dniu zawarcia umowy lub w trakcie jej obowiązywania podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

§ 14

[forma zmiany umowy]

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 15

[podstawy do zmiany umowy]

1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian:
- 1) Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
 - a. nastąpi obniżenie ceny;
 - b. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;
 - c. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;
 - d. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

e. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „**RODO**”);

f. zmiana terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą, lecz nie powinna podawać przedłużenia realizacji dostawy o więcej niż 6 miesięcy;

g. nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19 lub wojny spowodowanej agresją militarną Rosji wobec Ukrainy, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu; Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą, lecz nie powinna podawać przedłużenia realizacji dostawy o więcej niż 6 miesięcy;

2) Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji, gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji, o której mowa powyżej.

2. Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

a) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,

b) znajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.

c) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %;

d) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

e) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

f) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:

a. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

b. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

c. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 16

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zaistnienie siły wyższej. Brak należytego wykonania niniejszego obowiązku uprawnia drugą stronę do uznania, że do zaistnienia Siły Wyższej nie doszło.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

[postanowienia końcowe]

1. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo Zamówień (t. j.Dz.U.2023.1605) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974).
3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej Sędem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.
5. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Integralną część umowy stanowi:
a/ Załącznik nr 1 – do umowy Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do swz;
b/ Załącznik nr 2 – do umowy – Formularz asortymentowo – cenowy – wg załącznika nr* do swz;
c/ Załącznik nr 3- Formularz parametrów techniczno-użytkowych – wg załącznika nr* do swz;
**(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)*

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Zamawiającego)

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik nr 5 do SWZ
DZP/89/2023

.....

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek
(pełna nazwa, adres)

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
na etapie składania podmiotowych środków dowodowych**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup stanowiska do znieczulenia przy aparacie TK – 1 zestaw”; Znak postępowania: DZP/ 89 /2023, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (oświadczenie składane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,

47

– art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,

– art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

.....
Data;

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik Nr 6 do SWZ
DZP /89/ 2023

.....
(dane Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U.2023.1605) w związku ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 uPzp pn. **Zakup stanowiska do znieczulenia przy aparacie TK – 1 zestaw, znak postępowania: DZP/89/2023.** Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

1. **nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową.*
2. **należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową. Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do **tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.***

Nazwa podmiotu	Siedziba podmiotu

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), złożyli odrębne oferty **wykazuję poniżej i przesyłam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.****

.....

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

.....
(miejsowość i data)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w celu uniknięcia wykluczenia powinien przekazać dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

UWAGA:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik nr 7.1 do SWZ
DZP/89/2023

.....
(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Aparat do znieczulenia – 1 zestaw

Typ/Model (podać):

Producent (podać):

Dostawca (podać):

Rok produkcji: 2023

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
1	Wymagania		
1	Aparat fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny, wyprodukowany nie później niż w 2023 roku	TAK	
2	Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych	TAK	
3	Aparat jezdny	TAK	
4	Zasilanie 230 V 50 Hz	TAK	
5	Wbudowany blat do pisania	TAK	
6	Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej typu LED	TAK	
7	Min. 3 szuflady na drobne akcesoria	TAK	

8	Mobilny aparat, cztery koła jezdne, w tym minimum dwa koła blokowane centralnie	TAK	
9	Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń, gniazda z bezpiecznikami automatycznymi	TAK	
10	Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej	TAK	
11	Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych tlenu i podtlenu azotu na tylnej ścianie aparatu. Reduktory w zestawie.	TAK	
12	Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu do znieczulania	TAK	
13	Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora	TAK	
14	Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie	TAK	
15	Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Dwa gniazda aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie	TAK	
	System dystrybucji gazów		
16	Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenu azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min	TAK	
17	Szybka zmiana stężeń O2, przepływu świeżych gazów sterowana bezpośrednio z ekranu wentylatora (ekranowe przyciski szybkiego dostępu pozwalające na skokową zmianę stężeń O2, przepływów)	TAK	
18	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%	TAK	
19	Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta	TAK	
20	Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia	TAK	
21	Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min	TAK	
22	Przepływ wdechowy respiratora anestetycznego o zakresie osiągalnym min 120 l/min	TAK (podać) Przepływ min 120 l/min – 0 pkt;	

		Przepływ min 150 l/min – 10 pkt;	
23	Wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O ₂ +Powietrze układu okrężnego włączany automatycznie podczas awarii mieszalnika elektronicznego. Zakres do 15 l/min.	TAK (podać) Włączany ręcznie – 0 pkt; Włączany automatycznie – 10 pkt	
	Układ oddechowy		
24	Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci oraz noworodków	TAK	
25	Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu	TAK	
26	Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego	TAK	
27	Wymiennik objętości będący zbiornikiem oddechu zwrotnego działający jako sztywny zasobnik bez elementów ruchomych, pozwalający na podaż wysokich objętości oddechowych do min. 1500 ml oraz stosowanie niskich przepływów świeżych gazów	TAK	
28	Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 35 l/min.	TAK	
29	Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz mieszanki (O ₂ + powietrze) do podaży na maskę lub wężę tlenowe, zakres: min. 0-12 l/min	TAK	
30	Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum oraz funkcją podświetlenia zastawki	TAK	
31	Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza.	TAK	
32	Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
33	Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie	TAK	
34	Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg	TAK	
35	Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo	TAK	

36	Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy	TAK	
37	Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy	TAK	
	Tryby wentylacji		
38	Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni	TAK	
39	Wentylacja kontrolowana objętością VCV	TAK	
40	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV	TAK	
41	Wentylacja w trybie SIMV: SIMV-PC, SIMV-VC, SIMV-VG	TAK	
42	Tryb wentylacji CPAP+PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu	TAK	
43	Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG	TAK	
44	Możliwość rozbudowy o adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo	TAK	
45	Możliwość rozbudowy o tryb APRV	TAK	
46	Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem odpowiednich alarmów	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
47	Aparat wyposażony tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu ciśnienia drogach oddechowych	TAK	
48	Pauza w przepływie gazów do min. 2 minut w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej.	TAK	
	Regulacje		
49	Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 4 do 30 cmH ₂ O	TAK (podać) Zakres 4-30 cmH ₂ O – 0 pkt; Większy zakres – 10 pkt	
50	Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:8	TAK	

51	Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 3 do 90 odd./min	TAK	
52	Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 90 cmH2O	TAK	
53	Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O	TAK	
54	Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 10 – 2000 ml w trybach objętościowych	TAK	
55	Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 5 – 2000 ml w trybach z gwarantowaną objętością np. PCV-VG, PRVC	TAK	
56	Regulacja czasu wdechu od min 0.2 do 8.0 sek.	TAK	
57	Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s	TAK	
58	Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60%	TAK	
59	Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0.2 - 15 l/min	TAK	
60	Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 20 cmH2O	TAK	
61	Reg. czułości wydechowej min. 5% - 70%	TAK	
	Alarmy		
62	Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV	TAK	
63	Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV	TAK	
64	Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f	TAK	
65	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego	TAK	
66	Alarm braku zasilania w energię elektryczną	TAK	
67	Alarm Apnea	TAK	
68	Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu	TAK	

69	Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2	TAK	
70	Funkcja autoustawiania alarmów	TAK	
71	Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 2000 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach	TAK	
	Pomiar i obrazowanie		
72	Pomiar objętości oddechowej TV	TAK	
73	Pomiar objętości minutowej MV	TAK	
74	Pomiar objętości minutowej MV przecieku	TAK	
75	Pomiar częstotliwości oddechowej f	TAK	
76	Pomiar I:E (wartość cyfrowa)	TAK	
77	Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa)	TAK	
78	Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa)	TAK	
79	Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa)	TAK	
80	Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa)	TAK	
81	Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej	TAK	
82	Wyświetlanie do min. 5 krzywych jednocześnie na ekranie	TAK	
83	Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych	TAK	
84	Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów	TAK	
85	Kolorowy ekran wyświetlacza, przekątna min. 15', niewbudowany w korpus aparatu, o rozdzielczości min. 1920x1080	TAK (podać) 15" – 0 pkt; > 15" - 10 pkt	

86	Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją obrotu ekranu 360° i kąta pochylenia.	TAK	
87	Obsługa respiratora za pomocą pokrętki funkcyjnego i ekranu dotykowego	TAK	
88	Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 48 godz.	TAK	
89	Prezentacja minitrendów przy krzywych oddechowych	TAK	
90	Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 10 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB	TAK	
91	Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu	TAK	
92	Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora	TAK	
93	Możliwość konfigurowania minimum 10-ciu niezależnych stron ekranu respiratora z zapisem w pamięci respiratora	TAK	
94	Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii	TAK	
95	Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy należnej IBW pacjenta.	TAK	
96	Dodatkowy monitor min. 8" wbudowany w korpus aparatu prezentujący ciśnienie gazów zasilających, stan parowników (poziom napełnienia) oraz stan systemu odciążu gazów AGSS	TAK	
	Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu)		
97	Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe)	TAK	
98	Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych.	TAK	
99	Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka)	TAK	

100	Wyświetlanie krzywej kapnograficznej	TAK	
101	Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta	TAK	
102	Wbudowany w aparat ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l.	TAK	
103	Automatyczny bez interakcji z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie.	TAK	
104	Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu	TAK	
105	Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim	TAK	
106	Aparat i monitor jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów)	TAK	
	MONITOR PACJENTA		
107	Monitor modułowy. Moduły pomiarowe wymienne przez użytkownika bez udziału serwisu	TAK	
108	Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15" i rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli.	TAK	
109	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy pojemnościowy (wielodotykowy).	TAK	
110	Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie	TAK	
111	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2.	TAK	
112	Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne	TAK	
113	Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia:	TAK	
114	wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego.	TAK	

115	co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej,	TAK	
116	gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania.	TAK	
117	Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO lub Edwards, - stężenia gazów anestetycznych, - saturacji ośrodkowej krwi żyłnej, - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - mechaniki oddechowej wraz z VCO2.	NIE – 0 pkt; TAK – 10 pkt	
118	Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2).	TAK (podać) Możliwość jednoczesnego podłączenia następującej ilości urządzeń: do 3 urządzeń – 0 pkt; powyżej 3 urządzeń – 10 pkt	
119	Monitor pacjenta wyposażony w monitor transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 5,5". Ciężar monitora nie więcej niż 1 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 6 godzin. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją gestów. Monitor odporny na przedostanie się ciał stałych i zalanie wodą – stopień ochrony co najmniej IP43.	TAK (podać) ekran 5,5-6" – 0 pkt; ekran > 6,5" – 10 pkt;	
	MIERZONE PARAMETRY		
120	EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto.	TAK	
121	Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie	TAK	
122	W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek.	TAK	

123	Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF	TAK	
124	Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV	TAK	
125	Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc	TAK	
126	Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych	TAK	
127	RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6,25; 12,5; 25 mm/s.	TAK	
128	Saturacja (SpO ₂). Zakres pomiarowy %SpO ₂ 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej plezjograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy, wielorazowy czujnik SpO ₂ : typu klips na palec dla dorosłych	TAK	
129	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankieta. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min.	TAK	
130	W komplecie z każdym monitorem przewód i zestaw mankietów dla dzieci i dorosłych (cztery rozmiary)	TAK	
131	Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi	TAK	
132	W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych	TAK	
133	Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min.	TAK	

134	Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero	TAK	
135	W komplecie z monitorem: przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia	TAK	
136	Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty).	TAK	
137	Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru).	TAK	
138	Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty	TAK	
139	Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 12 godzin	TAK	
140	Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)	TAK	
141	Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji oraz w funkcję obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow	TAK	
142	Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu	TAK	
143	Monitor przystosowany do pracy w sieci	TAK	
144	możliwość współpracy z centralą pielęgniarską	TAK	
145	możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych.	TAK	
146	Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączenia monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania.	TAK	

147	Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym.	TAK	
	Pomiar zwiótczenia mięśni		
148	Moduł NMT monitora z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. Możliwość użycia modułu również w aparacie do znieczulania.	TAK	
149	Dostępne tryby stymulacji: co najmniej TOF, ST, PTC, DBS	TAK	
150	W komplecie z modułem NMT czujnik na palec, niezbędne przewody połączeniowe i co najmniej 50 szt. elektrod	TAK	
151	Moduł BIS wraz niezbędnymi akcesoriami	TAK	
	Pozostałe wymagania		
1	Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy).	TAK (podać)	
2	Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.	TAK	
3	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga <u>częstszych niż 1 x w roku</u> przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów.	TAK (podać)	
4	Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat	TAK (podać)	
5	Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający	TAK	
6	Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne	TAK	

7	Wypełniony paszport techniczny	TAK	
8	Instrukcje obsługi, <u>w tym sposobu mycia i dezynfekcji</u> , w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej	TAK	
9	Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	TAK (podać)	
10	Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu)	TAK	
11	Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik nr 7.2 do SWZ
DZP/89/2023

.....
(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: **Defibrylator – 1 zestaw**

Typ/Model (podać):

Producent (podać):

Dostawca (podać):

Rok produkcji: 2023

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
I	Wymagania		
1	Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym; wyprodukowany nie później niż w 2023 roku	TAK	
2	Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED)	TAK	
3	Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 7,5 kg	TAK	
4	Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44	TAK	
5	Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm	TAK	
6	Temperatura pracy: min od 0 do +40°C	TAK	
7	Uchwyt na ramę łóżka	TAK	

8	Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.	TAK	
	ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW		
9	Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin	TAK	
10	Urządzenie wyposażone w uniwersalne łóżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci	TAK	
11	Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania.	TAK	
12	Czas pracy na 1 akumulatorze min. 300 minut monitorowania	TAK	
13	Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach	TAK	
14	Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V (zintegrowany zasilacz)	TAK	
15	Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łóżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00.	TAK	
16	Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku.	TAK	
	INNE		
17	1) Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. 2) Obsługa: a) standardu HL7 b) protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) c) adresowania IP: dynamicznie i statycznie d) serwerów DNS e) ochrony danych	TAK	

18	1)Przesyłane dane do CMS: a)Informacje o pacjencie b) Informacje o urządzeniu c) Informacje o konfiguracji d) Krzywe e) Parametry monitorowania f) Alarmy i komunikaty z podpowiedziami g) Data i godzina h) Tryb pracy i) Raportu EKG j) Podsumowana testów użytkownika	TAK	
19	Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB)	TAK	
20	Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnień z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnień na ekranie urządzenia	TAK	
21	Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 8,4''	TAK	
22	Możliwość wyświetlania na ekranie 4 krzywych dynamicznych.	TAK	
23	Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej	TAK	
24	Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny	TAK	
25	Papier do drukarki o szerokości min. 80 mm	TAK	
26	Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych	TAK	
27	Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG	TAK	
28	Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive	TAK	
	WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH DEFIBRYLACJA		
29	Dwufazowa fala defibrylacji	TAK	
30	Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu	TAK	
31	Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms	TAK	
32	Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J	TAK	
33	Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji	TAK	

34	Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków.	TAK	
35	Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze).	TAK	
36	Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund	TAK	
37	Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA	TAK	
38	Możliwość aktualizacji protokołu AED	TAK	
39	Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J	TAK	
40	W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J	TAK	
41	Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg).	TAK	
42	Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej	TAK	
43	Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych	TAK	
44	Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii.	TAK	
45	Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora.	TAK	
	EKG		
46	Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń	TAK	
47	Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta	TAK	
48	Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min.	TAK	
49	Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto	TAK	
50	Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji	TAK	
51	Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF	TAK	
52	Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta	TAK	

	RESPIRACJA IMPEDANCYJNA		
53	Pomiar respiracji metodą impedancyjną	TAK	
54	Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min.	TAK	
55	Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek.	TAK	
56	Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia	TAK	
57	Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie	TAK	
58	Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA	TAK	
59	Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp/min	TAK	
60	Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms.	TAK	
	SPO2		
61	Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1%	TAK	
62	Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min	TAK	
63	Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia	TAK	
64	Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych	TAK	
	NIBP/Temperatura/IBP		
65	Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną.	TAK	
66	Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie	TAK	
67	Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT)	TAK	

68	Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg	TAK	
69	Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min.	TAK	
70	Pomiar temperatury 2 kanałowy. Wyświetlanie temperatur: T1, T2 oraz ich różnicy ΔT	TAK	
71	Zakres pomiaru od min. 0-50 °C z rozdzielczością 0,1 °C	TAK	
	IBP		
72	Pomiar inwazyjny ciśnienia krwi - 2 kanałowy	TAK	
73	Zakres pomiaru od -50-360 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg	TAK	
74	Możliwość ustawienia nazwy etykiety oraz koloru krzywej IBP	TAK	
75	Możliwość zastosowania przetworników min. 3 różnych producentów	TAK	
	EtCO2		
76	Pomiar CO2 w zakresie od min. 0-150 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg	TAK	
77	Zakres pomiaru awRR od min. 0-150 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min.	TAK	
	INNE		
78	Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych	TAK	
79	W ofercie wykonawcy, dedykowana do używanych w defibrylatorze akumulatorów, ładowarka zewnętrzna. Zasilana z sieci 230V AC / 12V DC.	TAK	
	Pozostałe wymagania		
1	Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy).	TAK (podać)	

2	Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.	TAK	
3	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga <u>częstszych niż 1 x w roku</u> przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów.	TAK (podać)	
4	Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat	TAK (podać)	
5	Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający	TAK	
6	Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne	TAK	
7	Wypełniony paszport techniczny	TAK	
8	Instrukcje obsługi, <u>w tym sposobu mycia i dezynfekcji</u> , w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej	TAK	
9	Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	TAK (podać)	
10	Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu)	TAK	
11	Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik nr 7.3 do SWZ
DZP/89/2023

.....
(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: **Materac grzewczy – 1 zestaw**

Typ/Model (podać):

Producent (podać):

Dostawca (podać):

Rok produkcji: 2023

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
I	Wymagania		
1	Urządzenie fabrycznie nowe, niepodemonstracyjne, wyprodukowane nie później niż w 2023 roku	TAK	
	Urządzenie sterujące		
2	zestaw ogrzewający oparty o technologię „suchego grzania” - bez udziału wody lub powietrza - przystosowany do pracy na bloku operacyjnym: warstwa ogrzewająca wykonana z przewodzących polimerów bez zawartości węgla lub polimeru węglowego (nie dopuszcza się elementów grzewczych wykonanych z włókien węglowych)	TAK (podać) polimer bezwęglowy – 10 pkt / polimer węglowy – 1 pkt	
3	zestaw składa się z urządzenia sterującego oraz elementów grzewczych (np. materacy, kocy grzewczych)	TAK	
4	zestaw wyposażony w tryb aktywnej, automatycznej regulacji ciepłoty ciała pacjenta w oparciu o czujniki temperatury wbudowane w elementy grzewcze i moduł monitorowania rzeczywistej temperatury ciała ludzkiego (wewnętrznej lub powierzchniowej - czujniki kompatybilne z YSI 400)	TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt	

5	zestaw nie wymaga stosowania dedykowanych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku	TAK	
6	zestaw przystosowany do wykonywania śródoperacyjnych zdjęć RTG	TAK	
7	zestaw wykorzystujący prąd stały o niskim napięciu zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń medycznych	TAK	
8	w ofercie producenta dostępne elementy grzewcze w różnych rozmiarach	TAK	
	Moduł kontrolny		
9	kompaktowe urządzenie sterujące kontrolowane mikroprocesorowo, z mocowaniem do standardowych statywów kroplówkowych, masa (m) poniżej 5,0 kg	TAK (podać) m ≤ 4,0 kg - 10 pkt 4,0 < m ≤ 5 kg - 1 pkt	
10	możliwość zamocowania urządzenia sterującego do stołu	TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt	
11	urządzenie sterujące wyposażone w minimum 4'', barwny ekran dotykowy	TAK (podać) powyżej. 6,5'' - 10 pkt 4'' - 6,5'' - 1 pkt	
12	urządzenie sterujące przystosowane do pracy jednocześnie z minimum trzema elementami grzewczymi (np. materac i dwa koce) do stosowania u pacjentów dorosłych	TAK (podać) 3 urządzenia - 1 pkt 4 i powyżej 10 pkt	
13	ustawianie zadanej temperatury: niezależnie dla każdego elementu grzewczego	TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt	
14	minimalny zakres ustawień temperatury materaca grzewczego od 36 °C do 40 °C, skok regulacji temperatury: max. 1,0 °C	TAK	
15	urządzenie sterujące wyposażone w moduł monitorowania rzeczywistej temperatury ciała ludzkiego (wewnętrznej lub powierzchniowej - czujniki kompatybilne z YSI 400)	TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt	
16	alarm dźwiękowy zbyt wysokiej temperatury	TAK	
17	czas potrzebny do osiągnięcia ustawionej temperatury z temperatury otoczenia (23 °C ± 2°C) max. 45 minut	TAK	
18	alarm informujący o nieosiągnięciu ustawionej temperatury dla elementu grzewczego w czasie 10 minut od rozpoczęcia pracy	TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt	
19	dostępne min. dwa (2) różne rozmiary materaców grzewczych	TAK	
	Materac grzewczy		

20	czujnik temperatury wbudowany w powłokę materaca, w sposób zapewniający kontakt czujnika z pacjentem w celu pomiaru temperatury powierzchni elementu grzewczego na styku z ciałem pacjenta, miejsce lokalizacji czujnika wyraźnie oznaczone na powierzchni materaca	TAK	
21	powłoka materaca zmywalna (w sposób analogiczny jak materace na stole operacyjnym) o gładkiej powierzchni zewnętrznej zawierającej substancję antybakteryjną, brzegi szczelne, zgrzane	TAK	
22	wewnątrz materaca pianka o działaniu zmniejszającym nacisk pacjenta na podłoże	TAK	
23	szerokość materaca od 48 do 52 [cm]	TAK, podać	
24	długość materaca od 120 do 130 [cm]	TAK, podać	
25	przewód łączący urządzenie sterujące z materacem, min. 4 [m]	TAK, podać	
	Koc grzewczy		
26	czujnik temperatury wbudowany w powłokę koca, w sposób zapewniający kontakt czujnika z pacjentem w celu pomiaru temperatury powierzchni elementu grzewczego na styku z ciałem pacjenta, miejsce lokalizacji czujnika wyraźnie oznaczone na powierzchni koca	TAK	
27	powłoka koca zmywalna (w sposób analogiczny jak materace na stole operacyjnym) o gładkiej powierzchni zewnętrznej zawierającej substancję antybakteryjną, brzegi szczelne, zgrzane	TAK	
28	technologia wykonania pozwala na złożenie/zagięcie koca w celu dostosowania do pola operacyjnego i wielkości obszaru ogrzewania	TAK	
29	szerokość koca od 72 do 78 [cm]	TAK, podać	
30	długość koca od 96 do 104 [cm]	TAK, podać	
31	masa koca max: 3 kg	TAK, podać	
32	grubość koca: max 1,0 cm	TAK, podać	
33	przewód łączący urządzenie sterujące z kocem, min. 4 [m]	TAK, podać	
	Pozostałe wymagania		
1	Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy).	TAK (podać)	

2	Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.	TAK	
3	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga <u>częstszych niż 1 x w roku</u> przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów.	TAK (podać)	
4	Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat	TAK (podać)	
5	Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający	TAK	
6	Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne	TAK	
7	Wypełniony paszport techniczny	TAK	
8	Instrukcje obsługi, <u>w tym sposobu mycia i dezynfekcji</u> , w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej	TAK	
9	Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	TAK (podać)	
10	Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu)	TAK	
11	Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik nr 7.4 do SWZ
DZP/89/2023

.....
(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: **Pompy infuzyjne – 1 zestaw**

Typ/Model (podać):

Producent (podać):

Dostawca (podać):

Rok produkcji: 2023

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
I	Wymagania		
1	Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny, wyprodukowane nie później niż w 2023 roku	TAK	
	Pompy infuzyjne strzykawkowe – 2 szt		
2	System do ogrzewania płynów infuzyjnych oraz krwi - sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody	TAK	
3	System dwumodułowy - moduł sterujący, moduł grzewczy	TAK	
4	Moduł sterujący	TAK	
5	Wymiary: 280mm x 120mm x 190mm (± 20mm)	TAK	
6	Masa modułu sterującego: 1700g kg (± 100g)	TAK	

7	Napięcie wejściowe jednostki sterującej: 100-240V, 50/60Hz	TAK	
8	Maksymalny pobór mocy: 160W	TAK	
9	Klasa (IEC 60529) modułu sterującego: IPX1	TAK	
10	Nastawa temperatury w jednostce sterującej gwarantująca temperaturę na wylocie jednorazowego zestawu grzewczego na poziomie 39°C z dokładnością do 2°C	TAK	
11	Możliwość pracy z prędkościami przepływu od 5ml do 100ml/min przy początkowej temperaturze wynoszącej 20°C	TAK	
12	Przedział temperatury początkowej: 5-30°C	TAK	
13	Możliwość przymocowania do statywu, poręczy łóżka (uchwyt typu imadło)	TAK	
14	Wbudowany panel sterujący	TAK	
15	Wizualny alarm przekroczenia temperatury płynów	TAK	
16	Długość przewodu zasilającego: min. 400cm (± 20cm)	TAK	
17	Długość przewodu interfejsu: min. 180cm (± 20cm)	TAK	
18	Klasa IEC 60601-1: Klasa II, izolowany korpus (BF), trzeci przewód w kablu zasilającym spełnia funkcję uziemienia	TAK	
19	Moduł grzewczy	TAK	
20	Wymiary: 160mm x 70mm x 50mm (± 10 mm)	TAK	
21	Klasa (IEC 60529) modułu grzewczego: IPX4	TAK	
22	Dwa wskaźniki LED pokazujące stan zasilania i temperaturę podawanego płynu	TAK	
23	Wizualny wskaźnik źle zainstalowanego zestawu jednorazowego lub jego braku	TAK	
24	Masa modułu ogrzewającego: 450g (± 50g)	TAK	
25	Akcesoria kompatybilne z urządzeniem	TAK	
26	System ze względów higienicznych bazujący na współpracy ze sterylnymi, jednorazowymi zestawami grzewczymi (kasetami)	TAK	
27	Kształt kasety dopasowany do modułu grzewczego w sposób gwarantujący prawidłowe jego ułożenie w module - istnieje tylko jedna opcja poprawnej instalacji kasety celem uniknięcia nieprawidłowego jego ułożenia	TAK	
28	Objętość napełnienia sterylnego, jednorazowego zestawu grzewczego 3ml (± 2ml)	TAK	

29	Pasujący do standardowych zestawów kroplówkowych ze złączem Luer- Lock	TAK	
30	Wyjściowa temperatura płynu na końcu linii: 39°C (± 2°C)	TAK	
31	W zestawie 5 kaset standardowych o poniższych parametrach: Jednorazowe, sterylne pakowane zestawy zaprojektowane w kierunku ogrzania płynów infuzyjnych oraz krwi do temperatury 39°C (± 2°C). Pasujące do standardowych zestawów kroplowych ze złączem Luer-Lock. Wymiary zestawu: 120 x 35 x 10 mm (± 2 mm). Objętość napełnienia zestawu 3 ml (± 2 ml). Długość linii pacjenta 400 mm.	TAK	
	Pompa infuzyjna – objętościowa – 1 szt.		
32	Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie.	TAK	
33	Możliwość wyposażenia pompy w detektor .	TAK	
34	Możliwość wykrywania powietrza w drenie. Dwa czujniki powietrza	TAK	
35	Regulowana czułość detektora powietrza min. 6 stopni.	TAK	
36	Zakres szybkości dozowania: minimum w zakresie 0.1 – 2200 ml/h	TAK	
37	Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h	TAK	
38	Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką)	TAK	
39	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji	TAK	
40	Możliwość programowania parametrów bolusa a) Objętość / dawka b) szybkość podaży	TAK	
41	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: a) ml, b) ng, µg, mg, g, c) na kg wagi ciała lub nie, na min, godz.	TAK	
42	Możliwość wprowadzenia do pamięci pompy biblioteki leków do 4000 pozycji	TAK	
43	Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejestr 3000 zdarzeń	TAK	
44	Praca w trybach : a) tryb prędkość, b) tryb dawki,	TAK	

	<ul style="list-style-type: none"> c) tryb dawki nasyconej, d) tryb czasu dawki, e) tryb czasu, f) tryb sekwencyjny, g) tryb przerywany, h) tryb dawki nasycającej, i) tryb mikro-infuzji j) tryb wzrost/ stała/spadek 		
45	Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 50-1000 mm Hg,	TAK	
46	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Minimum 15 programowanych progów.	TAK	
47	Wykrywanie okluzji powyżej pompy (pojemnik/ pompa)	TAK	
48	Wykrywanie okluzji poniżej pompy (pompa/pacjent)	TAK	
49	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.	TAK	
50	<p>Alarmy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 5 min. do końca podaży zaprogramowanej objętości b) podana zaprogramowana objętość c) przepływ za mały / za duży d) powietrze w drenie e) okluzja f) czas do rozładowania akumulatora g) akumulator rozładowany h) zanik zasilania sieciowego <p>pompa uszkodzona</p>	TAK	
51	Czas pracy z akumulatora min. 11 h @ 25 ml/h	TAK	
52	Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h	TAK	
53	<p>Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, b) automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, 	TAK	
54	<p>Możliwość wyświetlenia następujących informacji jednocześnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nazwa leku, b) prędkość infuzji, c) objętość do podania VTBI , d) łączna objętość podana, e) stan naładowania akumulatora, f) wartość limitu ciśnienia g) aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej , h) aktualne ciśnienie w drenie podane w formie piktogramu , i) stan infuzji (w toku lub zatrzymana). 	TAK	

55	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
56	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim	TAK	
57	Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych elementów .	TAK	
58	Waga pompy max 1,7 kg	TAK	
59	Możliwość stosowania drenów do podaży: a) leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, b) leków światłoczułych, c) krwi i preparatów krwiozastępczych d) żywienia dojelitowego e) linii wieloportowych do podaży leków w chemioterapii f)zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu	TAK	
60	Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz za pośrednictwem stacji dokującej	TAK	
61	Ochrona przed zalaniem; min IP33; Typ CF; klasa I ; odporna na defibrylację	TAK	
	Stacja dokująca do zakupionych pomp		
62	Możliwość mocowania zakupionych pomp	TAK	
63	Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS	TAK	
64	Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn	TAK	
65	Zasilanie przez wbudowany zasilacz sieciowy 230 V AC 50/60Hz	TAK	
66	Zatraskowy system szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej	TAK	
67	Możliwość wyjęcia ze stacji dowolnej pompy strzykawkowej lub objętościowej.	TAK	
68	Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy	TAK	

69	Możliwość zaprogramowania pompy zainstalowanych w stacji w sposób umożliwiający podaż kaskadową (koniec infuzji z jednej pompy uruchamia podaż w innej – wskazanej)	TAK	
70	Przy programowaniu podaży kaskadowej funkcja pozwalająca na jednoczesną zmianę parametrów w pompie pierwotnej i wtórnej	TAK	
71	Zaczep na korpusie do mocowania drenu	TAK	
72	Stacja posiadająca zespolony uchwyt do przenoszenia	TAK	
73	Ochrona przed zalaniem; min IP33; Typ CF; klasa I ; odporna na defibrylację	TAK	
	Stojak do stacji i pomp		
74	Podstawa, kolumn i głowica wykonana ze stali kwasoodpornej	TAK	
75	Głowica min. dwa haczyki	TAK	
76	Podstawa o średnicy 600 mm z pięcioma kołami o średnicy 75 mm, dwa z blokadą	TAK	
77	Rączka do wygodnego prowadzenia stojaka	TAK	
78	Regulacja w zakresie wysokości 1600-2000 mm	TAK	
79	Listwa zasilająca	TAK	
80	Nośność min. 20 kg.	TAK	
	Pozostałe wymagania		
1	Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy).	TAK (podać)	
2	Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.	TAK	

3	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga <u>częstszych niż 1 x w roku</u> przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów.	TAK	
4	Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat	TAK (podać)	
5	Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający	TAK	
6	Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne	TAK	
7	Wypełniony paszport techniczny	TAK	
8	Instrukcje obsługi, <u>w tym sposobu mycia i dezynfekcji</u> , w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej	TAK	
9	Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	TAK (podać)	
10	Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu)	TAK	
11	Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Załącznik nr 7.5 do SWZ
DZP/89/2023

.....
(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: **Stolik (wózek) anestezyjologiczny – 1 zestaw**

Typ/Model (podać):

Producent (podać):

Dostawca (podać):

Rok produkcji: 2023

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
I	Wymagania		
1	Urządzenie fabrycznie nowe, niepodemonstracyjne, wyprodukowane nie później niż w 2023 roku	TAK	
2	Wykonany z aluminium, stali i konstrukcji ABS.	TAK	
3	Wymowana tacka boczna.	TAK	
4	Szuflady z przeladkami konfigurowalne według potrzeb.	TAK	
5	Kosz do przechowywania.	TAK	
6	koszyk na dokumenty	TAK	
7	Podwójny kosz na śmieci z pedałem do otwierania.	TAK	

8	2 pojemniki na ostre przedmioty.	TAK	
9	4 koła, w tym 2 z hamulcami.	TAK	
10	Wymiary: a) Wysokość: 94 cm (maks. 160) b) Szerokość: 58 cm (maks. 122) c) głębokość: 52 cm	TAK	
11	Zdejmowana taca miary : a) Szerokość: 36 cm b) głębokość: 35cm	TAK	
12	Wymiary najwyższej półki : a) Wysokość: 16 cm b) Szerokość: 60 cm c) głębokość: 12 cm	TAK	
	Pozostałe wymagania		
1	Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy).	TAK (podać)	
2	Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.	TAK	
3	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów.	TAK (podać)	
4	Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat	TAK (podać)	
5	Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający	TAK	
6	Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne	TAK	
7	Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej	TAK	

8	Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	TAK (podać)	
9	Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.