

Opis Przedmiotu Umowy

Przedmiotem umowy jest usługa utrzymania w gotowości 16 urządzeń AED CU Medical iPad SP-1 będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w Delegaturach Urzędu podczas trwania okresu gwarancji urządzeń.

W ramach umowy Wykonawca obowiązany jest do następujących czynności inspekcyjnych:

- wymiana baterii po okresie jej przydatności lub w przypadku gdy urządzenie sygnalizuje taką potrzebę po użyciu (udokumentowana akcja ratownicza);
- wymiana elektrod terapeutycznych nie później niż w dniu upływu terminu ich ważności (22 grudnia) lub po użyciu w celach ratowania życia (udokumentowana akcja ratownicza);
- wymiana zużytych lub przeterminowanych elementów składowych zestawu ratowniczego (apteczka AED);
- czyszczenie i dezynfekcja urządzenia AED w trakcie każdego przeglądu oraz na żądanie po użyciu (udokumentowana akcja ratownicza);
- czyszczenie systemu montażu (skrzynka/kapsuła/uchwyt ścienny) przy każdych oględzinach oraz na żądanie po użyciu (udokumentowana akcja ratownicza);
- sprawdzenie kompletności zestawu i jego gotowości do użycia;
- w przypadku awarii przekazanie urządzenia do autoryzowanego serwisu producenta;

Warunki wykonywania inspekcji:

- Wizytacja urządzeń w miejscu ich instalacji raz do roku
- Realizacja cyklicznych działań kontrolnych przez 5 lat od momentu podpisania umowy
- Wykonanie kompletu inspekcji (16 lokalizacji) w ciągu 14 dni pomiędzy 8 a 22 grudnia każdego roku w trakcie trwania umowy.
- Instalacja elektrod oraz baterii, które Urząd Marszałkowski nabędzie u Wykonawcy za cenę oferowaną w formularzu ofertowym.

Doświadczenie

- W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty (protokoły, referencje lub inne poświadczenia) potwierdzające należyte wykonanie usług kompleksowego utrzymania w gotowości urządzeń AED dla co najmniej 10 odbiorców i łącznie dla minimum 15 urządzeń AED.

W kwocie oferty należy uwzględnić koszt dojazdu do niżej wymienionych lokalizacji na terenie województwa mazowieckiego (protokół odbioru czynności) oraz koszt użyczenia zastępczego urządzenia na czas potencjalnej naprawy a także koszt oddania urządzenia do autoryzowanego serwisu. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne (baterie, elektrody terapeutyczne) muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane, bez śladów uszkodzenia i dedykowane do CU Medical iPad SP-1.

Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania dokumentów.

Protokół odbioru czynności wykonanych w trakcie inspekcji

Lp.	Lokalizacja (adres)	Czynności wykonane w trakcie inspekcji		
		Wymiana baterii	Wymiana elektrod	Kontrola gotowości. Czyszczenie urządzenia
1	al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa			
2	ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa			
3	ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa			
4	ul. Kijowska 10A/12A, 03-743 Warszawa			
5	ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa			
6	ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa			
7	ul. Chrobrego 29, 02-479 Warszawa			
8	ul. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa			
9	ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa			
10	ul. Piłsudskiego 38, 07-400 Ostrołęka			

11	ul. Kościuszki 5a, 26-600, Radom			
12	ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów			
13	ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock			
14	ul. Miła 3, 05-200 Wołomin			
15	ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno			
16	ul. 1 maja 17, 96-600 Żyrardów			