



Słupsk, dnia 25.04.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora badań”- nr postępowania 39/TP/2023

Na podstawie **art. 284 ust. 6** – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy punktu 16 w Opisie przedmiotu zamówienia dla postępowania 39/TP/2023.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym system kaset daje możliwość doboru kasety w zależności od natężenia wykonywanych wyłącznie oznaczeń pH, pCO₂, pO₂, Hb całk, MetHb, O₂Hb, HHb, COHb, FHbF, sO₂, cNa⁺, K⁺, cCa⁺⁺, cCl⁻, glukoza, mleczyzny, bilirubina całkowita, natomiast dla wyspecyfikowanego (zawierającego dodatkowo kreatyninę i mocznik) panelu oznaczeń przewiduje system kaset o określonej ilości testów?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Dotyczy punktu 7 Warunków Gwarancji i Serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia dla postępowania 39/TP/2023.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przeglądy techniczne wykonywane były w interwałach zgodnych z zaleceniami producenta tj. jeden raz na rok?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta tj. jeden raz na rok.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak