



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 19-03-2020 r.

L.dz. 4WSzKzP.SZP.2612.14.2020.71.177

## **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem platformy elektrochirurgicznej i generatora do termoablacji”, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.14.2020*

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej PZP, informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 2 PZP:

**Pytanie nr 5: dot. pakietu nr 2.**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 800 ml, jak stosowane dotychczas.

**Odpowiedź na pytanie nr 5: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6: dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie sond o średnicy 7 Fr i 8,5 Fr.

**Odpowiedź na pytanie nr 6: NIE, SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 7: dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie kateterów trójkanałowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: NIE, SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 8: dot. pakietu nr 8.**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm

**Odpowiedź na pytanie nr 8: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9: dot. pakietu nr 8.**

Czy Zamawiający w pozycji 5 i 10 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1200 mm, sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź na pytanie nr 9: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10: dot. pakietu nr 8.**

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 10: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11: dot. pakietu nr 8.**

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczotek dwukanałowych, z kanałem na prowadnicę o średnicy 0,035" na całej długości osłonki, długość narzędzia 2000 mm, długość szczoteczki w zakresie 10-15 mm, średnica włosia w zakresie 0,10-0,20 mm, końcówka prowadząca nad włosiem szczoteczki i nakładka pod włosiem pełniące rolę znaczników radiologicznych, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź na pytanie nr 11: NIE, SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 12: dot. pakietu nr 11.**

Czy Zamawiający w pozycji 1 do 6 dopuści zaoferowanie ładunków i staplerów o wysokości zszywki 3,85 mm i 4,5 mm, staplery i ładunki z nożem w ładunku, pozycje działania – otwarta i zamknięta.

**Odpowiedź na pytanie nr 12: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13: dot. pakietu nr 11.**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o długości linii szwu 65 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 13: NIE, SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 14: dot. pakietu nr 11.**

Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o długości linii szwu 85 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 14: NIE, SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 15: dot. pakietu nr 11.**

Czy Zamawiający w pozycji 5 i 6 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o długości linii szwu 105 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 15: NIE, SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 16: dot. pakietu nr 11.**

Czy Zamawiający w pozycji 7 i 8 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o długości linii szwu 45, 60 i 90 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 16: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17: dot. pakietu nr 11.**

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie staplerów o rozmiarze 21, 24, 26, 29 i 32 mm, staplery w rozmiarze 21, 24 i 26 mm z główką w kształcie stożka z otworem do zabezpieczania szwem, wysokość otwartej zszywki 4,2-5,0 mm, staplery endoskopowe o długości w zakresie 300 – 520 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 17: NIE, SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 18: dot. pakietu nr 9 poz. 1-2.**

Czy zamawiający dopuści ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z opaską mocującą nie zawierającą lateksu, wykonany z polietylenu, możliwość dopasowania do pacjenta, średnica otworu głównego 21 mm x 26,5 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 18: NIE, SIWZ bez zmian.**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.**

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia  
 WOLSKO ENANTA  
 POLSKA GŁÓWA REKONSTRUCYJNA Z POLIKLINIKĄ  
 ul. ...  
 (podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej)  
 mgr ...  
 Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych