

Opole, dnia 04.04.2023 r.

L.dz. 12032023

Nr postępowania: ZP/03/2023

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

**ODPOWIEDZI
na wnioski i zapytania do treści SWZ**

W związku z wpływem do Zamawiającego wniosków Wykonawców dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sprzęt jednorazowego użytku”, nr postępowania ZP/03/2023, zgodnie z treścią art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet nr 7, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego portu dożylnego :

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port niskoprofilowy o wysokości 10mm, standardowy o wysokości 12mm. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 6,5F lub 7,2FR o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, przewodnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokiociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2

Pakiet nr 7, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej igły bezpiecznej do portów :

Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu aktywowany jedną ręką. Zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, z automatycznym pozytywnym ciśnieniem podczas wyciągania igły, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta. Konstrukcja igły umożliwiająca obserwację miejsca nakłucia. Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów trójkanałowych z cewnikiem 7.5Fr temperowanym do 5Fr, dł. narzędzi 175 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 5, w miejsce pierwotnych parametrów, zagiętych sfinkterotomów z bardzo długim stożkiem średnica cewnika 5.1-4Fr, dł. cewnika 180cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 8, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg żółciowych w rozmiarach: 6-4, 6.9-4, 8.4-5, 9-6, 9.6-6, 11.4-7Fr, temperowanych na dł.4 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 14, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników popychających z cewnikiem popychającym w rozmiarze: 5, 7, 8.5, 10, 11 FR. Pozostałe parametry zgodnie z swz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 19, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężanych do dwunastnicy na kanał roboczy 3.7mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 8

Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji 1 dopuści sprzęt równoważny marki Avanos- zestaw do wprowadzania zgłębników gastrostomijnych metodą „Push”. Zestaw zawiera: gotowy do użycia zestaw kotwiczący z zapinkami T SAF-T-PEXY ze szwami rozpuszczalnymi 3/0 Biosyn oraz poliuretanową blokadą szwu, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne, teleskopowy rozszerzacz seryjny, bezpieczny skalpel, igłę wprowadzającą, przewodnik z końcówką w kształcie litery J, urządzenie do pomiaru stomii, , strzykawkę. Dedykowany do zgłębników o rozmiarach FR 12, 14, 16, 18, 20.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 9

Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji 2 dopuści sprzęt równoważny marki Avanos - zgłębnik do jejunostomii umieszczany metodą operacyjną za pomocą techniki Witzela. Wykonany z silikonu medycznego, posiada skrzydełka mocujące, znaczniki RTG, jest wysterylizowany promieniami gamma. Zgłębnik wyposażony w mufkę wrastającą pod skórą oraz narzędzie służące do przeciągania portu przez powłoki skórne. Rozmiar 14FR, złącze Luer-Lock z dołączonym adapterem ENFit.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 10

Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji 3 dopuści sprzęt równoważny marki Avanos - Zgłębnik gastrostomijny mocowany w żołądku metodą Push za pomocą balonu. Wyposażony jest w transparentny port do podawania żywienia z silikonową zatyczką oraz drugi biały port do napełniania balonu z oznaczeniem szerokości stomii i objętości wody jaką należy podać w celu wypełnienia balonu. Zgłębnik posiada nadrukowaną miarkę głębokości stomii. Dostępny w rozmiarach Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 11

Pakiet 7 Pozycja 1 Czy Zamawiający mając na względzie zasadę efektywności i konkurencyjności, dopuści port o parametrach niegorszych i tej samej lub lepszej funkcjonalności leczniczej i różnicach podanych w nawiasach wytłuszczonym drukiem : Port dożylny wykonany z biogodnego materiału z komorą z dnem tytanowym (w zamian proponujemy port wykonany w całości z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego- innowacyjny materiał o wytrzymałości lepszej niż tytan , bo technologia umożliwia stosowanie portów w środowisku MRI do 7Tesla , gdy tymczasem porty standardowe kompatybilne są ze środowiskiem do 3 Tesla) w celu zmniejszenia

ryzyka uszkodzenia portu w trakcie użytkowania, niskoprofilowy 11-12 mm i wysokoprofilowy 13 -14 mm (proponujemy 12,1mm - wysokość uniwersalna nie zmieniającą funkcji leczenia i użytkowania), możliwość zidentyfikowania portu jako wysokociśnieniowego za pomocą promieni RTG, max. ciśnienie iniekcji powyżej 300 psi (proponujemy minimum 300 PSI, w przeciwnym razie parametr będzie wykluczył innych oferentów , a zmiana parametru nie ma negatywnego wpływu na terapię) , szybkość przepływu dla igły G20 5 ml/s, warunkowo bezpieczny w warunkach MR do 3 T, cewnik silikonowy 6,5F i 8,5F (proponujemy 6F i 8F - nie ma negatywnego wpływu na terapię) do wyboru. Zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera: przeciwwzakłuciowa, echogeniczna igła Seldingera G18x 70mm, ułatwiająca lokalizację końcówki igły przy zastosowaniu USG; koszulka rozrywalna 7F lub 9F; drut prowadnik typu J 0,035x50 cm w podajniku umożliwiającym wprowadzenie aplikacji drutu jedną ręką, podjnik z blokadą wycofania drutu; tunelizator, igła do portu ze szlifem łyżeczkowym G22 x 30mm; strzykawka 10 ml; dwa plastikowe łączniki na cewnik; osłona USG 13x 122cm (20 g sterylnego żelu , 2 gumki mocujące osłonę (zawinięta w serwetę 40x40 cm.). (proponujemy Elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przepłukiwania zestawu 22G, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem; strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml, narzędzie do unoszenia naczyń, oraz osłona na USG z taśmą zaciskową, sterylny żel, serweta 40x40cm) Opakowanie zbiorcze 4 moduły , wycena za 1 moduł (prosimy- elementy zaznaczone na czerwono - o wykreślenie tego zapisu, wskazuje na jednego wykonawcę)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 12

Pytanie 2 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę Hubera, niesilikonowaną, zakrzywioną o atraumatycznym szlifem, z karbowanymi, odpinanymi skrzydełkami, z drenem o dł. 20cm, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu, z przezroczystą podstawą i miękką, nienasiąkliwą pianką o grubości 4mm, zapewniającą pacjentowi komfort użytkowania, stosowana do wstrzyknięć ciśnieniowych – maksymalne ciśnienie do 325 Psi (oznaczenie na opakowaniu), do podawania kontrastu, do wlewów, możliwe w środowisku CT, nie zawiera lateksu i DEHP.



Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15, 20, 25, 32, 38mm. Opakowanie zbiorcze 50szt, wycena za 1szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 13

Pakiet 8 Czy Zamawiający mając na względzie zasadę efektywności i konkurencyjności, dopuści cewnik o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności, cewnik gwarantujący wysokie przepływy , ochronę przed odkładaniem się skrzeplin :

Zestaw dializacyjny permanentny (stały) wykonany w technologii typu ENDEXO – polimer niewymywalny w mieszany w poliuretan– materiał odporny na odkładanie się skrzeplin. Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy 15,5F - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip);Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm, 43/48cm, 50/55cm, do wyboru przez Zamawiającego



- zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,
- końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,
- osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,
- posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,
- wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych,
- końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu

Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 14

Pakiet nr 8 Czy Zamawiający dopuści cewnik długoterminowy 14F lub 16F o długościach od mufki: 19,23,27,31,35,50cm, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich wykonany z biokompatybilnego karbotanu cewnik odporny na rozpuszczalniki i na wszystkie powszechnie stosowane roztwory czyszczące na bazie jodu i alkoholu, wytrzymały na rozciąganie, elastyczny, odporny na załamania, posiadający solidne złącza typu luer i zaciski oznaczone kolorami, z nadrukiem objętości na ramionach, obrotowe skrzydełka do mocowania, miękka stopniowana końcówka cewnika ułatwia płynne wprowadzanie i zmniejsza stopień recyrkulacji, skład zestawu: 1 x cewnik, 1 x 18g x 7cm igła introduktora z zaworem bocznym 1 x 0.035" x 70cm prowadnik nitinolowy z końcówką J, 2 x rozszerzacz naczyń, 1 x introduktor z odrywaną osłonką, 1 x mandryn tunelowy 1 x strzykawka 10ml, 1 x Skalpel nr 11, 2 x Nasadki iniekcyjne, 1 x Bezszywowe urządzenie mocujące 2 x Opatrunek na ranę, 1 x Naklejka identyfikacyjna pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 15

Pakiet nr 8 Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej czy Zamawiający wskaże granice równoważności w sposób zachowujący zasady uczciwej konkurencji?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

Pytanie 16

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Zamawiający określa, że minimalna wartość realizacji przedmiotu umowy wynosi 70%.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 17

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony, Wykonawca

zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 18

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ceny jednostkowe netto, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, nie ulegną wzrostowi przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 6 i 10.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 19

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ceny jednostkowe netto, o których mowa w załączniku do niniejszej umowy, nie ulegną wzrostowi przez okres obowiązywania umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 20

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 21

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„stawki podatku od towarów i usług, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto;”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 22

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 23

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,50 % wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia licząc od momentu wyznaczonego terminu do usunięcia wady.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 24

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega, że w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia, będzie upoważniony do dokonania zakupu u osoby trzeciej, obciążając Wykonawcę pełną wysokością kwoty poniesioną przez Zamawiającego, w szczególności kwotą zamówionego towaru wraz z kosztami jego dostarczenia oraz wydatkami poniesionymi w związku z koniecznością wyłonienia osoby trzeciej w celu realizacji zakupu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 25

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 5 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„...karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 26

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego (wynikających z niniejszej umowy) na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić...”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 27

Pakiet 10 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu w rozmiarze ch21 zamiast 22?

Reszta parametrów zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 28

Pakiet 10 pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu posiadającego aluminiowego trokaru?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 29

Pakiet 10 pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dren pakowany podwójnie: zewnątrz oraz wewnątrz w papier/folia?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 30

Pakiet 10 pozycja 4 – Czy zamawiający dopuści końcówkę (w opakowaniu podwójnym) całą transparentną z podwójnym załamaniem krzywizny w rozmiarze ch21 jak na zdjęciu:



Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 31










Pakiet 10 pozycja 4 – Czy zamawiający dopuści końcówkę pakowaną podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 32

Pakiet 10 pozycja 5 – Czy zamawiający dopuści zgłębnik:

- wykonany z medycznego PVC
- „zmrożona” powierzchnia zewnętrzna
- barwny kod konektorów
- cztery otwory boczne
- długość 1250 mm
- odporny na załamanie
- znaczniki głębokości na 450, 550, 650, 750 mm od końca dystalnego
- miękki, gładko zakończony koniec
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowy, jednorazowego użytku

rozmiar [CH/FG]	kolor	nr katalogowy			
		-	z prowadnicą z linią rtg	z otworem centralnym z linią rtg	z obciążnikiem z linią rtg
8		60-0800	-	61-0800	62-0800
10		60-1000	-	61-1000	62-1000
12		60-1200	60-1260	61-1200	62-1200
14		60-1400	60-1460	61-1400	62-1400
16		60-1600	60-1660	61-1600	62-1600
18		60-1800	60-1860	61-1800	62-1800
20		60-2000	60-2060	61-2000	62-2000
22		60-2200	60-2260	61-2200	-
25		60-2500	60-2560	61-2500	-

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 33

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 11 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 34

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 35

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 5:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę :

- a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonego terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy;
- b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,50 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od momentu wyznaczonego terminu do usunięcia wady, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 36

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej ceny brutto umowy, o której mowa w §3 ust. 1 pkt. 2).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 37

Pakiet nr 8. Czy zamawiający dopuści wykreślenie z Formularza Cenowego produktu o parametrach: 16 Fr o długości 31cm w wersji z ramionami zakrzywionymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2- formularz asortymentowo- cenowy - po zmianach został udostępniony w osobnym pliku.

Pytanie 38

Dotyczy projektu Umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy do 5 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonego terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 39

Dotyczy projektu Umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści §7 ustęp 6 Wzoru umowy – załącznik nr 5 do SWZ, poprzez naliczanie kar umownych za nieterminową dostawę od wartości niezrealizowanych dostaw?

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 40

Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 1, §7, pkt 1. a – Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej za opóźnienia w wykonaniu dostawy, do wysokości 5 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonego terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 41

Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 1, paragraf 2, ustęp 3: Zwracamy się do Państwa z prośbą o rezygnację z wymogu dostaw „na cito” dla pakietu nr 1. W Pakiecie tym przedmiotem zamówienia są narzędzia do zabiegów endoskopowych, których wykorzystanie można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem i zakupić w normalnym trybie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 42

Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 1, paragraf 2, ustęp 3: W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw „na cito” do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 43

Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 1, paragraf 2, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w ustępie 3 był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 44

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 7 – W celu zwiększenia możliwości terapeutycznych prosimy o dopuszczenie zaoferowania dodatkowej długości protez – 120mm, z zachowaniem pozostałych wymagań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym, załącznik nr 2 do SWZ po zmianach został udostępniony w osobnym pliku.

Pytanie 45

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 7 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania protez samorozprężalnych z otworami w powłoce silikonowej umożliwiającymi odpływ żółci z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.