

## Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.19.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 20 Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawką wodną, kompaktowy kształt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i oszczędności miejsca, komora kolecyjna o pojemności 2300ml ze skalą co 5ml do 250ml, następnie co 10ml do 2300 ml, mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie w zakresie 10cm - 40 cm H<sub>2</sub>O, wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający ciśnienia dodatnie, wypełnienie zastawki pozwala na monitoring ciśnienia, diagnozowanie przecieku, oraz zapobiega przed powrotem, drenowanej treści do pacjenta, samouszczelniający igłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu na przedniej ścianie zestawu, dren łączący półprzezroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym, wysokość do 35 cm, uchwyt do wygodnego przenoszenia i powieszenia zestawu przy łóżku pacjenta, z jednym odłączanym drenem, sterylne, podwójnie opakowany.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 2:** Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 1 wskazał: W przypadku nieterminowych dostaw Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% od wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 3. W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzeżona jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”. W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości .

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 3: Zadanie nr 3 poz. 2 .** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny papieru do

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



aparatu Lifepack o rozmiarze 107 mm x 23 mm, szerokość kratki 100 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga papieru w rozmiarze 110mmx30m

**Pytanie 4: Zadanie nr 3 poz. 6 .** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru USG SONY o rozmiarze 210 mm x 25 mm, ponieważ papier USG o rozmiarze 216 mm x 20 nie jest produkowany.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 5: Zadanie nr 3 poz. 6 .** Prosimy o wyjaśnienie jakiej czułości papieru USG oczekuje Zamawiający tzn. czy należy zaoferować papier o czułości HD czy o czułości SE?

**Odpowiedź:** czułość HD

**Pytanie 6: Zadanie nr 3 poz. 6 .** Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia próbki papieru z pozycji 6 w przypadku gdy wykonawca zaoferuje oryginalny papier firmy SONY, którego jakość jest z pewnością znana Pracownikom Zamawiającego, ze względu na wysoki koszt 1 szt. próbki (ok. kilkadziesiąt do ponad 100 zł za 1 rolkę w zależności od czułości papieru).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 7: Zadanie nr 3 poz. 7 .** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru kompatybilnego do videoprintera Sony 110S/K-61B, który jest tańszym odpowiednikiem papieru oryginalnego producenta Sony.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 8: Zadanie nr 3 poz. 7 .** Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia próbki papieru z pozycji 7 w przypadku gdy wykonawca zaoferuje oryginalny papier firmy SONY, którego jakość jest z pewnością znana Pracownikom Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 9: Zadanie nr 3 poz. 12 .** Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 12 należy zaoferować wszystkie trzy typy elektrod AMBU BLUE SENSOR tj. typ L, typ P, typ R czy tylko jeden typ elektrod? Jeśli tylko 1 typ prosimy o jego wskazanie.

**Odpowiedź:** Typ L i R

**Pytanie 10: Zadanie nr 3 poz. 12 .** Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia próbki tylko 1 wybranego typu elektrody AMBU BLUE SENSOR z pozycji nr 12.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 11: Zadanie nr 3 poz. 12.** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG do badań wysiłkowych standardowych na włókninie, z żelazem stałym, rozmiar 50 mm, w op. – 50 szt., z jednoczesną wyceną op. – 50 szt. i przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 12: Zadanie nr 3 poz. 12 .** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG do badań wysiłkowych standardowych na piance, z żelazem stałym, rozmiar 50 x 35 mm (prostokątna o zaokrąglonych bokach z języczkiem ułatwiającym aplikację), w op. – 50 szt., z jednoczesną wyceną op. – 50 szt. i przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 13: Zadanie nr 3 poz. 12 .** Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. nr 12 należy zaoferować wszystkie 3 typy elektrod tj. typ L, P, R? Elektrody typu L i R są pakowane w op. – 25 szt., natomiast elektrody typu P są pakowane w op. – 50 szt. Czy w związku z tym należy podać w poz. nr 12 cenę elektrod typu P przeliczoną dla op. = 25 szt. czy zamawiający utworzy nową pozycję dla elektrod typu P i poda ilość op.=50 szt., które należy wycenić.

**Odpowiedź:** Typ L i R

**Pytanie 14: Zadanie nr 3 poz. 13 .** Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji na 13 należy zaoferować papier gładki czy w kratkę?

**Odpowiedź:** Papier bez nadruku

**Pytanie 15: Zadanie nr 3 poz. 8, 9 .** Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia próbek

identycznego żelu, jak ten który zostanie zaoferowany w pozycji nr 8 i 9 przez wykonawcę, lecz o mniejszej pojemności tj. 0,25 l celem jego przetestowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 16:** Czy w z zadaniu nr 4 poz. nr 5 i 6 Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem Serres?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie 17:** Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 20 zestawu do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z suchą zastawką, komora kolekcyjna o pojemności 2250 ml wyskalowana co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do 2250 ml, samouszczelniający bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu na przedniej ścianie zestawu i na drenie pacjenta, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 18:** Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy

**Pytanie 19:** Zadanie nr 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w Zadaniu nr 7 zestawu do drenażu klatki piersiowej do wprowadzenia metodą Seldingera Thal Quick: Echogeniczna igła, Eksta sztywny przewodnik Amplatz o zakończeniu J, Rozszerzadła z oznaczeniem centymetrowym, Wprowadzacz rurki, Skalpel, Radiocieniująca rurka do drenażu klatki piersiowej: z 4 portami bocznymi o długości 41cm w rozmiarach: 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 24Fr, 28Fr, 32Fr lub z 3 portami bocznymi 8Fr długość 18cm, 10Fr 20cm, 12Fr 22 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 20:** zad. 4 poz.4. Co Zamawiający rozumie jako "Mocownik mobilny na dwa kanistry 3L"?

**Odpowiedź:** Mocownik mobilny na dwa kanistry 3litrowe.

**Pytanie 21:** zad. poz.4. Czy Zamawiający dopuści standardowe rozwiązanie z dwoma mocownikami na szynę?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 22:** Dotyczy wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wynikających z §7 ust. 1 umowy na następujące: „W przypadku nieterminowych dostaw Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% od wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 3.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 23:** dotyczy zadania nr 14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rury jednorazowego użytku, karbowanej, z możliwością cięcia w miejscu mankietów. Rura w zwoju 50m w opakowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24:** Zadanie 1 poz.1. Czy Zamawiającemu chodzi o rurki ustno-gardłowe typu GUADEL?

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

**Pytanie 25: Zadanie 3, pozycja 4 .** Czy zamawiający dopuści papier do KTG w rozmiarze 143x150x300 z przeliczeniem sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 26: Zadanie 3, pozycja 6 .** Czy zamawiający dopuści papier do USG w rozmiarze 210x25?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 27: Zadanie 3, pozycja 6, 7 .** Czy zamawiający oczekuje oryginalnego papieru do USG?

**Odpowiedź:** Papier musi spełniać wymagania zawarte w OPZ.

**Pytanie 28: Zadanie 3, pozycja 12 .** Czy zamawiający dopuści elektrody w opakowaniach a'50szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem