



**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**

ul. Niechorska 27

72-300 Gryfice

Nasz znak

SPZZOZ/51/2/24

Data

Gryfice 2024-09-09

Sprawa dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy Pzp nr 51/24 pt: „Zakup aparatów do znieczulenia dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii przy SPZZOZ w Gryficach”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z późn zm.) Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:

Zał. nr 1 do SWZ

Punkt nr 3 Ponieważ dysponujemy paszportami technicznymi standardowo stosowanymi do urządzeń medycznych, prosimy o wyjaśnienie jakie elementy ma na myśli Zamawiający wymagając „z wypełniona w pełni metryką”? Czy należy przez to rozumieć model typ urządzenia jego numer seryjny oraz wersję oprogramowania czy w grę wchodzi dodatkowe elementy?

ODP: TAK

Punkt nr 13 Czy Zamawiający dopuści aparat z jedną pojemną szufladą z funkcją autodomykania?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt nr 18 Czy Zamawiający dopuści aparat z zasilaniem w gazy medyczne: tlen powietrze, podtlenek azotu z centralnej sieci szpitalnej? Ssak zamontowany przy aparacie jest napędzany powietrzem i dlatego aparat nie jest wyposażony w zasilanie w próżnię.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Punkt nr 20 Prosimy o potwierdzenie, że butla tlenowa nie stanowi przedmiotu przetargu i taką butlę 10 l państwo posiadacie.

ODP: Tak posiadamy.

Punkt nr 23 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodzi o elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaniu podawanej do pacjenta.

ODP: Tak Zamawiający potwierdza.

Punkt nr 25 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodzi o graficzną prezentację przepływomierzy na ekranie aparatu czyli tzw. wirtualnych przepływomierzy.

ODP: Tak Zamawiający potwierdza.





Punkt nr 33 Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością używania i wymiany bez rozszczelnienia układu pochłaniaczy jednorazowego użytku, natomiast wymiana pochłaniacza wielorazowego może powodować nieszczelność w układzie?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Punkt nr 35 Czy Zamawiający dopuści ssak napędzany powietrzem z regulacją podciśnienia zamontowany fabrycznie po lewej stronie aparatu?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt nr 38 Czy Zamawiający dopuści aparat nowszej generacji z testem automatycznym uruchamianym przez użytkownika?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Punkt nr 44 Czy Zamawiający dopuści aparat z VC-SIMV zamiast VC-IMV?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Punkt nr 45 Czy Zamawiający dopuści aparat z PC-SIMV zamiast PC-IMV?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Punkt nr 46 Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt nr 47 Czy Zamawiający dopuści aparat bez alarmu objętości pojedynczego oddechu? Obecny alarm MV odzwierciedla także zmiany dla pojedynczych oddechów.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt nr 49 Czy Zamawiający dopuści aparat z regulowaną górną granicą ciśnienia?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Punkt nr 63 Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem wbudowanym z przodu aparatu?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Zal. nr 4 wzór umowy

§ 7 ust. 2 Prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10 %?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 7 ust. 3 Prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 5 % w celu realizacji równości stron (w ust. 4 przewidziano karę 5 %, a w ust. 3 10 % - wyraźnie zastosowano różnicowanie stron w tej samej sytuacji)?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

Uzasadnienie: Kara umowna winna stanowić sankcję za nienależyte wykonywanie umowy, ale ma także mobilizować do należytego wykonania umowy i służyć „zdyscyplinowaniu” Wykonawcy, Jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne wprowadzane w ramach swobody kontraktowania, które ma na celu wzmocnić realne i prawidłowe wykonywanie umowy. Kara umowna zastępuje odszkodowanie (choć wystąpienie szkody nie jest konieczne do jej dochodzenia), a ponadto pełni rolę stymulacyjną i represyjną. W ocenie SPZZOZ w Gryficach zastrzeżona wysokość kar umownych nie jest niewspółmierna. Należy pamiętać, że to wyłącznie od strony naruszającej umowę zależy, jak długo i jak często dochodzi do przypadków naruszania przez nią umowy. To strona naruszająca umowę kreuje bowiem stan naruszenia, a tym samym wysokość sankcji





pieniężnej. Dodatkowo, kara umowna może być ostatecznie miarkowana także przez sąd, w oparciu o okoliczności konkretnego przypadku.

Aparat do znieczulenia – 3 szt. 1.

Pkt 13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania wyposażony w szyny sprzętowe, 2 szuflady bez autodomykania oraz blat roboczy?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 35. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z regulacją ciśnienia zintegrowany z aparatem do znieczulania?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt 76, 77. Czy w przypadku potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w tych punktach Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z aparatem odpowiednich modułów pomiarowych?

ODP: TAK

Pytania do zapisów SWZ:

- Dotyczy rozdziału 2, punkt 14, podpunkt a) oraz rozdział 10, punkt 3, podpunkt 6, pozycja a):** Opisy (materiały informacyjne), katalogi producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru w opisach (materiałach informacyjnych), katalogach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?
ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytania do zapisów załącznika nr 1 do SWZ (Formularz parametrów):

- Pkt. 13: Czy zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z szynami sprzętowymi, blatem roboczym oraz trzema szufladami w tym jedną zamykaną na klucz?
ODP: Zamawiający dopuszcza.
- Pkt. 16: Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego Zamawiający oczekuje, aby gniazda elektryczne posiadały indywidualne automatyczne bezpieczniki oraz transformator separacyjny?
ODP: NIE
- Pkt. 18: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z nowocześniejszym ssakiem inżektorowym nie wymagającym stosowania próżni?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza.
- Pkt. 21: Czy ze względu na stosowanie ssaków inżektorowych w naszych aparatach Zamawiający dopuści aparaty bez węża do próżni?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza.
- Pkt. 24: Czy w celu obniżenia ryzyka podania mieszaniny hipoksycznej pacjentowi podczas znieczulenia oraz uniknięcia nadmiernego zużycia świeżych gazów i anestetyków Zamawiający





będzie wymagał wyświetlania minimalnego przepływu O₂ potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego przez użytkownika stężenia wdychanego tlenu?

ODP: NIE

7. Pkt. 42: Czy Zamawiający dopuści tożsamy tryb VCV. Pragniemy nadmienić, że każdy producent aparatów do znieczulenia stosuje różne nazwy tych samych trybów wentylacji

ODP: Zamawiający dopuszcza.

8. Pkt. 43: Czy Zamawiający dopuści tożsamy tryb PCV. Pragniemy nadmienić, że każdy producent aparatów do znieczulenia stosuje różne nazwy tych samych trybów wentylacji

ODP: Zamawiający dopuszcza.

9. Pkt. 44: Czy Zamawiający dopuści wentylację VC – IMV z synchronizacją (VC-SIMV)?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

10. Pkt. 45: Czy Zamawiający dopuści wentylację PC – IMV z synchronizacją (PC-SIMV)?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

11. Pkt. 65: Czy Zamawiający dopuści oraz przyzna dodatkowe 2 punkty za przekątną ekranu: wymiar przekątnej ekranu 15”? Wskazany rozmiar przekątnej ekranu jest wystarczający do monitorowania parametrów funkcji życiowych. Większość producentów w swoim portfolio również posiada ekrany o przekątnej 15”.

ODP: NIE

12. Pkt. 69: Czy Zamawiający przyzna również 1 punkt za prezentację objętości oddechu V_t, objętości minutowej MV, częstości oddechów całkowitych z zaznaczeniem na krzywej ciśnienia innym kolorem oddechów spontanicznych?

ODP: TAK

13. Pkt. 70: Czy Zamawiający przyzna również 1 punkt za prezentację podatności?

ODP: NIE

14. Pkt. 74: Czy Zamawiający przyzna również 1 punkt za prezentację krzywej przepływu, ciśnienia i krzywej anestetyku?

ODP: NIE

15. Pkt. 76: Czy Zamawiający przyznaje 2 punkty za dostarczenie modułu głębokości snu i wskaźnika nocycypcji? Jeżeli ma to być tylko możliwość wyświetlania to prosimy na zasadzie równoważności przyznania 2-óch punktów za możliwość wyświetlania tych parametrów w monitorze pacjenta?

ODP: Dwa punkty może dostać tylko wyświetlanie informacji o znieczuleniu na ekranie aparatu do znieczulenia.

16. Pkt. 77: Czy Zamawiający przyznaje 2 punkty za dostarczenie modułu blokady nerwowo mięśniowej? Jeżeli ma to być tylko możliwość wyświetlania to prosimy na zasadzie równoważności przyznania 2-óch punktów za możliwość wyświetlania tego parametru w monitorze pacjenta





ODP: Dwa punkty może dostać tylko wyświetlanie informacji o znieczuleniu na ekranie aparatu do znieczulenia.

17. Pkt.79: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia o masie aparatu 161 kg ? Zwracamy uwagę, że jest to lepsze rozwiązanie z uwagi na sprawniejsze manewrowanie aparatem.

ODP: Kryterium masy aparatu będzie ocenione liczbą punktów wynikającą ze zamieszczonego w SWZ wzoru: $(200 \text{ kg} - \text{masa aparatu})/40$, czyli im lżejszy aparat tym wyżej będzie oceniony.

18. Pkt. 80: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia o wyżej wskazanych wymiarach? Zwracamy uwagę, że wymienione wymiary nie stanowią znacznego odchylenia od wymiary podanych przez Zamawiającego.

ODP: Kryterium wymiarów aparatu będzie ocenione liczbą punktów wynikającą ze zamieszczonego w SWZ wzoru: $(1000 \text{ dm}^3 - \text{wymiar przestrzenny aparatu})/100$, czyli im mniejszy aparat tym wyżej będzie oceniony. Wymiar przestrzenny (wyrażony w dm³) jest wynikiem mnożenia: wysokości, szerokości i głębokości.

19. I. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający.

ODP: AGA. – zgodnie z pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ

20. II. Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia:

- bierny odciąg lub brak instalacji odciągu,
- czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2,
- czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu.

ODP: Czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2,

21. III. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II (Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający.

ODP: AGSS AGA

22. IV. Prosimy o doprecyzowanie typu wykorzystywanych przetworników ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, co pozwoli na wycenę i dostawę kompatybilnych przewodów interfejsowych.

ODP: Nie ma to znaczenia.

23. **Dotyczy punktu 92:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w punkcie 92 był liczony w dniach roboczych?

ODP: Zgodnie z SWZ.

24. **Dotyczy punktu 93:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 93 na następujący zapis: „Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę na nowy podzespół (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3”

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ):





25. Dotyczy rozdziału III, paragraf 4, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w ustępie 4 był liczony w dniach roboczych?

ODP: Zgodnie z SWZ.

26. Dotyczy rozdziału III, paragraf 4, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w ustępie 5 był liczony w dniach roboczych?

ODP: Zgodnie z SWZ.

27. Dotyczy rozdziału VI, paragraf 7, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby maksymalna łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie mogła przekroczyć 10% ceny brutto umowy? Zwracamy uwagę, że określenie górnego limitu kar w wysokości 50% całkowitej wartości umowy stanowi karę rażąco wygórowaną. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych w wysokości 10% wartości umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18).

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Dotyczy rozdziału VI, paragraf 7, ustęp 3 i 4: W celu równego traktowania stron umowy prosimy o ujednoczenie kary umownej za odstąpienie od umowy do poziomu 5% lub 10%?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

Uzasadnienie: Kara umowna winna stanowić sankcję za nienależyte wykonywanie umowy, ale ma także mobilizować do należytego wykonania umowy i służyć „zdyscyplinowaniu” Wykonawcy, Jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne wprowadzane w ramach swobody kontraktowania, które ma na celu wzmocnić realne i prawidłowe wykonywanie umowy. Kara umowna zastępuje odszkodowanie (choć wystąpienie szkody nie jest konieczne do jej dochodzenia), a ponadto pełni rolę stymulacyjną i represyjną. W ocenie SPZZOZ w Gryficach zastrzeżona wysokość kar umownych nie jest niewspółmierna. Należy pamiętać, że to wyłącznie od strony naruszającej umowę zależy, jak długo i jak często dochodzi do przypadków naruszenia przez nią umowy. To strona naruszająca umowę kreuje bowiem stan naruszenia, a tym samym wysokość sankcji pieniężnej. Dodatkowo, kara umowna może być ostatecznie miarkowana także przez sąd, w oparciu o okoliczności konkretnego przypadku.

29. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

dot. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Parametrów technicznych - Aparat do znieczulenia – 3 szt.

1. Ad. pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat mobilny, z 4 podwójnymi kołami z indywidualną blokadą?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

2. Ad. pkt. 63. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat ekranem 18,5”, umieszczony na przegubie z możliwością wygodnej regulacji kąta obrotu oraz pochylenia?

ODP: Zamawiający dopuszcza.





3. Ad. pkt. 79. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompaktowy aparat o masie zaledwie 110kg?

ODP: Kryterium masy aparatu będzie ocenione liczbą punktów wynikającą ze zamieszczonego w SWZ wzoru: $(200 \text{ kg} - \text{masa aparatu})/40$, czyli im lżejszy aparat tym wyżej będzie oceniony. Analogicznie kryterium wymiarów aparatu będzie ocenione liczbą punktów wynikającą ze zamieszczonego w SWZ wzoru: $(1000 \text{ dm}^3 - \text{wymiar przestrzenny aparatu})/100$, czyli im mniejszy aparat tym wyżej będzie oceniony. Wymiar przestrzenny (wyrażony w dm^3) jest wynikiem mnożenia: wysokości, szerokości i głębokości

4. Ad. pkt 92. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie do 5 dni od chwili jej zgłoszenia lub 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych” ?

ODP: Zgodnie z SWZ

5. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatu z automatycznie zaprogramowanym systemem bezpieczeństwa chroniącym przed urazem ciśnieniowym we wszystkich trybach wentylacji kontrolowanej objętością w przypadku nieoczekiwanych skoków ciśnienia?

ODP: TAK

6. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatu z automatycznie zaprogramowanym systemem bezpieczeństwa przed urazem objętościowym w trybie wentylacji ręcznej/spontanicznej w przypadku całkowicie zamkniętego zaworu APL lub zaworu APL ustawionego na wartość maksymalną?

ODP: TAK

7. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatu z możliwością ustawienia stałego lub zwalniającego wzorca przepływu we wszystkich klasycznych trybach wentylacji kontrolowanej objętością, w celu efektywniejszej dystrybucji gazów?

ODP: NIE

8. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatu ze zintegrowanym systemem dostarczania świeżego gazu z automatycznym zapobieganiem urazowi ciśnieniowemu w przypadku drastycznego zwiększenia ustawień świeżego gazu lub nadmiernego użycia przepłukiwania tlenem, bez przedwczesnego kończenia fazy wdechowej cyklu oddechowego?

ODP: TAK

9. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatu z systemem oddechowym pacjenta niewychodzącym poza jego obrys oraz z możliwością zdemontowania w celu dezynfekcji i sterylizacji bez użycia narzędzi?

ODP: TAK

10. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatu z przepływomierzami, wdechowym i wydechowym, typu termicznego, z nie wymagających okresowej wymiany, do wentylacji wszystkich grup wiekowych pacjentów oraz możliwością dezynfekcji i sterylizacji?

ODP: TAK





11. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatu posiadającego wentylację o zmiennej objętości oddechowej przy tej samej objętości minutowej, aby naśladować fizjologiczną zmienność objętości i ułatwić rekrutację płuc, jednocześnie zmniejszając ryzyko uszkodzenia płuc wywołanego przez respirator?

ODP: NIE

1) Pytanie do punkt 16: Czy zamawiający dopuści trzy gniazda elektryczne 230V gdyż wymóg czterech gniazd nie ma uzasadnienia ani klinicznego, ani medycznego?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

2) Pytanie do punktu 42, 43, 44, 45 łącznie: Czy zamawiający miał na myśli tryby wentylacji, obecnie określane u prawie wszystkich producentów aparatów do znieczulenia jako: PRVC, VCV, PCV, SIMV-P, SIMV-PRVC, SPONT/PCV? W tych punktach tak określone skróty są niezrozumiałe. Jeśli nie, prosimy o opis trybów wentylacji.

ODP: Oznaczenie stają się zrozumiałe po przeczytaniu: RL Chatburn, M El-Khatib, E Mireles-Cabodevila: A Taxonomy for Mechanical Ventilation: 10 Fundamental Maxims. < <https://emcrit.org/wp-content/uploads/2016/10/Chatburn-A-Taxonomy-for-Mechanical-Ventilation.pdf> > Ta taksonomia wyraża punkt widzenia użytkownika respiratora.

3) Pytanie do punktu 60: Czy zamawiający dopuści aparat bez uwzględnienia wieku pacjenta?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

4) Pytanie do punktu 61: Prosimy o doprecyzowanie (dwuznaczność językowa) czy zamawiający określa wymiar przekątnej ekranu 17 cali jako minimalną, a zatem odrzuca aparaty z mniejszą przekątną ekranu, a punktuje większe niż 17 cali?

ODP: W pkt. 61. wyrażone jest oczekiwanie, że aparat będzie miał ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw parametrów wentylacji i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. a pkt. 65. opisuje ocenę jakości w postaci 2 pkt. przyznawanych za ekran o przekątnej większej niż 17".

5) Pytanie do punkt 72: W związku z tym, że punkt 72 w istocie logicznej jest tożsamy z punktem 60 prosimy o wykreślenie tego punktu z SiWZ.

ODP: Pkt. 60. opisuje zdolność aparatu do przyjęcia informacji o wieku pacjenta i jej wykorzystania do obliczenia odpowiedniego MAC a punkt 72. mówi o tym, że aparat na swoim ekranie przedstawia tak obliczoną wartość MAC użytkownikowi. Oba te punkty są dla nas ważne.

6) Pytanie do punkt 76 i 77 łącznie: Oba te punkty wskazują na tylko jednego producenta posiadającego te funkcje tj. qCON i qNOX firmy





Medec co jest niedopuszczalne i rażąco narusza ustawę o zamówieniach publicznych stanowiący wykluczenie (lock out) dla innych oferentów. Te punkty SiWZ uniemożliwiają równe traktowanie oferentów poprzez punktacje wskazanych parametrów w połączeniu z systemem punktacji przetargu, które realnie uniemożliwiają wybór innej oferty i wskazują wyłącznie na jednego producenta. Prosimy zatem o usunięcie tych punktów z SiWZ.

ODP: Głębokość snu anestetycznego i wskaźnik nocyciepcji określane metodą analizy elektroencefalogramu zostały wprowadzone na rynek przez Aspect Medical Systems, Inc przed trzydziestu laty a teraz są dostępne w ofercie różnych producentów. Opisana w pkt. 76 i pkt. 77 punktacja nie określa metody pomiaru i jest jedynie częścią dużo szerszej oceny jakości. Nie może być zatem traktowana jako warunek odcinający.

**DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach
Danuta Kowalewska**

